



Sosnowiec, dn. 03.11.2015r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego**.
Znak sprawy ZP-2200-64/15

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy produkcji amerykańskiej, posiadający najwięcej walidacji na rynku, bez przycisku informacji o pobraniu leku?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy holter ciśnieniowy produkcji amerykańskiej, posiadający najwięcej walidacji na rynku, o wymiarach 101,5 x 27,6 x 70 mm? Różnica 1,5mm na długości rejestratora nie jest parametrem znaczącym.

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia z obsługi serwisowej dostarczonego zestawu potwierdzonego certyfikatem Wytwórcy /bądź jego Przedstawiciela upoważniającego do serwisowania dostarczonych sprzętu i aparatury po okresie gwarancyjnym? Serwisowanie tego typu aparatury wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, przeszkolenia oraz oprogramowania, którego Producent nie udostępnia osobom postronnym poza autoryzowanymi serwisami. Aparat jest walidowany i gwarancja prawidłowych pomiarów jest związana z serwisowaniem przez autoryzowany serwis Producenta. Nie jest możliwe wykonywanie samodzielnej diagnostyki czy przeglądów przez Personel Szpitala, z uwagi na brak narzędzi diagnostycznych do wykonywania napraw i przeglądów.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw komputerowy o następujących parametrach:



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ

11/17

Producent	DELL
Model	OPTIPLEX 7010 SF : STANDARD BASE SMALL F
Procesor	3RD GEN INTEL CORE I5-3470 P
Chipset	INTEL Q77 EXPRESS
Karta graficzna	INTEL INTEGRATED
Pamięć RAM	4GB (1 X4GB) 1600 MHZ DDR3 NON-E
Dysk HDD	500GB 3.5INCH SERIAL ATA II
Napęd CD/DVD	8X SLIMLINE DVD+RW DRI
Karta sieciowa	INTEL INTEGRATED 82579LM ETHERNET 10/100/1000
Sieć bezprzewodowa	EMEA DELL WIRELESS 1530 802.11
System operacyjny	WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32BIT
Monitor LCD	DELL ULTRASHARP U2212H IM 54.5CM
Głośniki	EXTERNAL DELL AX510 SOUNDBAR
Mocowanie	DELL ALL-IN-ONE STAND ONLY, HE
Klawiatura i mysz	LOGITECH MK520 WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

Odpowiedź na pytania 1, 3, 4:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający dopuszcza takie wymiary rejestratora, pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-ECYNOGICZNYCH
CZŁONK WŁAŚCIWY
[Signature]
mgr Robert Mędrala

DYREKTOR
DS. ROZWOJU JAKOŚCI
CZŁONK WŁAŚCIWY
[Signature]
mgr inż. Włodzimierz Daniłowicz