



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn. 10.11.2015r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, dostawa testów diagnostycznych.

Znak sprawy ZP-2200-63/15

MODYFIKACJA SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo-cenowy jak w załączeniu

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro **do dnia 16.11.2015r. do godz. 10⁰⁰**.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający otworzy oferty **w dniu 16.11.2015r. o godz. 10³⁰** w Dziale Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

E. Kwaśnicka
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
E. Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ

ZMODYFIKOWANY
ZALĄCZNIK NR 3.1
ZP-2200-63/15

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 1 odczynniki przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów
ul Szpitalna 1

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostk. netto/ opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1300							
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy								
3.	Materiały eksploatacyjne								

ul. Zegadłowicza 3

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Ilość opakowań	Ilość testów w jednym opakowaniu	Cena jednostk. netto/ opakowanie	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.		1300							
2.	Materiały kontrolne 3 poziomy								
3.	Materiały eksploatacyjne								

ANALIZATOR I

Nazwa i typ	podać
Producent	podać
Kraj producenta	podać
Rok produkcji	podać

ANALIZATOR II

Nazwa i typ	podać
Producent	podać
Kraj producenta	podać
Rok produkcji	podać

KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – I + II					
Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto	Należny podatek VAT do kol. 1	Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2	Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36	Należny podatek VAT do kol. 4	Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5
1	2	3	4	5	6

OGÓLEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 1

	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
Odczynniki			
Dzierżawa analizatorów			
OGÓLEM WARTOŚĆ			

Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej.

1. Analizatory fabrycznie nowe lub używane, nie starsze niż z 2009r. z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami.
2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim.
3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO₂, pO₂.
4. Wbudowana drukarka.
5. Czytelny ekran.
6. Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
7. Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej.
8. Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym.
9. Automatyczna kalibracja analizatorów bez konieczności użycia butli gazowych.
10. Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
11. Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridzem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
12. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory.
13. Zbiórka ścieków w analizatorach w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizatory.
14. Dostarczenie i instalacja analizatorów, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu

podpisania umowy.

15. Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatorów.
16. Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
17. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku.
18. Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu. W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
19. Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
20. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego (obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłączenia ponosić będzie Wykonawca.
21. Analizatory posiadające czytniki kodów kreskowych.
22. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.

1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.
2. Odczynniki muszą posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego dla każdego z analizatorów, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 1 miesiąc każdego roku codziennie na trzech poziomach, przez kolejne 11 miesięcy codziennie na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godz.
5. Dostawa odczynników do dni roboczych od momentu złożenia zamówienia faksem.

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:

.....
Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika
Wykonawców