



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn.11.02.2016r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO** dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Znak sprawy ZP-2200- 3/16

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Poz. 6 I. AUTOMATYCZNY SKANER (CZYTNIK) DO PŁYT OBRAZOWYCH WIELOSLOTOWY

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 1: Ilość zeskanowanych kaset, które można jednocześnie umieścić w systemie min.5
Czy Zamawiający dopuści skaner, w którym można umieścić jednocześnie 4 kasety?
Istotnym parametrem w oferowanym skanerze jest fakt, że podczas skanowania przy rozdzielczości 10 pikseli/mm płyt o rozmiarze 35x43 [cm], jest w stanie przetworzyć 120 płyt/h, co oznacza dwukrotność wartości żądanej przez Zamawiającego (Zamawiający wymaga 60 płyt/godzinę), rekompensując tym samym możliwość umieszczenia 4, a nie 5 kaset. Dodatkowo, przyczyni się to do przyspieszenia pracy technika.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy pkt. 3: Skanowanie kaset o wymiarach 35x80 cm do radiografii kości długich i kręgosłupa
Czy Zamawiający dopuści skaner, w którym kasetta do obrazowania kości długich i kręgosłupa posiada wymiary 35,4 x 83 [cm], jako nieznacznie różniące się od wymaganych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

POZ. 6 III. STANOWISKO TECHNIKA DO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW

Pytanie nr 3

Dotyczy pkt.14: Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego dodawania do obrazu skali centymetrowej?

Wymagany parametr nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, a jedynie ogranicza konkurencję. Lekarz Radiolog nie dokonuje opisu badań na stacji technika, a na stacji diagnostycznej, na której znajduje się lista narzędzi pomiarowych. Stacja technika nie jest stacją diagnostyczną - opisową zgodną z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, dlatego też nie powinno się wykonywać jakichkolwiek pomiarów czy przy jej użyciu stawiać jakiegokolwiek diagnozy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

POZ.7 AUTOMATYCZNY JEDNOSLOTOWY SKANER OGÓLNODIAGNOSTYCZNY

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 5: Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów i pkt. 7: Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów
Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację i zaoferowanie rozwiązania, które gwarantuje bezstratne generowanie obrazów ze skalą równą 12 bit/piksel i wysyłanie obrazów do archiwizacji i na stacje robocze ze skalą 10 bit/piksel?



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1.

EL (32) 4130 100

AX (32) 4130 112

szpital.sosnowiec.pl

EGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
SĄDZIE REJONOWYM
W KATOWICACH
ZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
PAŃSTWA REJESTRU
OWEGO POD NIMEREM
0000476220

PITAL ZAKŁADOWY
53 847 000,00 ZŁ

Pragniemy zauważyć, że doświadczony radiolog odczytuje 1024 odcieni szarości, co odpowiada głębi szarości generowanego obrazu na poziomie 10 bit i jest to maksymalna wartość, z jaką mogą być wyświetlane obrazy na monitorach diagnostycznych. Dodatkowo, użycie skali szarości 16 bit/piksel spowoduje, że rozmiar pliku się zwiększy, nie wnosząc żadnych istotnych informacji.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt. 10: Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwość uzyskania zdjęć kości długich o min. rozmiarze 43x128 cm

Czy Zamawiający dopuści skaner CR z możliwością skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz możliwością wykonywania zdjęć kości długich $\geq 35,4 \times 124,5$ cm?

Proponowane przez nas rozwiązanie w pełni spełnia Państwa wymagania w zakresach odnoszących się do standardów w RTG. Kasety długie wykorzystywane są przy badaniu kości długich tj. kręgosłupa i kończyn dolnych. Zapewniamy, że proponowane przez nas kasety, jak i otrzymywany przy ich użyciu obraz, zupełnie wystarcza nawet w przypadku badań bardzo wysokich pacjentów. Parametr wymagany przez Zamawiającego spełnia tylko jeden producent (Carestream), a wprowadzenie go do SIWZ nie ma merytorycznego uzasadnienia. Ogranicza jedynie złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z prawem o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy pkt. 11: Możliwość rozbudowy o skanowanie kasety 35x43 cm (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową 6:1, 40 l/cm)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości skanowania kasety 35x43 cm ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową?

Oferowane przez nas rozwiązanie umożliwia wykorzystanie kasety ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową, jednak nie zakłada możliwości rozbudowy o jej skanowanie. Opisana funkcja nie wnosi za sobą jakiegokolwiek znaczenia diagnostycznego, gdyż to, że w trakcie skanowania płyty obrazowej, w kasety wbudowana jest kratka przeciwrozproszeniowa, nie przekłada się w żaden sposób na uzyskiwany obraz. Opcja ta nie ma merytorycznego uzasadnienia, a jedynie ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty, co jest niezgodne z prawem o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Dotyczy pkt. 15: Skanowanie płyt wykonanych w technologii proszkowej i igłowej

Czy Zamawiający dopuści automatyczny czytnik z możliwością skanowania wyłącznie płyt obrazowych wykonanych w technologii proszkowej?

Technologia igłowa jest znacznie droższa od proszkowej, a płyty obrazowe wykonane w technologii igłowej są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, oferowane przez nas rozwiązanie spełnia normy EUREF. Oferowana swoista technologia w zakresie mammografii jest powszechnie stosowana w placówkach realizujących program profilaktyki raka piersi, a sprzęt corocznie z powodzeniem przechodzi audyt Centralnego Ośrodka Koordynującego. Obie technologie (proszkowa i igłowa) we wszystkich obowiązujących aktach prawnych traktowane są jako równoważne.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

POZ. 7 KASETY Z PŁYTAMI OBRAZOWYMI STANOWIĄ KOMPLET

Pytanie nr 8

Dotyczy Pkt. 11: Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC

Czy Zamawiający dopuści kasety zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie I, natomiast płyty obrazowe w klasie IIa?

Kasety są tylko opakowaniem dla płyt obrazowych, które to istotnie stanowią fundamentalny element diagnostyki obrazowej. Zarówno kasety, jak i płyty są zgodne z dyrektywą MDD/93/42/WE. Prosimy o dopuszczenie oferowanego rozwiązania.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

POZ.7 STANOWISKO PRZYPISYWANIA DANYCH PACJENTA DO OBRAZÓW – BADANIA

OGÓLNO-DIAGNOSTYCZNE

Pytanie nr 9

Dotyczy pkt. 17: Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez automatycznego dodawania do obrazu skali centymetrowej?

Wymagany parametr nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, a jedynie ogranicza konkurencję. Lekarz Radiolog dokonuje opisu badań na stacji diagnostycznej, na której znajduje się lista narzędzi pomiarowych. Stacja technika nie jest stacją diagnostyczno - opisową zgodną z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, dlatego też nie powinno się wykonywać jakichkolwiek pomiarów czy przy jej użyciu stawiać jakiegokolwiek diagnozy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy pkt. 23: Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z oprogramowaniem, w którym nie dokonuje się pomiarów kątów Cobba?

Pragniemy zauważyć, iż wymagana funkcja (pomiar kątów i odległości) nie ma zastosowania na stacji technika, a jedynie ma na celu ograniczenie konkurencji. Stacja technika nie jest stacją diagnostyczno-opisową zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy pkt. 35: Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie spełniające najważniejsze profile integracji IHE, wystarczające do prawidłowego działania stacji technika : Scheduled Workflow(SWF), Patient Information Reconciliation (PIR), Radiation Exposure Monitoring (REM), Portable Data for Imaging (PD)?

Pragniemy również zauważyć, że IHE nie jest ciałem standaryzującym, a tylko umożliwia przetestowanie wybranych funkcjonalności. W Europie działa wiele podobnych organizacji - takowe potwierdzenie wszystkich wymaganych aktorów i profili IHE posiada wedle naszej wiedzy tylko jeden producent, przez co wymóg tego i tylko tego potwierdzenia, nosi znamiona faworyzowania konkretnego producenta i stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Oprogramowanie, które oferujemy jest w pełni zgodne ze standardem DICOM 3.0 posiada funkcje Store oraz Storage Commitment, które pozwalają zaimplementować funkcjonalności wyżej wymienionych profili.

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Poz. Nr 3 Laparoskop z histeroskopem

I. Procesor wideo (sterownik obrazu)

Pytanie nr 12

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści system telewizyjny HDTV o wyższej od proponowanej rozdzielczości równej 1920 x 1080p ?

Odpowiedź: Tak .Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści procesor wideo z możliwością współpracy z głowicami kamer wyłącznie najnowszej technologii 3 CCD ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści endoskopowy system wizyjny kompatybilny z głowicami kamer najnowszej technologii 3 CCD z możliwością rozbudowy o wideolaparoskop 3D z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

II. Ksenonowe źródło światła

Pytanie nr 15

Poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści źródło światła najnowszej generacji wykorzystujące technologię oświetleniową LED, z możliwością automatycznej regulacji jasności światła, oraz możliwością regulacji jasności światła poprzez głowicę kamery ? Żywotność diody LED to min. 25000 godzin pracy.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zamiast źródła światła wyposażonego w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego, zaoferowanie procesora wizyjnego posiadającego równoważną funkcję obrazowania w postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych, z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie oraz dodatkowo:

- funkcję obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolitego oświetlonego obrazu, z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie
- funkcję obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

III. Monitor medyczny min 26 "

Pytanie nr 17

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści współczynnik kontrastu monitora znacznie wyższy od wymaganego równy 3000 : 1 ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 18

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści monitor pracujący w standardzie HDTV, matryca 8 bit ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

V. Pompa ssąco – płucząca. Przepływ max. 1,8l/min (Poz.1) oraz VIII. Pompa do histeroskopii (Poz. 1,2,3,4,5)

Czy Zamawiający dopuści zamiast dwóch osobnych pomp, równoważne rozwiązanie - jedną uniwersalną pompę najwyższej generacji ssąco – płuczącą do laparoskopii i do histeroskopii o parametrach opisanych poniżej :

- Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych
- Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej
- Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej
- Automatyczne ustawienie odpowiedniego trybu pracy oraz zakresów wartości parametrów ustawianych w zależności od rodzaju założonych drenów
- Wskaźnik słupkowy wartości aktualnej ciśnienia płukania podczas histeroskopii
- Wskaźnik słupkowy lub numeryczny wartości ustawionej wydajności płukania podczas histeroskopii
- Wskaźnik słupkowy wartości aktualnej wydajności płukania podczas laparoskopii
- Wskaźnik słupkowy lub numeryczny wartości ustawionej ciśnienia płukania podczas laparoskopii
- Wskaźnik słupkowy lub cyfrowy wartości rzeczywistej i zadanej ciśnienia odsysania
- Dren płuczący, wielorazowy, autoklawowalny do histeroskopii – 1 szt.
- Dren płuczący, wielorazowy, autoklawowalny do laparoskopii – 1 szt.
- Dren płuczący, dodatkowy, jednorazowy, do histeroskopii – 3 szt.
- Dren płuczący, dodatkowy, jednorazowy, do laparoskopii – 3 szt.
- Zestaw drenów silikonowych do odsysania, autoklawowalny – 2 szt.
- Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

IX. Histeroskop

Pytanie nr 20

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści płaszcz histeroskopowy mniej traumatyczny o śr. 5 mm z przepływem ciągłym, kompatybilny z oferowaną optyką ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21

Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści optykę o średnicy 2,9 mm, kompatybilną z oferowanym płaszczem histeroskopowym ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22

Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy wiązki 2,5mm, długość 230 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 23

Poz. 7 Czy Zamawiający miał na myśli optykę laparoskopową o kącie patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm w zestawie z kontenerem do sterylizacji, autoklawowalna ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 24

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy wiązki 4,8 mm, dł. 300 cm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

X. Narzędzia

Pytanie nr 25

Poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Czy Zamawiający dopuści długość narzędzi równą 360 mm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki chwytające typu Johan z branszami o dł. 16 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 27

Poz.2 Czy Zamawiający dopuści wkład do kleszczyków chwytających typu Johan z branszami o dł. 16 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 28

Poz.5 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki chwytające z branszami o dł. 26 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Poz.6 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki preparacyjne z branszami o dł. 22 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 30

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści nożyczki z branszami o dł. 20 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści wkład do nożyczek z branszami o dł. 20 mm ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 32

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 8,5 cm z zaworem kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 33

Poz. 15 Czy Zamawiający dopuści ostrze trokara 11 x 85 mm, kompatybilna z oferowanym trokarem? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 34

Poz. 16 Czy Zamawiający dopuści nasadkę redukcyjną 13/10 i 13/5 mm ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 35

Poz. 17,21 Czy Zamawiający dopuści uszczelki kompatybilne z oferowanymi trokami o rozm. 11 i 6 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 36

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy, autoklawowalny zawór multifunkcyjny do trokara 11 mm, 1 szt. ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 37

Poz. 19 Czy Zamawiający dopuści trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 8,5 cm z zaworem kaniuli trokara z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 38

Poz. 20 Czy Zamawiający dopuści ostrze trokara 6 x 85 mm, kompatybilna z oferowanym trokarem ? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 39

Poz. 22 Czy Zamawiający dopuści wielorazowy, autoklawowalny zawór multifunkcyjny do trokara 6 mm, 1 szt. ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 40

Poz. 24,25,26 Czy Zamawiający dopuści kontener do sterylizacji z pokrywą, matą i wkładem na narzędzia laparoskopowe o wym. 585 x 255 x 145 mm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Poz. 28 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pełnego zestawu morcelatora do usuwania wyciętych narzędzi z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych, z minimalnym zakresem prędkości obrotowej 500 - 1200 obr/min. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga zestawu wielorazowego, autoklawowalnego wraz z konsolą sterującą ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuści klipsy tytanowe kompatybilne z oferowaną klipsownicą pakowane 10 szt. w magazynku ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

XI. Narzędzia jednorazowe typu Geriati

Pytanie nr 43

Poz. 1,2,3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie po 1 sztuce odpowiedników wymaganych instrumentów jednorazowych, narzędziami wielorazowymi o dł. 360 mm z gwarancją użycia do minimum 35 zabiegów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie

Pytanie nr 44

Pyt. dotyczące zapisu :

Uwaga: aparat Laparoskop z histeroskopem winien zawierać zapis:

dostarczone urządzenia będą zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym. Przez Szpitalny System Informatyczny rozumie się

oprogramowanie: 1. PACS / RIS - firmy Alteris 2. HIS - firmy Comarch Healthcare

System HIS jest obecnie zintegrowany z systemem RIS w zakresie przesyłania zleceń HIS do RIS i przesyłania wyników badań RIS do HIS.

Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymagając, aby oferowane urządzenia były: „zintegrowane z istniejącym Szpitalnym Systemem Informatycznym”, wymaga zaoferowania takiej konfiguracji, która pozwoli na wysyłanie filmów i zdjęć z toru wizyjnego do systemu PACS/RIS firmy Alteris i/lub lokalizacji sieciowej, po zakończeniu operacji, za pośrednictwem archiwizatora medycznego (rozpoczęcie nagrania i wykonanie zdjęcia w archiwizatorze medycznym w trakcie operacji przy użyciu przycisku na głowicy kamery).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie pod warunkiem konfiguracji, która pozwoli na wysyłanie filmów i zdjęć z toru wizyjnego do systemu PACS/RIS firmy Alteris .

Integracja polega na dostawie odpowiedniej ilości licencji dla systemu PACS, RIS i HIS, wdrożeniu oprogramowania oraz szkoleniu personelu w zakresie obsługi urządzeń i ich technicznym podłączeniu.

8

Dotyczy zadania numer 1: Aparat RTG typu telekomando**Pytanie 45 (dotyczy l.p. A.8.)**

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z zakresem silnikowego przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta 120 cm? Bardzo często w systemach typu telekomando ruch płyty pacjenta w kierunku wzdłużnym nie występuje wcale, ponieważ jest on rekompensowany ruchem układu lampa- wzmacniacz. W tym przypadku zakres ruchu płyty niewiele się różni od wymaganego przez Zamawiającego, natomiast ruch ramienia lampy ze wzmacniaczem nadal występuje, umożliwiając bardzo szybki skan na całej długości ciała pacjenta. Zgoda zamawiającego na powyższe rozwiązanie pozwoli na złożenie ważnej oferty innym istotnym oferentom.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 46 (dotyczy l.p. B.16.)

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy w większości przewyższający wymagane parametry z pojemnością cieplną kołpaka 2000 KHU? Różnica jest niewielka. Pojemność cieplna kołpaka jest tylko jednym z końcowych parametrów mającym wpływ na dystrybucję ciepła w układzie lampy. Innymi bardziej istotnymi parametrami są szybkość odprowadzania ciepła z anody i kołpaka oraz pojemność cieplna anody. Dopiero biorąc pod uwagę wszystkie te parametry jesteśmy w stanie ocenić zachowanie się układu lampa- kołpak w stosunku do wygenerowanego ciepła.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 47

§2 ust. 2 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „Wartość brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 zawiera w szczególności koszt przedmiotu umowy, koszt instalacji i uruchomienia, koszty niezbędnych przeglądów i serwisu w okresie gwarancji (bez części zamiennych i części których wymiana lub naprawa nie jest objęta gwarancją) koszty szkolenia personelu oraz wszelkie koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego oraz gwarancji i inne koszty, które występują”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 48

§2A ust. 6 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie podpunktu: „zmiany terminu szkolenia, jeżeli zorganizowanie go w terminie uruchomienia sprzętu nie będzie możliwe z przyczyn dotyczących Zamawiającego, w szczególności na skutek nieobecności osób, jakie mają zostać przeszkolone”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 49

§4 ust. 4 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu - szkolenie personelu (dwukrotnie) w zakresie użytkowania i obsługi oferowanego sprzętu i urządzeń (dotyczy poz. 1 do 16), co nie wpłynie na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W przypadku jeżeli Zamawiający nie będzie w stanie zapewnić obecności kadry przeznaczonych do szkolenia w terminie uruchomienia sprzętu, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane tym faktem.”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 50

§4 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych..?”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść §4 ust. 5 wzoru umowy następująco:

„Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.”

Pytanie 51

§4¹ ust. 4 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „Data podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu terminu rękojmi i gwarancji dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów. Początek biegu terminu gwarancji oraz rękojmi sprzętu medycznego rozpoczyna się z dniem odbioru sprzętu przez Zamawiającego, od tego momentu Zamawiający przejmuje ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy...”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 52

§4¹ ust. 8 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich ujawnionych wad i usterek na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie zrealizuje żądania usunięcia wad w przewidzianym terminie, to Zamawiający może wówczas zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy innemu autoryzowanemu lub certyfikowanemu podmiotowi wykonującemu usługi serwisowe, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. ”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 53

§4¹ umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie:

„Za wady i usterki nie będą poczytywane zmiany wynikające z prawidłowo udokumentowanego naturalnego zużycia materiałów lub urządzeń lub z ich nieprawidłowego użytkowania. Gwarancją nie są objęte:

- a) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Użytkownika i wywołane nim wady;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji;
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Użytkownika lub inne nieuprawnione osoby);
- b) materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. żele, żarówki, kable, folie, paski itp.);
- c) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługiwały prawa z tytułu rękojmi za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia podpisania protokołu przekazania do użytkowania?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ, Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt., E. Pozostałe wymagania pkt 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby punkt przyjął brzmienie: „Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty zakończenia gwarancji min. 7 lat.”?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ, Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt., A. Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych, pkt. 14

Zamawiający w punkcie 14 dla ekwiwalentu Al. płyty pacjenta dla 100 kV określił wymóg 0,7 mm Al, co uniemożliwia złożenie ważnej oferty dla aparatu rtg o lepszych parametrach tj. posiadającego mniejszą wartość pochłaniania promieniowania przez płytę pacjenta, co wpływa na mniejszą dawkę otrzymywaną przez pacjenta w czasie badania.

Prosimy o poprawę omyłki pisarskiej poprzez modyfikację wymogu granicznego na max. 0,7 mm Al, zgodnie z poniższym:

14	Ekwiwalent Al. płyty pacjenta dla 100 kV [mm Al.] max. 0,7	TAK	
----	--	-----	--

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 1 – Aparat RTG, pkt. A Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych, pkt. 14 następująco:
„Ekwiwalent Al. płyty pacjenta dla 100 kV [mm Al.] max. 0,7”. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu.

Pytanie 57

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ, Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt., A. Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych, pkt. 33

Zamawiający w punkcie 33 dla kratki przeciwrozproszeniowej określił wymóg graniczny 60 +/- 5 linii/cm, co uniemożliwia złożenie ważnej oferty dla aparatu rtg posiadającego kratkę o większej liczbie linii na cm, a zatem o większej gęstości, wpływającej na lepszą jakość obrazu (zmniejszony wpływ promieniowania rozproszonego).

Prosimy o modyfikację wymogu granicznego na min. 55 linii/cm, zgodnie z poniższym:

33	Kratka przeciwrozproszeniowa [linic/cm] min. 55	TAK/Podać	
----	---	-----------	--

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w zakresie poz. nr 1 – Aparat RTG, pkt. A Ścianka do prześwietleń i zdjęć celowanych, pkt. 33 następująco:
„Kratka przeciwrozproszeniowa [linic/cm] min. 55”. Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ w załączeniu.

Pytanie 58

Dot. Załącznik nr 6 do SIWZ, Poz. 1 Aparat RTG – 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w związku z określeniem pod tabelą z wymogami technicznymi wymogu „Uwaga: urządzenie winno zawierać zapis:”
i czy w opisie nie powinno być wpisane „Uwaga: urządzenie winno spełniać zapis:”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis pod tabelą (dotyczy uwag pod tabelą poz. 1 – Aparat RTG) następująco:
„Uwaga: urządzenie winno spełniać zapis:”

Pytanie 59

Czy z uwagi na szeroki zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 12 tygodni?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Ela Kwaśnicka

