



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn. 12.07.2017r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWO
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
68 347 000,00 ZŁ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZEWNYCH I OPATRUNKÓW PODCIŚNIENIOWYCH**
Znak sprawy **ZP-2200- 24/17**

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1 Pakiet 9 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 9 dotychczas stosowaną taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, lżejsza, gramatura 45 g/m² i o większych porach 1 x 1,25 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Narzędzia wielorazowego użytku przekazane zostaną wraz z pierwszym zamówieniem w przypadku wygrania postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Pakiet 9 – Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 9 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, lżejsza, gramatura 45 g/m² i o większych porach 1 x 1,25 mm, taśma o szerokości 0,8 cm, w części środkowej 1,2 cm, bez plastikowej osłonki?

Narzędzia wielorazowego użytku przekazane zostaną wraz z pierwszym zamówieniem w przypadku wygrania postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 Pakiet nr 6 Staplery

pozycja 1. Czy zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny, odgięty rozm. 24?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Pakiet nr 6 Staplery

pozycja 2. Czy zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny, odgięty rozm. 29?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5 Dot. Pakietu 2 poz. 2-7,10-11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach igieł okrągłych mocnych, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 2-7, 10-11 igły okrągłe mocne, pozostałe parametry bez zmian

Pytanie nr 6 Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści wchłaniający szew monofilamentowy zbudowany z polidoksanonu, okres podtrzymywania po 57 dniach ok. 40%? Czas wchłaniania 180-210dni, bez dodatku triclosanu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 Dot. Pakietu 4 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji igły okrągłej, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści plecionkę wykonaną z kwasu glikolowego o okresie podtrzymywania do 21 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści w zał. Nr 3.9., Pakiet nr 9:

taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe z plastikową osłonką, jednorodne, niewchłaniające, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści w zał. Nr 3.9., Pakiet nr 9:

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe, sterylizowanej w autoklawie w 121°C lub tlenku etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet Nr 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych w sterylne, podwójne szczelnie zamknięte saszetki tj. wewnętrzne opakowanie - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

Pytanie nr 12

Pakiet Nr 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77mm z nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 zaoferowanie igły o długości 77mm z nitką o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 13

Pakiet Nr 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 76,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 7 zaoferowanie igły o długości 76,2mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 14

Pakiet Nr 3, pozycja 4 – 5 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pozostałych pozycji w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet Nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 w Pozycji 1 pod pojęciem igły „19 mm +/- 2 mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, kosmetyczna” rozumie i będzie wymagał igłę dwuwklęsłą, której geometria przekroju końcówki zmniejsza kąty brzegów tnących, co daje lepsze przechodzenie i kontrolę igły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 1 igły dwuwklęsłej, której geometria przekroju końcówki zmniejsza kąty brzegów tnących.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonanej z polipropylenowej przędzy monofilamentowej o gramaturze 65-70g/m², porowatości 70% i średniej wielkości porów 4,1x1,2mm, wykonanej w postaci wstęgi z obrobionymi, atraumatycznymi brzegami, niewymagającymi foliowej osłonki, jednorodna – całkowicie niewchłaniaalna?

Taśma dostosowana jest do obu metod implantacyjnych – TOT i TVT.


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 18 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający może określić jakiej ilości i jakich igieł będzie potrzebował Wykonawca dysponuje dwoma rodzajami aplikatorów:

1. Igły w kształcie spirali (2szt. lewa i prawa)



2. Igła w kształcie półksiężyca (1szt.)



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga igieł z poz. nr 1 (w kształcie spirali) w ilości 1 kompletu (igła prawa i igła lewa).

Pytanie nr 19 dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 6 ust. 3 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz.2 jednorazowy stapler okrężny, odgięty w rozmiar 29?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 klipsy tytanowe w magazynkach po 6 sztuk kompatybilne z posiadaną klipsownicą w rozm. średnio/dużym o szer.5,3mm i dł. otwartego 8,1mm i dł. zamkniętego klipsa 9,1mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 18.07.2017r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.07.2017r. o godz. 10:30


KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Ela Kwaśnicka