



Sosnowiec, dn. 18.12.2017r.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

ww.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
DZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę próbek do pobierania krwi**
Znak sprawy **ZP-2200- 51/17**

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Dot. Pakietu nr 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie próbek z pozycji 1 – 7 w opakowaniach po 50 szt., uchwytów systemowych z pozycji nr 8 w opakowaniach po 10 szt., igieł z wizualizacją prawidłowości wkłucia z pozycji nr 11 w opakowaniach po 100 szt. i igieł motylkowych z pozycji nr 12 w opakowaniach po 50 szt.? z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opakowań określonych w pytaniu po odpowiednim przeliczeniu ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 próbek do morfologii z K3EDTA?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy jeżeli w pozycji nr 10 zaferowane są uchwyty z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, to do igieł z pozycji nr 9 należy doliczyć 6000 szt., a od uchwytów jednorazowych z pozycji nr 8 należy 6000 szt. odliczyć?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że jeżeli w poz. nr 10 zostaną zaferowane uchwyty z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, to do igieł w poz. nr 9 należy doliczyć 6 000 sztuk, natomiast od uchwytów w poz. nr 8 należy odliczyć 6 000 sztuk.

Wp. Zemed

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Elu
mgr Ela Kwaśnicka