



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn. 15.01.2018r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro **na dostawę próbek do pobierania krwi.**  
Znak sprawy: ZP-2200- 51/17

### WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

#### Pakiet nr 1

Do postępowania wpłynęły 3 oferty

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy   | Cena brutto w zł<br>Punktacja w kryterium cena 85% | Podpunkty za wartość parametru  |   |  |                          |
|-----------|---|--|---------------------------------|---|--|--------------------------|
|           |   |  | Próbki z zamknięciem zakręcanym | System pochodzący od jednego producenta | Element przezierny (w igle z przeziernością wklucia) o długości co najmniej 5 mm | Objętość martwa w próbce |
| 1         | Eclipse sp. z o.o., sp.k.<br>ul. Prof. M. Życzkowskiego 16<br>31-864 Kraków | 92 525,40<br>80,59                                 | 5                               | 5                                       | 0  | 0                        |
| 2         | Medlab Products sp. z o.o.<br>ul. Gałczyńskiego 8<br>05-090 Raszyn          | 87 730,20<br>85,00                                 | 0                               | 0                                       | 0  | 2                        |
| 3         | Becton Dickinson Polska sp. z o.o.<br>ul. Osmańska 14<br>02-823 Warszawa    | 93 621,60<br>79,65                                 | 0                               | 5                                       | 5  | 5                        |

**Zamawiający przyznał 0 podpunktów** za wartość parametru Element przezierny (w igle z przeziernością wklucia) o długości co najmniej 5 mm **Wykonawcy Eclipse sp. z o.o., sp.k.**, gdyż:

Wykonawca w formularzu oferty oświadczył (wpisując w tej wartości parametru TAK), że Element przezierny (w igle z przeziernością wklucia) jest o długości co najmniej 5 mm.

Zamawiający na podstawie i przy użyciu załączonych do oferty próbek igieł, po wykonaniu próby biologicznej ocenił, że element przezierny w igle z przeziernością wklucia jest o długości poniżej 5 mm.

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego (na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) udzielił wyjaśnień, które zdaniem Zamawiającego nie potwierdzają elementu przeziernego w igle z przeziernością wklucia długości co najmniej 5 mm. Nadesłane wyjaśnienie dotyczące igły z wizualizacją wklucia ukazuje rysunek poglądowy w którym element wizualizacji został zaznaczony łącznie z gwintem igły, który zgodnie z przesłanymi próbkami nie jest w całości przezierny, jak zostało to przedstawione na rysunku. W gwintowanym elemencie igły na początku gwintowania znajduje się biały nieprzezroczysty element plastikowy. Ponadto element gwintowany wkręcany jest do uchwytu służącego do zamocowania igły celem użycia jej do pobrania co powoduje że



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

1-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

w.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
IZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
RAJOWEGO REJESTRU  
KRAJOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

SZPITAL ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

R

gwint przestaje być widoczny podczas wkłucia, a widoczna przestrzeń ogranicza się tylko do tej która znajduje się poza gwintowaniem

**Zamawiający przyznał 0 podpunktów** za wartość parametru Element przezierny (w igle z przeziernością wkłucia) o długości co najmniej 5 mm Wykonawcy **Medlab Products sp. z o.o.**, gdyż:

Wykonawca w formularzu oferty oświadczył (wpisując w tej wartości parametru TAK), że Element przezierny (w igle z przeziernością wkłucia) jest o długości co najmniej 5 mm. po wykonaniu próby biologicznej ocenił, że element przezierny w igle z przeziernością wkłucia jest o długości poniżej 5 mm

Wykonawca wezwany przez Zamawiającego (na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) udzielił wyjaśnień, które zdaniem Zamawiającego nie potwierdzają elementu przeziernego w igle z przeziernością wkłucia długości co najmniej 5 mm.

Nadesłane wyjaśnienia w tym zakresie dotyczą osłonki igły, która zapobiega wylewaniu się krwi podczas pobrania poza element przezierny znajdujący się w samej igle. Brak przezroczystej obudowy nazwanej przez firmę „komorą wizualizacyjną” spowodowałby wyciekanie pobieranej krwi i stanowił zagrożenie dla osoby pobierającej. Igła z wizualizacją wkłucia stanowi ułatwienie w momencie wkłucia do naczynia szczególnie w przypadku problemów ze znalezieniem żyły. Element przezroczysty stanowiący obudowę igły nie wypełnia się krwią podczas wkłucia a dopiero podczas czynności pobierania. Tym samym element ten nie mógł zostać zmierzony podczas próby biologicznej.

#### **Przyznana punktacja w kryteriach określonych w SIWZ:**

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                       | Punktacja w kryterium cena 85% | Punktacja w kryterium jakość 15% | Punktacja łączna |
|-----------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1         | Eclipse sp. z o.o., sp.k. ul. Prof. M. Życzkowskiego 16 31-864 Kraków | 80,59                          | 7,50                             | 88,09            |
| 2         | Medlab Products sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn          | 85,00                          | 1,50                             | 86,50            |
| 3         | Becton Dickinson Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa    | 79,65                          | 11,25                            | 90,90            |

Zamawiający dokonuje wyboru oferty Wykonawcy: Becton Dickinson Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa

Zamawiający informuje, że umowa do przedmiotowego zamówienia będzie zawarta z dniem: 22.01.2018r.

#### **UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

##### **Pakiet nr 2 - brak ofert**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 2, gdyż do przedmiotowego Pakietu nie złożono żadnej oferty.

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.  
D Y R E K T O R  
lek. med. Artur Nowak  
Menadżer

