



Sosnowiec, dn.22.02.2018r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń pól operacyjnych.**

Znak sprawy: ZP-2200- 8/18

Wyjaśnienia Zamawiającego 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego sterylnego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m², odpornego na penetrację płynów, wytrzymałego na rozrywanie. Wzmocnienia nieprzemakalne w przedniej części fartucha na długości 70cm (L) oraz 100cm (XL-XXL) i w rękawach do łokcia o gramaturze min. 40g/m², paroprzepuszczalne i wytrzymałe na rozerwanie. Pakowany z dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Rozmiar L, XL, XXL. Produkt zgodny z ustawą wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wpisze w treści umowy adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha sterylnego zgodnego z opisem w SIWZ z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pakiet 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować osłonę na przewody wyposażoną w dodatkową tekturową podkładkę ułatwiającą aplikację.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Pakiet 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować osłony na przewody zaopatrzone na opakowaniu w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Pakiet 3 poz.2

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 15x36,5cm i rozmiarze części lepnej 15x28cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną folię

Pytanie 9

Pakiet 3 poz.3

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 28x53,5cm i rozmiarze części lepnej 28x45cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.



CERTYFIKAT 2015/22



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

ww.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
YDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
ADOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną folię

Pytanie 10

Pakiet 3 poz.4

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 45x63,5cm i rozmiarze części lepnej 45x55cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną folię

Pytanie 11

Pakiet 3 poz.2-4

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować folię konfekcjonowaną a 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z (owinięcie zestawu)
 - 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm
 - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
 - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
 - 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
 - 1 x taśma lepna 9x50 cm
 - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego

(polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany zestaw

Pytanie 13

Pakiet 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń uniwersalnych, które zawierają serwety okrywające pacjenta z chłonnego materiału na całej powierzchni serwet.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Pakiet 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń sterylizowanych tlenkiem etylenu, co zapewnia minimalizację pogniczenia serwet oraz brak nieprzyjemnego zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Pakiet 7

Czy Zamawiający oczekuje aby serwety okrywające pacjenta i stołki narzędziowe były wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych, a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Pakiet 7

Prosimy o wyjaśnienie czy serwety powinny posiadać dwucentymetrową nieprzylepną końcówkę przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 17

Pakiet 8

Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x serweta górną 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m² w obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne o gramaturze łącznej 110g/cm².

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania obłożeń sterylizowanych tlenkiem etylenu, co zapewni minimalizację pogniczenia serwet oraz brak nieprzyjemnego zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Pakiet 8

Prosimy o wyjaśnienie czy serwety powinny posiadać dwucentymetrową nieprzelepną końcówkę przy paskach zabezpieczających taśmę lepłą ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 20

Pakiet 12

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze 30 g/m². Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Barrierowość min. 55 mmH₂O, wytrzymałość na wypychanie min. 117 kPa i min. 140 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 31/56 N oraz min. 90/100 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. Rozmiary S-XXL.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

dotyczy Pakietu 1

1. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 7 zaoferowano serwetę sterylną o wymiarach 100x125 cm z otworem 11 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

2. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 9 zaoferowano serwetę sterylną o wymiarach 150x175 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 22

dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylną serwetę o wymiarach 50x60 cm z otworem 6x8 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 23

dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylną jednorazową osłonę na przewody o wymiarach 18x250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 24

dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych, w którym serweta główna posiada wymiary: 200/270x215 oraz otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 25

dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny zestaw do zabiegu PCNL bez serwety na stolik instrumentalny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie dotyczą Pakietu 10

Pytanie 26

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano sterylny zestaw do operacji otolaryngologicznych bez stolika Mayo? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano sterylny zestaw do zabiegów na kończynie, w którym osłona na kończynę posiada wymiary: 22x75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 4 zaferowano sterylny zestaw do zabiegów operacyjnych z serwetą, z wycięciem U o wymiarach: 20x102 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowany zestaw

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 5 zaferowano sterylny zestaw do zabiegów brzuszno-kroczeniowych, w którym serweta chirurgiczna do operacji brzuszno- kroczeniowych posiada samoprzylepny otwór w okolicy jamy brzusznej o wymiarach 25x30cm otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24cm, z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 7 zaferowano sterylną osłonę na kończynę o wymiarach: 32x120 cm bez taśm lepnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną osłonę

Pytanie 31**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 cm otoczonym taśmą samoprzylepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 32**Pakiet 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 cm otoczonym taśmą samoprzylepną, nieprzemakalność 80 cm H₂O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 33**Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 34**Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 48 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 35**Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 36**Pakiet 1 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 150 x 250 cm, trzywarstwowej wokół pola operacyjnego- gramatura 109,5 g/m², gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m²?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 37**Pakiet 1 poz. 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z folii o gramaturze 51 g/m², obszar wzmocniony o łącznej gramaturze 83 g/m², złożonej w sposób umożliwiający założenie zgodne z zasadami aseptyki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 38**Pakiet 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety w rozmiarze 45 x 60 cm z otworem 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną serwetę

Pytanie 39**Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony składanej rewersowo? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowaną osłonę

Pytanie 40

Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do osłony przetwornika obrazu, 3- częściowego, składającego się z 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm? Zestaw wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej, ściągnięty elastyczną gumką

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowany zestaw

Pytanie 41

Pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obłożenia trzywarstwowego w strefie krytycznej (gramatura 109,5 g/m²), na pozostałym obszarze serwet dwuwarstwowy laminat o gramaturze 57,5g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowane obłożenie

Pytanie 42

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obecnie stosowanego na Bloku Operacyjnym zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro)

1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 11 x 11 x 11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowany zestaw

Pytanie 43

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obecnie stosowany na Bloku Operacyjnym zestaw do zabiegów na kończynie (dłoń/stopa) o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego

polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowany zestaw

Pytanie 44

Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obecnie stosowany na Bloku Operacyjnym zestaw do artroskopii stawu kolanowego o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 serweta operacyjna podkład pod kończynę 180 x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm

1 serweta na kończynę 225 x 320 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej

1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm pakowana osobno

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego

polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu

podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaferowany zestaw

Pytanie 45

Pakiet 10 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści obecnie stosowany na Bloku Operacyjnym zestaw do zabiegów brzuszno-kroczywych o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczywa 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z zabezpieczeniem w postaci osłony z taśmą samoprzylepną z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60 cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowany zestaw

Pytanie 46

Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wzmocnieniami o gramaturze 28 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

Pakiet nr 1, poz. 11:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej na stół Mayo wykonanej z folii polipropylenowej o grubości 50µm i włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 24 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytania dot. treści umowy

Pytanie 50

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ustęp 2. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy. ”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 5 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 72

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 12 w pozycji nr 1 dopuści fartuchy chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo 2 warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Posiadający nieprzemakalne wzmocnienia 2-warstwowe z „oddychającego” laminatu PP+PE w części krytycznej fartucha na długości 1 metra na przodzie oraz na ¼ rękawów. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

PAKIET NR 1

Pytanie 82

Poz. nr 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 83

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej z otworem o średnicy 7 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 84

Poz. nr 9 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 100 cm lub 150 x 175 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę 150 x 175 cm

Pytanie 85

Poz. nr 10 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym min. 50 x 75 cm o łącznej gramaturze 110 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 86

Poz. nr 11 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo o gramaturze min. 115 g/m² z warstwą chłonną o min. gramaturze 55 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

PAKIET NR 2

Pytanie 87

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowaną serwetę

Pytanie 88

PAKIET NR 6

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona w rozmiarze 140 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona w rozmiarze 80 x 145 cm
- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna o wymiarach 290 x 250cm z padem chłonnym, z otworem na krocze 9x12cm, zintegrowana z nogawicami
- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki (75x90cm)
- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu (50x50cm)
- 1 taśma samoprzylepna (10x50cm)
- 4 ręczniki celulozowe (30x33cm)

Obłożenia wykonane z laminatu 2 warstwowego (w miejscach krytycznych 3 warstwowego) o gramaturze min. 55 g/m² (w miejscach wzmocnionych min. 110g/m²). Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowany zestaw

Pytanie 89

PAKIET NR 8

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia wykonanego z laminatu 2 warstwowego o gramaturze min. 55 g/m² a w strefie krytycznej z laminatu 3 warstwowego o łącznej gramaturze min. 110 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowane obłożenie

Pytanie 90

PAKIET NR 8

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm

1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) 170x300 cm i workiem do zbiórki płynów

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ



PAKIET NR 12

Pytanie 91

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli fartuch którego wzmocnienie w części przedniej sięga do samego dołu fartucha, do jego dolnej krawędzi?

Czy Zamawiający zaakceptuje fartuch ze wzmocnieniem w przedniej części o długości nie dochodzącej do jego dolnej krawędzi?

Odpowiedź: Tak


KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PIŁRZICZYCH

mgr Ela Kwaśniewska

