



Sosnowiec, dn.15.10.2018r.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
DZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę materiałów do sterylizacji**
Znak sprawy **ZP-2200-47/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, co jest napisane w Załączniku nr 2 do SIWZ

„UWAGA:

Jeżeli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć wraz z ofertą oświadczenie o treści:

Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do **żadnej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)”

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ, nie stawia wymogów dotyczących Wykonawcy.

Dotyczy Parametry Techniczne:

etu nr 1, poz. 8

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników klasy 6 o ustalonych parametrach 134°C/7 min, 121°C/20 min z substancją wskaźnikową punktową, a'250 szt. ?

ir 1, poz.16-17

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 57g/m², pozostałe wymagania Zamawiającego bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
DS. ROZWOJU JAKOŚCI
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Danilowicz

DYREKTOR
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Robert Mistrala