



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dnia 01.10.2019r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim”**
Znak sprawy ZP-2200- 28/19

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pozycji 1. Urządzenie do krioterapii miejscowej dopuści aparat, posiadający sterownik z dużym i wyraźnym czarno-białym wyświetlaczem typu Led ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pozycji 1. Urządzenie do krioterapii miejscowej dopuści aparat, posiadający 7 stopni nadmuchu, zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 4,7 do 9 kg/h (praca ciągła) - w zależności o intensywności nadmuchu, Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu: 50 - 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min?

Liczba zabiegów wykonanych przy użyciu jednej butli uzależniona jest od tyłu parametrów, że informacje te należy traktować wyłącznie orientacyjnie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pozycji 4. Stół rehabilitacyjny dopuści Stół rehabilitacyjny o regulacji wysokości 45-95 cm, Regulacja części głównej do pozycji Pivota [o]: 25 ? Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego, stół schodzi niżej, co jest korzystne i funkcjonalne przy prowadzeniu terapii. Dodatkowy atuty to udźwieg do 200 kg.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pozycji 5. Urządzenie do leczenia polem elektromagnetycznym dopuści aparat, generujący kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy, parametry trybu przerywanego impuls emisja ciągła i impulsowa 1s/przerwa 0,5 – 8 s, spektrum częstotliwości 0 – 50 Hz, Maksymalna indukcja magnetyczna 100 Gauss mT, zegar zabiegowy 60 minut ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VII: GOSPODARSTWO
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO PDD NUMEREM
0000476320

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pozycji 6. Urządzenie do elektrolecznictw dopuści aparat z następującymi prądami:interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF))

TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)

TENS do porażień spastycznych

Kotza / rosyjska stymulacja

tonoliza

diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)

impulsowe (prostokątny, trójkątny)

impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny

unipolarne falujące

galwaniczny

mikroprądy

Aparat nie posiada kartoteki pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pozycji 7. Stół do masażu dopuści stół o regulacji wysokości 45-95 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Z. h. p. Zarecki
**KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMOWIEŃ BIUROTYCZNYCH**
E. Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka