

Arkusz1

Zestawienie wyposażenia						
I.p.	Symbol	Nazwa	Opis z definicji stylu	Producent	Napięcie zasilania	Moc
1	E21a	lampa bezcieniowa ścienna	lampa zabiegowa ścienna, natężenie oświetlenia w odl. 1m >40000lx, śr. pola roboczego w odl 1m 25cm, maks. przyrost temp. na wys. głowy operatora 2st. C, wskaźnik wierności oddawania barw Ra min. 95, temp. barwy światła 4500. K technologia led	Meden Lucea Led 40	230V	
2	R70a	negatoskop ścienny dwuklatkowy z podświetlaczem	Negatoskop dwuklatkowy ścienny w obudowie higienicznej malowany proszkowo, emituje światło dzienne o temp. barwowej 6500K, luminancja ekranu: 4200 cd / m2 ±2 5%, regulacja luminancji: TAK, wymiary ekranu:72 x 43 cm, ilość klatek: 2, klasa ochronności: I,	Ultraviol NGP-21 HF	230V	150W
3	S20a	Myjka dezynfektor	Myjka dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi i wyposażenia na oddziałach szpitalnych; komora ze stali nierdzewnej o pojemności umożliwiającej wsad : 1 basen okrągły + 3 kaczki, 1 basen plastikowy podłużny + 1 kaczka, 3 kaczki, 2 butle do ssaków, wiaderko, miska o średnicy do Ø400 mm, etc., podłączenie kanalizacyjne Ø110 mm	Getinge 1200	230/400V, 50 Hz, 16AV	3000W
4	E40a	panel przyłóżkowy	Wymagania techniczne na jedno stanowisko: 1. Gniazda gazów medycznych umieszczone na froncie panela standard AGA: - tlen szt. 2; - próżnia szt. 2; - spr. powietrze szt. 2. 2. Gniazda elektryczne 230V, zlicowane z powierzchnią: - gniazdo 230V. 3. Szyna medyczna: - szyna medyczna 400 mm szt. 2. 4. Oświetlenie ogólne: - oświetlenie 1x28W szt. 1. 5. Oświetlenie miejscowe: - oświetlenie 1x8W szt.1. 6. Gniazdo ekwipotencjalne: - gniazdo Jack Bush szt.4.	Nazwa podmiotu: MZ Liberec a.s.	230V	60W