

GAZY MEDYCZNE		GAZY MEDYCZNE	
OZNACZENIA WG EN-PN		OZNACZENIA "NEUTRALNE"	
Lp.	Rodzaj gazu	Lp.	Rodzaj gazu
1	TLEN	1	TLEN
2	PODTLENEK AZOTU	2	PODTLENEK AZOTU
3	POWIETRZE MEDYCZNE 0,5 MPa	3	POWIETRZE MEDYCZNE 0,5 MPa
4	POWIETRZE MEDYCZNE 0,8 MPa	4	POWIETRZE MEDYCZNE 0,8 MPa
5	PRÓŻNIA MEDYCZNA	5	PRÓŻNIA MEDYCZNA
6	AZOT	6	AZOT
7	DWUTLENEK WĘGLA	7	DWUTLENEK WĘGLA

Lp.	Rodzaj gazu	Lp.	Rodzaj gazu
1	TLEN	1	TLEN
2	PODTLENEK AZOTU	2	PODTLENEK AZOTU
3	POWIETRZE MEDYCZNE 0,5 MPa	3	POWIETRZE MEDYCZNE 0,5 MPa
4	POWIETRZE MEDYCZNE 0,8 MPa	4	POWIETRZE MEDYCZNE 0,8 MPa
5	PRÓŻNIA MEDYCZNA	5	PRÓŻNIA MEDYCZNA
6	AZOT	6	AZOT
7	DWUTLENEK WĘGLA	7	DWUTLENEK WĘGLA

Lp.	Rodzaj gazu	Lp.	Rodzaj gazu
8	ODCIĄG GAZÓW	8	ODCIĄG GAZÓW
9	WYRZUT POWIETRZA Z NARZĘDZI	9	WYRZUT POWIETRZA Z NARZĘDZI
10	POWIETRZE POZAMEDYCZNE	10	POWIETRZE POZAMEDYCZNE
11	POWIETRZE STOMATOLOGICZNE	11	POWIETRZE STOMATOLOGICZNE
12	PRÓŻNIA STOMATOLOGICZNA	12	PRÓŻNIA STOMATOLOGICZNA
13	HEL	13	HEL
14		14	

- 1.Naklejki (etykiety) należy wykonać jako samoprzylepne.
- 2.Powierzchnia zewnętrzna etykiet winna być gładka i odporna na ścieranie.
- 3.Napisy określające rodzaj gazu oraz otaczające je obwódki – kolor czarny o grubości 0,5mm.
- 4.Na etykietach linia przerywaną pokazano części etykiet, które należy przed przyklejeniem odpowiednio obciąć celem określenia właściwego kierunku przepływu.