



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

**“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu**  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 30.10.2008r.

### **Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/54/2008 na **dostawy bielizny i odzieży na potrzeby bloku operacyjnego**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

#### **Pytanie Nr 1**

Zamawiający w przetargu „NA DOSTAWĘ BIELIZNY I ODZIEŻY NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEJNEGO”, wymaga tkaniny 100% bawełnianej a zarazem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie kraju zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.04.2004 (Dz. U. z 2004 r Nr 93 poz. 896) oraz, że tkanina musi spełniać wymagania normy PN-EN 13795 (czystość mikrobiologiczna cząstek stałych, pylenie, odporność na przenikanie drobnoustrojów, przenikanie cieczy).

Tylko wyroby barierowe o składzie 99,9% poliester i 0,1% włókno węglowe spełniają wymagania ww normy a więc tylko takie mogą być traktowane sensu stricte jako wyroby medyczne, co potwierdza wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i oznakowanie CE.


Wymagania przedstawione w przetargu są sprzeczne.

Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z normą PN-P-84525:1998 z tkaniny bawełnianej przeznaczonej do stosowania w zamkniętych i otwartych placówkach służby zdrowia (certyfikat zgodności) spełniającej wymagania zawarte w ENV 14237:2008 tekstylia w systemie ochrony zdrowia.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ określenie „100% bawełna” na „tkanina spełniająca normę PN-EN 13795”.

Zamawiający dopuszcza tkaniny zgodne z normą PN-P-84525:1998, pod warunkiem spełniania normy PN-EN 13795.

Z upoważnienia Dyrektora  
**Z - CA DYREKTORA**  
d.s. Administracyjnych  
i Zarządzania Nieruchomościami  
  
mgr inż. Czesław Kozak