Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość: Sosnowiec Kod pocztowy: 41-219 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Tel.: +48 324130131

Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska

E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl Faks: +48 324130112

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.szpital.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

◉ Instytucja zamawiająca ○ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań manualnych – szybkie testy diagnostyczne;
Pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego;
Pakiet nr 3 – Dostawa pipet automatycznych wraz z końcówkami do pipet;
Pakiet nr 4 – Dostawa strzykawek do badań gazometrycznych;
Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej;
Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;
Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.7 do SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	**Słownik uzupełniający** *(jeżeli dotyczy)*
Główny przedmiot	33192500	
Dodatkowe przedmioty	33696000	
	33696500	
	38437000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*
◉ Otwarta
○ Ograniczona
○ Ograniczona przyspieszona
○ Negocjacyjna
○ Negocjacyjna przyspieszona
○ Dialog konkurencyjny
○ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
○ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
○ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
○ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
○ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

ZZP-2200-87/2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
◉ eNotices
○ TED eSender

Login: ENOTICES_szpital_sc
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-127918 *rok i numer dokumentu*

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 180-296133 z dnia: 19/09/2012 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/09/2012 *(dd/mm/rrrr)*

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
☐ Procedury niepełnej
☒ Sprostowania
☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
○ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
○ Zamówienia nie udzielono
☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
◉ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
○ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
○ Oba przypadki

VI.3.2)
◉ W ogłoszeniu pierwotnym
○ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
○ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Część nr 1 Informacje dodatkowe na temat części zamówienia	Warunki Graniczne: 1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń (1 raz w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli (każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. 2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu. 3. Data ważności testów minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego.	Warunki Graniczne: 1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń (1 raz w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli (każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu. 2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu. 3. Data ważności testów minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego.

	5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie. 6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. 7.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. 8.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin. 9.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim.	5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie. 6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. 7.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. 8.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin. 9.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Część nr 5 Informacje dodatkowe na temat części zamówienia	Parametry graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej. I.Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 3 letni z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami.. II.Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. III.Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. IV.Wbudowana drukarka. V.Czytelny ekran. VI.Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. VII.Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. VIII.Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. IX.Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.	Parametry graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej. I.Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 3 letni z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami.. II.Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. III.Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. IV.Wbudowana drukarka. V.Czytelny ekran. VI.Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. VII.Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. VIII.Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. IX.Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.

X.Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
XI.Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
XII.Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory.
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator.
XIV.Dostarczenie i instalacja analizatora, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy.
XV.Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.
XVI.Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku.
XVIII.Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
XIX.Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
XX.Analizator posiadający dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego

X.Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
XI.Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
XII.Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory.
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator.
XIV.Dostarczenie i instalacja analizatora, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy.
XV.Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.
XVI.Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku.
XVIII.Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
XIX.Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
XX.Analizator posiadający dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego

	(obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca. XXI.Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych. XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. 2. Odczynnik musi posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 2 miesiące każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 10 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku. 4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godz. 5. Dostawa odczynników do 5 dni od momentu złożenia zamówienia faksem.	(obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca. XXI.Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych. XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. 2. Odczynnik musi posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. 3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym z trzech lat obowiązywania umowy: przez 2 miesiące każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 10 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku. 4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godz. 5. Dostawa odczynników do 5 dni od momentu złożenia zamówienia faksem.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Część nr 7 Informacje dodatkowe na temat części zamówienia	Zamiast: Warunki graniczne : 1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku.	Powinno być: Warunki graniczne : 1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku. 3. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych

	3. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7miesięcy od daty dostawy. 4. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej cztery razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu. 5.Jeżeli odczynniki zawierają w swym składzie substancje niebezpieczne, należy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (w formie papierowej), lub oświadczenie o ich braku. 6.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. 7. Jeżeli zostanie zaoferowany materiał kontrolny którego stabilność po rekonstytucji będzie krótszy niż 30 dni, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zaoferowanego materiału kontrolnego celem zachowania możliwości wykonania wewnętrznej kontroli jakości badań zachowując następujące reguły: badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski (3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów 8. W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1x w roku analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis.	minimum 9 miesięcy od daty dostawy. 4. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej cztery razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu. 5.Jeżeli odczynniki zawierają w swym składzie substancje niebezpieczne, należy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (w formie papierowej), lub oświadczenie o ich braku. 6.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. 7. Jeżeli zostanie zaoferowany materiał kontrolny którego stabilność po rekonstytucji będzie krótszy niż 30 dni, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zaoferowanego materiału kontrolnego celem zachowania możliwości wykonania wewnętrznej kontroli jakości badań zachowując następujące reguły: badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski (3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów 8. W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1x w roku analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:	Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:	Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/10/2012 *(dd/mm/rrrr)* - ID:2012-136163