SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI
sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 13.11.2013r.

Zamawiający – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 41-30-130, fax (032) 41-30-131
e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użycia i materiałów szewnych.
Znak sprawy ZP-2200-79/13

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1
dotyczy Pakietu nr 2
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:
System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.
System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in" , składający się z :
a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.
b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Pytanie 2
Czy zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści taśmę polipropylenową, monofilamentową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 50cm, szerokości 1,25cm, grubość nici 0,5mm, gramaturze 70g/m2, taśma nie posiada plastikowych osłonek ponieważ ma atraumatyczne, tkane, „pędzelkowe" brzegi, całkowicie niewchlanialna, wielkość porów 1.485 x 0.76 mm.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:
20 szt. taśm do leczenia nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m^2, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez nici korekcyjnych ?

Odpowiedź na pytania 1-3:
Zamawiający nie dopuszcza taśmy do leczenia nietrzymania moczu u kobiet bez nici korekcyjnych.

Pytanie 4
dotyczy Pakietu nr 2
W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem **czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cieńkich? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.**
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
lek. med. Artur Nowak

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWO-EKONOMICZNYCH
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr Robert Mędrala

ud.2