



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI  
sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 28.07.2014r.

**WYKONAWCY BIORĄCY  
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **obsługę serwisową sterylizatorów, przeglądy sprzętu i aparatury noworodkowej oraz aparatów do znieczulenia**  
Znak sprawy ZP-2200-50/14

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

W związku z przyjętym w Rozdziale IV pkt 1 lit a) i b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisem sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na ich modyfikację polegającą na wprowadzeniu zapisów umożliwiających udział w przedmiotowym postępowaniu również tym wykonawcom, którzy serwisują aparaturę medyczną również innych producentów niż firmy Dräger.

W związku z przywołanymi powyżej zapisami specyfikacji stoimy na stanowisku, że w rażący sposób naruszają one fundamentalne zasady prawa zamówień publicznych wyrażone w art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zobowiązują każdą instytucję zamawiającą do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Zawarty w specyfikacji opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zupełnie bezzasadnie pozbawia możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie tych wykonawców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie

w serwisowaniu aparatury medycznej jak również odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny. Wiedza i doświadczenie przy świadczeniu tego rodzaju usług, które związane jest z aparaturą innych producentów nie powinna, przy obiektywnej i rzetelnej ocenie, mieć jakiegokolwiek wpływu na kreowanie kręgu potencjalnych wykonawców, których zamawiający zamierza dopuścić do niniejszego postępowania. **Zarówno przy serwisie aparatury, której producentem jest firma Dräger jak i przy sprzęcie innych producentów wymagane są te same standardy techniczne - w zakresie wykonywania czynności serwisowych lub naprawczych, jak również ta sama wiedza praktyczna i teoretyczna.** Bezzasadnym zatem jest ograniczanie konkurencji i eliminowanie doświadczonych wykonawców, którzy profesjonalnie od lat świadczą tego rodzaju usługi na rynku.

Przedstawione powyżej stanowisko należy odnieść również do wymagań zamawiającego, które narzucają wykonawcom wykazanie *posiadanie co najmniej jednego pracownika serwisowego, który posiada aktualny certyfikat/uprawnienia do wykonywania przeglądów technicznych oraz naprawy*

aparatury/sprzętu określonego w ust. 1a. Taka konstrukcja zapisu prowadzi zatem do prostego wniosku, że wykonawcą przedmiotowego zamówienia np. w zakresie pakietu nr 3 mogą być tylko aktualni lub byli pracownicy firmy Dräger. Należy przy tym podkreślić, że obecnie firma Dräger nie szkoli pracowników innych firm w zakresie obsługi i serwisu aparatury jej produkcji. Pragniemy także zaznaczyć, że przy wykonywaniu konkretnych czynności technicznych związanych czy to z naprawą czy to z serwisem nie ma znaczenia czyjej produkcji są aparaty do znieczulenia. Ponadto wydaje się, że jeżeli inne placówk medyczne mogą efektywnie korzystać z usług innych firm niż firma Dräger przy naprawach oraz serwisie aparatury medycznej, to nie ma również żadnych przeciwwskazań aby do przedmiotowego postępowania dopuścić również innych wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia jest aparatura, której użycie bezpośrednio może zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta, Wykonawca musi posiadać osoby przeszkolone przez producenta lub inny upoważniony przez Niego podmiot.

*X up. zgodny*  
**KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
*[Signature]*  
mgr Ela Kwaśnicka

*[Handwritten mark]*