



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 08.12.2014r.

Zamawiający – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 41-30-125, fax (032) 41-30-131

e-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

WYKONAWCY

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego.**
Znak sprawy **ZP-2200-89/14**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla elektrody neutralnej silikonowej o dł. 4,5 m do aparatu Conmed?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 9, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla elektrody neutralnej jednorazowej dł. 4,5 m do aparatu Emed, ErbeICC, Martin?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 9, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla szczypiec biopolarnych wtyk 2-bolcowy 29 mm, 4,5 m do aparatu Emed?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 9, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówki elektrody czynnej typu nóż prosty dł. ostrza 13 mm, dł. całkowita 62 mm do uchwytu \varnothing 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 9, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówki elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 119 mm do uchwytu \varnothing 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w końcówkę elektrody.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 9, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówki elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta \varnothing 4 mm dł. części roboczej 86 mm, dł. całkowita 122 mm, do uchwytu \varnothing 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 9, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówki elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta \varnothing 6 mm dł. części roboczej 88 mm, dł. całkowita 124 mm, do uchwytu \varnothing 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 9, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie końcówki elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta o dł. całkowitej 62 mm, do uchwytu \varnothing 4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 9, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec bipolarnych, izolowanych, prostych, końcówka 0,5 mm dł. 110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 8 - wiertła

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw zamówienia częściowego z max. 5 dni roboczych na 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy dla Pakietu 8 - wiertła

Czy Zamawiający określił w § 4 ust. 7 lit.b. iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.


41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,

TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, REGON 240837054, NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 32 834 000,00 ZŁ



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny wadliwego towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w § 5 ust.1

a) pkt 1.1 i 1.2 z 15% na 10%

b) pkt 1.3 z 1% na 0,5% wartości netto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dookreślił (§ 6 ust. 2), że za rozpoczęcie negocjacji będzie uznane przesłanie wezwania do zapłaty. Z uwagi na powyższe nie jest koniecznym przesłanie dodatkowych pism dotyczących samych należności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110 cm² i powierzchni całkowitej 170 cm², pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprrowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w elektrody.

Pytanie 15

Pytanie nr 1. do poz.4 (Kabel elektrody neutralnej silikonowej dł. 3m do aparatu Conmed)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł. 4m? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Pytanie nr 2. do poz. 5 (Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona 160cm² o wymiarach 210x124mm)

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną 168 cm² ?

Zaproponowane parametry nieznacznie odbiegają od zaproponowanych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w elektrody.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Pytanie 17

Pytanie nr 3. do poz. 5 (Elektroda neutralna, jednorazowa, dzielona 160cm² o wymiarach 210x124mm)

Czy zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną o powierzchni 85 cm² z oddzielnym odizolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23mc² ?

Z proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem bezpieczniejszym gdyż zastosowanie oddzielnego pierścienia ekwipotencjalnego zapobiega rozgrzewaniu rogowemu skóry w miejscu aplikacji elektrody biernej, jednocześnie zapobiegając powstawaniu poparzeń rogowych do których może dochodzić podczas stosowania płytek bez oddzielnego pierścienia ekwipotencjalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w elektrody.

Pytanie 18

Pytanie nr 4. do poz. 6 (Kabel elektrody neutralnej jednorazowej dł. 3m do aparatu Emed, Erbe ICC, Martin)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł. 4m? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pytanie nr 5. do poz. 10 (Kabel szczypiec bipolarnych wtyk 2-bolcowy 29mm, 3m do aparatu Emed)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł. 4m? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pytanie nr 6. do poz. 13 (Końcówka elektrody czynnej typu nóż prosty dł. 25mm do uchwytu Ø4mm)

Czy zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej o dł. 24 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w końcówkę elektrody.

Pytanie 21

Pytanie nr 7. do poz. 14 (Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu nóż prosty dł. 100mm do uchwytu Ø4mm)

Czy zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej o dł. 120 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w końcówkę elektrody.

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O.


41-219 SOSNOWIEC, UL. SZPITALNA 1,

TEL. (32) 4130 100, FAX (32) 4130 112, REGON 240837054, NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY W SĄDZIE REJONOWYM KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH

WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 32 834 000,00 ZŁ



Pytanie 22

Pytanie nr 8. do poz. 15 (Kocówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø4mm dł. 100mm do uchwytu Ø4mm)

Czy zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej o dł. 110 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pytanie nr 9. do poz. 16 (Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu kulka prosta Ø6mm, dł. 100mm do uchwytu Ø4mm)

Czy zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej o dł. 115 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Pytanie nr 10. do poz. 17 (Końcówka elektrody czynnej z izolowanym trzpieniem typu igła prosta dł. 24mm do uchwytu Ø4mm)

Czy zamawiający dopuści końcówkę elektrody czynnej o dł. 22 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w końcówkę elektrody.

Pytanie 25

Pytanie nr 11. do poz. 18 (Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm)

Czy zamawiający dopuści bipolarne szczypce izolowane, proste o dł. 160mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pytanie nr 12. do poz. 18 (Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm)

Czy zamawiający dopuści bipolarne szczypce izolowane, proste końcówka 1mm, dł.145mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w szczypce biopolarne.

Pytanie 27

Pytanie nr 13. do poz. 18 (Szczypce bipolarne, izolowane, proste, końcówka tępa 2mm dł. 110mm)

Czy zamawiający dopuści bipolarne szczypce izolowane, proste końcówka 1mm, dł.110 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Pytanie 28

Pytanie nr 14. do poz. 21 (Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych długości min. 3m do lancetronów Erbe ICC)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł. 4m ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w/w kabel.

z up. Zowedy
MIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PIŁRNICZNYCH
E.K.
mgr Ela Kwaśnicka