



Sosnowiec, dn. 08.06.2015r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

Znak sprawy ZP-2200-30/15

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

(Pytanie 1÷4) Dotyczy pakietu nr 1

Pytanie 1

Z podanej przez Zamawiającego ilości oznaczeń wynika, że nie będzie on wykonywał więcej niż 130 oznaczeń dziennie dla analizatora 1 i 65 oznaczeń dziennie na analizatorze 2. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści 2 analizatory o wydajności do 100 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wynosiła minimum 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy aparatu z 14 dni na min. 21 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę terminu dostaw odczynników w terminie cito z 48 h na 72 h.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla pojedynczych odczynników lub kalibratorów termin ważności przy dostawie wynosił 4-6-miesiący?

Wynika to z cyklu produkcyjnego Wytwórcy, na co Oferent nie ma wpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów o realnej i rzeczywistej wydajność 85 oznaczeń na godzinę każdy (sumaryczna wydajność obu analizatorów to 170 ozn./ godz.)?

Przy deklarowanej przez Zamawiającego ilości badań (ok 120 dziennie) taka wydajność w zupełności wystarczy do szybkiego i sprawnego wykonania badań w czasie poniżej 1 godziny dziennie, a także jest optymalna dla Zamawiającego z punktu widzenia kosztowej efektywności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z obowiązującym algorytmem diagnostyki zawału serca umieszczonym w wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK i

Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC, test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym (high sensitivity troponin)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu do oznaczania troponiny zgodnie z obowiązującym algorytmem diagnostyki zawału serca umieszczonym w wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC.

Pytanie 8

Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG total wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowanie testu do oznaczania beta-HCG w zakresie testu ciążowego, a dopuszcza w zakresie markera nowotworowego.

Pytanie 9

Par. 1 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk zostały dostarczone zostały na nośniku elektronicznym – płyta CD/DVD?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Par. 2 ust.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę terminu dostawy analizatorów na 14 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Par. 4 ust. 3 i 4 – Prosimy o wykreślenie tych zapisów
za utylizację wytwarzanych odpadów odpowiedzialny jest ich wytwórca.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Par. 4 ust. 2 Prosimy o doprecyzowanie zapisu umowy ile osób ma zostać poddanych szkoleniu?

Odpowiedź:

Szkoleniu mają być poddani wszyscy pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej tj. w Laboratorium Analitycznym I zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej 1 – 10 osób, w Laboratorium Analitycznym II zlokalizowanym przy ul. Zegadłowicza 3 – 12 osób.

Pytanie 13

Par. 4 ust. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 2 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 14

Par. 4 ust. 11 – Prosimy o zmianę wyrażenia „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.

Odpowiedź:

Pytanie bezprzedmiotowe, gdyż w Par. 4 ust. 11 nie ma wyrażenia „bezpłatny”

Pytanie 15

Par. 4 ust. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie po wyrażeniu „24 godzin” sformułowania „w dni robocze”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Par. 4 ust. 12 – Prosimy o zmianę wyrażenia „nieodpłatnie” na „w ramach czynszu dzierżawnego”.

W istocie cena tej usługi zostaje ujęta w kwocie miesięcznego czynszu dzierżawnego aparatu.

Odpowiedź:

Pytanie bezprzedmiotowe, gdyż w **Par. 4 ust. 12** nie ma wyrażenia „nieodpłatnie”

Pytanie 17

Par. 5 ust. 10-12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisów par.5 ust. 10, 11 i 12 zapisem o brzmieniu:

„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Par. 5 ust. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia niniejszego ustępu, aby wyrażenia „nazwa” zostały zastąpione sformułowaniami: „numer katalogowy”.

Rozpoznanie po numerze katalogowym stanowi pewną i nieomylną identyfikację produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę – zmieniony zapis zostanie wprowadzony do umowy.

Pytanie 19

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw „CITO” wynosił 2 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostaw odczynników w terminie „CITO” z 48 h na 72h– zapis zostanie wprowadzony do umowy.

Pytanie 20

Par 6 ust. 2 Prosimy o wykreślenie fragmentu tego ustępu od słów „ W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust 2, (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 21

Par. 6 ust. 2 Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe pytanie o wykreślenie zapisu – prosimy o dopisanie sformułowania „Skorzystanie z powyższego uprawnienia wyłącza możliwość zastosowania par. 7 ust.1 pkt b”.

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania tego samego przewinienia dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez zabezpieczenie wykonania badań na koszt Wykonawcy na podstawie par. 6 ust. 2 następuje naprawienie szkody. W razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Wykonanie nabycia zastępczego nie skutkuje naprawieniem szkody wynikłej z opóźnienia dostawy, ale zabezpiecza interes Zamawiającego wyrażający się w zrealizowaniu dostawy. Koszt wynikający z realizacji tego uprawnienia, ponoszony przez Wykonawcę, stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę, a ceną nabycia przez Zamawiającego u innego dostawcy. Stanowi więc pokrycie szkody wynikającej z ewentualnie zapłaconej wyższej kwoty z tytułu dostawy, niż wynikająca z zawartej umowy.

Pytanie 22

Par. 6 ust. 4 – Prosimy o zmianę terminu na 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 23

Par. 6 ust. 5 – Prosimy o zmianę terminu rozpatrzenia reklamacji na 2 dni robocze oraz o zmianę terminu wymiany na kolejne 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 6 ust. 5 a na:

„czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin.”

Pytanie 24

Par. 6 ust. 6 – Prosimy o zmianę terminu na 2 dni robocze

Odpowiedź:

Zamawiający zmieni zapis § 6 ust. 6 a na:

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe-jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin.

Pytanie 25

Par. 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy.”

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń. Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 7 ust.4

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Wysokość kary umownej jest związana z wartością niezrealizowanej części umowy, bądź niedostarczonej partii towaru. Zamawiający nie określa związku pomiędzy wysokością kary umownej, a wartością umowy.

Pytanie 26

Par. 7 ust. 2 – Prosimy o zmianę terminu na 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 27

Par. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

DOTYCZY – PAKIET NR 1

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek dotyczących odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych na płycie CD? Jeżeli nie to prosimy o możliwość złożenia tych dokumentów oddzielnie zbindowanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty ulotek dotyczących odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oddzielnie zbindowanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie.

Pytanie 29

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę aparatów wraz z instalacją w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 30

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §6 ust 5 i 6 na: 5) W przypadku dostaw odczynników:

- a. czas reklamacji nie może przekroczyć 72 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin.
- b. wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.
- c) Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w związku z czym:

§6 ust 5 ppkt a. otrzyma brzmienie:

„czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin.”

ppkt b – zgodnie z wzorem umowy,

§6 ust 6 otrzyma brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 72 godzin.”

Pytanie 31

Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §7 ust 1, b) na: za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej partii towaru za każdy dzień zwłoki (w zakresie poszczególnego pakietu).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Dotyczy: Wymagania dotyczące odczynników:

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania dla testów HBs Ag i HBs Ag test potwierdzenie materiału kontrolnego na 2 poziomach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy odczynników w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z SIWZ termin dostawy odczynników i pozostałego asortymentu określa Wykonawca w Formularzu ofertowym. Termin realizacji dostaw sukcesywnych odczynników należy podać w przedziale 2÷5 dni (nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni) od daty złożenia zamówienia. Określony przez Wykonawcę termin realizacji będzie oceniany zgodnie z kryterium oceny ofert.

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych wynosiła minimum 6 miesięcy od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Wymagania dotyczące analizatorów immunochemicznych

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatorów o wydajności 100 ozn./h?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 48 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Dotyczy SIWZ, Rozdział II, pkt. 5 i 6:

Pytanie 37

Prosimy o usunięcie ww. punktów SIWZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od 2014 roku koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym sędowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

W konsekwencji prosimy o wykreślenie pkt. 4 Załącznika nr 3.2. – Formularz asortymentowo-cenowy, Tabela Warunki dodatkowe odczynniki oraz §4 pkt. 3) i 4) a także §9 pkt. 1) ppkt. 2 Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ, Rozdział III, pkt. 2:

Pytanie 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę z zainstalowaniem urządzenia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien być od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

W konsekwencji prosimy o zmianę §2 pkt. 1) oraz Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zamawiający w części XVI pkt 3 SIWZ określił:

„Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.”

Dotyczy SIWZ, Rozdział V, Punkt 4, tiret czwarty oraz Załącznik nr 3.2. – Formularz asortymentowo-cenowy, Tabela Warunki graniczne odczynniki, pkt. 13:

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego przedstawienie przez Wykonawcę dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych ulotki odczynnikowe, zawierające niezbędne informacje o oferowanym produkcie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie ulotek odczynnikowych dla oferowanych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierających niezbędne informacje o oferowanym produkcie.

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Załącznik nr 3.2. – Formularz asortymentowo-cenowy, Tabela Warunki graniczne odczynniki:

Pytanie 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy? Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności (pkt. 2 tabeli).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie zwrotu „telefonicznego potwierdzonego faxem lub tylko.....” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia (pkt. 14 tabeli).

Odpowiedź:

Zamawiający dodatkowo wprowadza w zapisie pkt 14: „telefonicznego, potwierdzonego faxem **lub e-mailem** lub złożenia zamówienia faxem”

Zamawiający wprowadzi równocześnie odpowiednio ten zapis w umowie:

§ 6 ust. 2):

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiany asortyment wymieniony w pkt. I niniejszego paragrafu w terminiedni roboczych (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę) od daty otrzymania zamówienia telefonicznie, potwierdzając faxem lub e-mailem lub złożenia zamówienia faxem natomiast w trybie „CITO” do **72 godzin** od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub e-mailem lub złożenia zamówienia faxem.”

Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Załącznik nr 3.2. – Formularz asortymentowo-cenowy, Tabela Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych:

Pytanie 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii analizatorów do 72 godzin od chwili zgłoszenia usterki (pkt. 2 i 3 tabeli) oraz odpowiednio zmianę do 72h czasu, powyżej którego trwająca naprawa rodzi obowiązek Wykonawcy pokrycia kosztów badań u Podwykonawcy?

W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie okresu czynności serwisowych do 72 godzin.

W konsekwencji prosimy o odpowiednią zmianę §4 pkt. 10) i 11) Załącznika nr 4 do SIWZ (Wzór umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ:

Pytanie 43

§3 pkt. 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych wynosił co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy? Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Ponadto prosimy o usunięcie zapisu „kalibratorów i materiałów kontrolnych” oraz uzupełnienie ww. postanowienia poprzez dodanie zdania: „z wyłączeniem krwi kontrolnej”.

Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku, z czym wprowadzi odpowiednio te zapisy w umowie.

Pytanie 44

§4 pkt. 9): Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„W okresie gwarancji, gdy konieczność dokonania napraw powstała z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadzi proponowany zapis do umowy.

Pytanie 45

§5 pkt. 4): Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury” wyrażeniem „w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 7 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46

§6 pkt. 1): Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

§6 pkt. 2) zdanie pierwsze: Prosimy o wykreślenie użytych dwukrotnie zapisów „otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub” i usunięcie możliwości składania zamówień telefonicznie jako nie odpowiedniej formy, biorąc pod uwagę brak możliwości po stronie Wykonawcy weryfikacji poprawności składanych zamówień i osoby składającej zamówienia. W to miejsce proponujemy uzupełnienie zapisów ww. postanowienia poprzez dodanie „lub mailem”.

Ponadto z uwagi na czas pracy Wykonawcy (pon - pt) czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw w trybie „CITO” liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na Pytanie 41

Pytanie 48

§6 pkt. 2) zdanie drugie i następne: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49

§6 pkt. 4): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie 3 dni” wyrażenia „roboczych”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

§6 pkt. 5) lit. a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reklamacji oraz ewentualnej wymiany reklamowanych odczynników liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na Pytanie 23

Pytanie 51

§6 pkt. 6): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w terminie do 48 godzin” wyrażenia „w dni robocze od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji”?

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na Pytanie 24

Pytanie 52

§6 pkt. 7) tiret czwarty: Prosimy o wykreślenie ww. punktu lub uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:

„(..) jeśli dotyczy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 53

§7 pkt. 2): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy zwłoka w realizacji umowy tj. dostawy wynika z faktu, iż Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 54

§7 pkt. 6) tiret drugi: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu:

„Przed zastosowaniem jednak powyższego środka, Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając mu odpowiedni termin do wykonania obowiązku umownego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

§7: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

§7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §7 pkt. 6) tiret pierwszy umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

§7: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

§7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

"Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5 pkt. 1 niniejszej umowy".

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Wysokość kary umownej jest związana z wartością niezrealizowanej części umowy, bądź niedostarczonej partii towaru. Zamawiający nie określa związku pomiędzy wysokością kary umownej, a wartością umowy.

Pytanie 59

§12 pkt. 2: Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia wzoru umowy, gdyż naruszają one prawo wierzycieli do ochrony swoich praw w razie niewypłacalności dłużnika, dodatkowo zastrzeżenie kary umownej w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z przysługujących mu praw jest rażąco wygórowane. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy i poniesioną szkodą. Wykonawca dysponuje wszelkimi środkami - poza oczywiście tymi, których prawo zabrania mu używać - do dokonywania wszelkich czynności, których celem jest doprowadzenie do spłaty zadłużenia. Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawić Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, co zostaje uwzględnione we wzorze umowy.

Pytanie 60

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:

1. W celu realizacji umowy Zamawiający powierza przetwarzanie danych osobowych ze zbioru danych osobowych w trybie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.) zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności utrwalanie, przechowywanie i usuwanie danych.
4. Przekazywanie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego w trybie powierzenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024) zwanego dalej rozporządzeniem.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w zakresie określonym w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia.
7. Wykonawca oświadcza, że dostęp do powierzonych danych osobowych mają wyłącznie pracownicy/współpracownicy Wykonawcy, którym nadano imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, w tym celu Zamawiający upoważnia Wykonawcę do udzielenia w/w upoważnień. Upoważnienia mogą być ważne tylko do dnia odwołania lub ustania zatrudnienia, nie dłużej jednak niż do końca obowiązywania niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić upoważnienia wystawione swoim pracownikom/współpracownikom na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że prowadzi ewidencję pracowników / współpracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
9. Wykonawca oświadcza, że osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 3 zostały zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
10. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
11. Wykonawca po zakończeniu przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia (jeśli jest w ich posiadaniu) powierzonych mu danych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przetwarzanie danych osobowych u Zamawiającego odbywa się w trybie i na zasadach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmian.).

Pytanie 61

DOTYCZY – PAKIET NR. 1

Dotyczy: Wymagania dotyczące odczynników:

Czy Zamawiający może doprecyzować i opisać dokładny schemat przeprowadzania kontroli jakości z wykorzystaniem kontroli na 3 poziomach (czy będą wykonywane wszystkie 3 poziomy codziennie czy może tylko 2 poziomy w sposób naprzemienny)? Informacja ta umożliwi wszystkim Wykonawcą dokładne skalkulowanie i zaoferowanie odpowiedniej ilości materiału kontrolnego.

Odpowiedź:

ANALIZATOR 1

Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjna wykonywana będzie według następującego schematu:

FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu (przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku, dla każdego roku) – **1 miesiąc** kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 5 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych **11 miesięcy** na dwóch poziomach 5 x w tygodniu. W przypadku zaoferowania kontroli na trzech poziomach będą one wykonywane naprzemiennie.

TSH, HbsAg 7 x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku, dla każdego roku) – **1 miesiąc** kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych **11 miesięcy** na dwóch poziomach 7 x w tygodniu. W przypadku zaoferowania kontroli na trzech poziomach będą one wykonywane naprzemiennie.

Troponina, Beta -hCG -7x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku, dla każdego roku) – **1 miesiąc** kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych **11 miesięcy** na jednym poziomie 7 x w tygodniu. W przypadku zaoferowania kontroli na trzech poziomach będą one wykonywane naprzemiennie.

B12 – 2 x w tygodniu, (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku dla każdego roku) – **1 miesiąc** kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach codziennie, a następnie w czasie kolejnych **11 miesięcy** na dwóch lub trzech poziomach (w zależności od zaoferowanego materiału kontrolnego 2 x w tygodniu.).

Dla testu potwierdzenia wg potrzeb – kontrola dodatnia.

Ponadto kontrola na wszystkich poziomach będzie wykonywana w okolicznościach awarii analizatora, po kalibracji zestawu, zmiany serii odczynnika.

ANALIZATOR II

Troponina, TSH, HbsAg 7x w tygodniu (Przy zachowaniu tego samego numeru LOT kontroli przez okres 1 roku (dla każdego roku) – **1 miesiąc** kontrola wykonywana będzie na wszystkich poziomach 7 x w tygodniu, a następnie w czasie kolejnych **11 miesięcy** na dwóch poziomach 7 x w tygodniu. W przypadku zaoferowania kontroli na trzech poziomach będą one wykonywane naprzemiennie.

Ponadto kontrola na wszystkich poziomach będzie wykonywana w okolicznościach awarii analizatora, po kalibracji zestawu, zmiany serii odczynnika.

Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej w zależności od parametru na 2 lub 3 poziomach wg schematu: FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu, Troponina, TSH, HbsAg, **Beta -hCG** 7 x w tygodniu, witamina B12 – 2 x w tygodniu, test potwierdzenia wg potrzeb. Ilość dostępnych poziomów zaoferowanego materiału kontrolnego należy udokumentować poprzez załączenie ulotki odczynnikowej. Nie dopuszcza się ograniczenia przez Oferenta z dostępnych 3 poziomów materiału kontrolnego do 2 poziomów bez zgody Zamawiającego.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dołącza uzupełniony Załącznik nr 3.1 do SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 1

Załącznik nr 3.1

Warunki graniczne:

Pytanie 62

Punkt 2 : Czy Zamawiający dopuści ofertę w której wszystkie odczynniki podstawowe są gotowe do użycia, natomiast jeden odczynnik dodatkowy wymaga przygotowania (zmieszania z dwóch składowych)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika wymagającego zmieszania dwóch składowych.

Pytanie 63

Punkt 8: - Czy Zamawiający wyraża zgodę na mrożenie kalibratorów i kontroli o ile producent nie zabrania takiej możliwości w ulotce (instrukcji) kalibratora czy kontroli?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na mrożenie kalibratorów i kontroli o ile producent nie zabrania takiej możliwości a temperatura mrożenia nie musi przekraczać minus 28° C.

Pytanie 64

Punkt 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kalkulację ilości odczynników umożliwiające ich użycie w opcji przedłużenia ważności kalibracji i stabilności odczynnika na pokładzie analizatora zapewniający oszczędne gospodarowanie i niższe koszty dla zamawiającego, o ile instrukcja aparatu dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z p. Zerecy

p.o. DYREKTOR
DS. ADMINISTRACYJNYCH

mgr Ela Kwaśnicka

UZUPELNIENIE
Załącznik nr 3.1 do SIWZ
dotyczy: *Wymagania dotyczące odczynników, Warunki graniczne*

PAKIET NR 1

Odczynniki przeznaczone do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

<u>ANALIZATOR I</u>		<u>ANALIZATOR II</u>	
Nazwa i typ	podać	Nazwa i typ	podać
Producent	podać	Producent	podać
Kraj producenta	podać	Kraj producenta	podać
Rok produkcji	podać	Rok produkcji	podać

KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW – I+II

Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto	Należny podatek VAT do kol. 1	Cena 1 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol. 1 + kol.2	Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II netto kol. 1 x 36	Należny podatek VAT do kol. 4	Cena 36 miesięcznej dzierżawy analizatora I+II brutto kol.4 + kol. 5
1	2	3	4	5	6

ANALIZATOR 1

Odczynniki do badań immunochemicznych

I.p	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość testów w jednym opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jedn. netto/opak	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Troponina	3500								
2.	TSH test III generacji	13500								
3.	FT4	4500								

4.	FT3		3500													
5.	PSA		7500													
6.	Hbs Ag		39000													
7.	HBsAg test potwierdzenia		700													
8.	Witamina B12		4000													
9.	Beta -hCG		1500													
10.	Materiały kontrolne 2 lub 3 poziomy															
11.	Materiały eksploatacyjne															
OGÓLEM WARTOŚĆ																

ANALIZATOR II
Odczynniki do badań immunochemicznych

I.p	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość testów w jednym opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jedn. netto/opak	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Troponina	32000								
2.	TSH test III generacji	1500								
3.	HBsAg	5300								
4.	Materiały kontrolne 2 lub 3 poziomy									
5.	Materiały eksploatacyjne									
OGÓLEM WARTOŚĆ										

OGÓLEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 1

	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
Odczynniki			
Dzierżawa analizatorów			
OGÓLEM WARTOŚĆ			

	Wymagania dotyczące odczynników
I	WARUNKI GRANICZNE
1.	Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy.
2.	Wszystkie odczynniki gotowe do użycia pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włożenia do analizatora
3.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań (Labquality) wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu dla wszystkich parametrów wymienionych w arkuszu asortymentowo-cenowym.
4.	Zapewnienie programu jakości STANDLAB dla wszystkich parametrów ujętych w arkuszu asortymentowo-cenowym na koszt dostawcy.
5.	Zapewnienie materiałów kontrolnych o takim samym numerze LOT przez okres co najmniej 1 roku.
6.	Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań, kontroli i kalibracji w okresie trwania umowy
7.	Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnętrznej w zależności od parametru na 2 lub 3 poziomach wg schematu: FT3, FT4, PSA 5 x w tygodniu, Troponina, TSH, HBsAg, Beta-hCG 7 x w tygodniu, witamina B12 – 2 x w tygodniu, test potwierdzenia wg potrzeb. Ilość dostępnych poziomów zaferowanego materiału kontrolnego należy udokumentować poprzez załączenie ulotki odczynnikowej. Nie dopuszcza się ograniczenia przez Oferenta z dostępnych 3 poziomów materiału kontrolnego do 2 poziomów bez zgody Zamawiającego.
8.	Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań oraz kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń, lub awarią analizatora. Zaoferowana ilość odczynnika musi uwzględniać zmiany serii odczynnika, które wymagać będą przeprowadzenia dodatkowej kalibracji oraz zwiększone zużycie odczynnika, w przeciwnym razie wykonawca dostarczać będzie odczynnik i kalibrator nieodpłatnie do końca trwania umowy.
9.	Zaoferowana ilość odczynnika zgodna z trwałością odczynnika na pokładzie analizatora, dotyczy również odczynników pomocniczych, jeżeli zaferowany analizator takich wymaga.
10.	W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę
11.	W pozycji 11 (Analizator 1) oraz w pozycji 5 (Analizator 2) w arkuszu asortymentowo-cenowym Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań oraz kontroli , kalibracji i konserwacji w czasie trwania umowy.
12.	Do wszystkich zaferowanych odczynników (podstawowych, pomocniczych) należy dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim.
13.	Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
14.	Dostawa odczynników w ciągu 2-5 roboczych od momentu złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem lub tylko faxem.
15.	W formie załącznika należy podać częstotliwość kalibracji dla poszczególnych parametrów, oraz ilość oznaczeń wykonywanych w ramach jednej kalibracji, oraz rekalkibracji.
16.	Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych i dodatkowych elementów systemu służących do wykonywania badania(kuwet, naczynie reakcyjnych, końcówek) w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i uzyskania niewiarygodnych wyników.
17.	Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (opakowania po zużytych odczynnikach: podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia ze ściekami komunalnymi..

18.	Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin.
	Wymagania dotyczące analizatorów immunochemicznych
II	WARUNKI GRANICZNE
1.	Dwa jednakowe analizatory, obydwa fabrycznie nowe lub jeden fabrycznie nowy rok produkcji 2014 lub 2015, drugi analizator używany nie starszy niż trzyletni. Analizator używany posiadający udokumentowany przegląd serwisowy wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu.
2.	Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostępie z możliwością wykonywania próbek pilnych bez konieczności przerywania pracy analizatora
3.	Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobę.
4.	Minimalna wydajność analizatora 120 oznaczeń na godzinę
5.	Analizator posiadający możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przekraczających zakres liniowości.
6.	Analizator posiadający funkcję automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcję ich chłodzenia jeśli system tego wymaga
7.	Analizator posiadający możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych (systemy otwarte, różne typy systemów zamkniętych oraz próbki pediatryczne).
8.	W formie załącznika podanie objętości martwej analizatora oraz objętości próbki, materiału kontrolnego i kalibratora niezbędnego do wykonania jednego oznaczenia dla każdego badania wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym
9.	Analizatory z wbudowanym systemem kontroli jakości (w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a)
10.	Analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych. Koszt podłączenia analizatorów do systemu informatycznego laboratorium ponosi Wykonawca (laboratorium posiada system informatyczny firmy MARCEL).
11.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
12.	Dostarczenie wraz z analizatorami drukarek, jednego komputera, oraz UPS-ów dających możliwość minimum 20 minutowego podtrzymania pracy każdego analizatora
13.	Dostarczenie wraz z analizatorem klimatyzatora celem zapewnienia odpowiednich warunków pracy szczególnie w okresie letnim dla laboratorium zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 1. (kubatura pomieszczenia 85,2 m ³)
14.	Dostarczenie wraz z analizatorami termometrów i wilgotnościomierzy celem monitorowania wymaganych warunków środowiskowych. Zapewnienie certyfikacji termometrów i wilgotnościomierzy na okres 3 lat
III	WARUNKI DODATKOWE
1.	Analizatory objęte gwarancją oraz serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego, dostawa, montaż analizatorów, oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy).
2.	Usunięcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail). Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
3.	W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badań oraz ich transportu u Podwykonawcy wskazanego

	przez Zamawiającego
4.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatorów według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników
5.	Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorach, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
6.	W przypadku zaferowania analizatorów nie wolnostojących, należy do oferty dołączyć stoły pod analizatory zapewniające ich prawidłowe ustawienie i działanie
7.	Ponoszenie kosztów związanych z utylizacją odpadów stałych (opakowania po zużytych odczynnikach : podstawowych, pomocniczych) powstałych w czasie pracy analizatora. Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia do kanalizacji
8.	Każda zmiana dotycząca sposobu konserwacji lub innych czynności związanych z obsługą analizatorów musi być przekazana w formie pisemnej wraz z nowym schematem postępowania oraz w razie potrzeby zapewnienie nieodpłatnie środków (np: płynów, odczynników systemowych itp.) przeznaczonych do wykonania zalecanych czynności
9.	Wykonawca zapewnia bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym oferowanych aparatów bez pośrednictwa centrali (call center).

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:

.....
 Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy
 w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców

ZALĄCZNIK NR 3.2

PAKIET NR 2

Odczynniki przeznaczone do wykonywania badań hematologicznych z możliwością wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3 populacje wraz z dzierżawą 2 analizatorów

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ANALIZATORY – 2 szt					
Nazwa i typ	podać				
Producent	podać				
Kraj producenta	podać				
Rok produkcji	podać				
KOSZTY DZIERŻAWY DWÓCH ANALIZATORÓW					
Cena 1 miesięcznej dzierżawy dwóch analizatorów netto	Należny podatek VAT do kol. 1	Cena 1 miesięcznej dzierżawy dwóch analizatorów brutto kol. 1 + kol.2	Cena 36 miesięcznej dzierżawy dwóch analizatorów netto kol. 1 x 36	Należny podatek VAT do kol. 4	Cena 36 miesięcznej dzierżawy dwóch analizatorów brutto kol.4 + kol. 5
1	2	3	4	5	6

I.p	Nazwa odczynnika	Ilość badań/3 lata	Numer katalogowy	Wielkość opakowania	Ilość opakowań	Cena jedn. netto/opak	VAT (%)	Wartość netto	Wartość brutto
1	Morfologia 20 parametrów	145 000							
2	Krew kontrolna - wartości normalne								
3	Krew kontrolna - wartości patologiczne niskie								
4	Krew kontrolna - wartości patologiczne wysokie								
5	Zewnętrzna kontrola jakości z podziałem krwinek białych na minimum 3 populacje								

6	Materiały eksploatacyjne								
OGÓLEM WARTOŚĆ									

OGÓLEM WARTOŚĆ PAKIETU NR 2

	Wartość netto	Wartość brutto	Podatek VAT
Odczynniki			
Dzierżawa analizatorów			
OGÓLEM WARTOŚĆ			

I	WARUNKI GRANICZNE ODCZYNNIKI
1.	Wszystkie odczynniki nie mogą zawierać nawet śladowych ilości cyjanku lub jego związków, załączenie do oferty ulotek odczynników w celu stwierdzenia tego faktu
2.	Trwałość odczynników minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Nie dotyczy krwi kontrolnej.
3.	Odczynniki i analizatory tego samego producenta
4.	Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oświadczenia o braku takich substancji we wszystkich oferowanych odczynnikach. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych należy przelać w formie papierowej wraz z pierwszą dostawą odczynników.
5.	Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane 7 razy w tygodniu na 3 poziomach na każdym z dwóch analizatorów oraz w sytuacjach koniecznych np. Awaria analizatora, oraz oznaczenia wykonywane w ramach uczestnictwa w kontroli zewnętrznej
6.	Zapewnienie ilości odczynników gwarantujących pracę w systemie całodobowym i wykonywanie próbek pojedynczych.
7.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań program na 3 lata, minimum 4 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Materiał kontrolny musi zapewniać kontrolę analizatorów w zakresie podziału krwinek białych na minimum 3 populacje (kontrola przeznaczona dla zaofcerowanych analizatorów).
8.	Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej ilości i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej ilości badań w okresie trwania umowy
9.	Zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli ilości badań, kalibracji, kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz powtórzeń wyników patologicznych (10%) oraz spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora. Zaofcerowana ilość odczynnika musi zagwarantować możliwość wykonywania badań w serii oraz próbek pojedynczych przez całą dobę.
10.	Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnością analizatora
11.	W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości należy zaakreślić do pełnego opakowania w górę.
12.	W pozycji 6 w arkuszu asortymentowo-cenowym Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań, oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy.
13.	Do wszystkich zaofcerowanych odczynników dołączyć do oferty metodyki oznaczeń w języku polskim
14.	Dostawa odczynników do 2÷5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub e-mailem, lub

	tylko faxem
II	WARUNKI DODATKOWE ODCZYNNIKI
1.	Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godzin
2.	Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.
3.	Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
4.	Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postępowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w czasie pracy analizatora.
III	WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH
1.	Analizatory jednakoowe, fabrycznie nowe rok produkcji 2014/2015
2.	Analizatory umożliwiające analizę minimum 20 parametrów morfologii krwi
3.	Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC i PLT
4.	Analizatory posiadające możliwość flagowania tych wyników które znajdują się poza zakresem wartości prawidłowych
5.	Automatyczne różnicowanie krwinek białych na minimum 3 grupy: małe, pośrednie i duże w oparciu o wpływające dyskryminatory
6.	Analizatory posiadające zawory ceramiczne
7.	Wydajność analizatorów minimum 60 oznaczeń na godzinę
8.	Analizatory posiadające drukarki dające możliwość wydrukowania wyniku na którym znajdują się dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych
9.	Analizatory posiadające funkcję czyszczenia igły aspirującej, po każdym pobraniu
10.	Analizatory posiadające możliwość jednokierunkowej transmisji danych i podłączenia do LIS. Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego posiadane przez Zamawiającego ponosi Wykonawca (Laboratorium posiada system informatyczny firmy MARCEL).
11.	Analizatory posiadające możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu wartości prawidłowych.
12.	Analizatory powinny posiadać wbudowany program kontroli jakości oparty o reguły Westgarda, wykresy Levey-Jenningsa z możliwością obliczeń statystycznych SD i CV
13.	Kalibracja przeprowadzona w oparciu o krew kalibracyjną dostarczoną przez dostawcę lub świeżą krew o znanych wartościach
14.	Analizatory wyposażone w UPS-y umożliwiające podtrzymanie pracy analizatorów przez 20 minut
15.	Instrukcje obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatorów w języku polskim
16.	Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy
17.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu producenta oraz serwisu merytorycznego
IV	WARUNKI DODATKOWE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH:
1.	Analizatory objęte gwarancją oraz serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego, dostawa, montaż analizatorów oraz przeglądy i niezbędne naprawy w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy).
2.	Usunięcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną część w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (fax, e-mail). Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
3.	W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty badań wykonanych u Podwykonawcy wskazanego przez

	Zamawiającego, łącznie z kosztem transportu badań
4.	Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników
5.	Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy
6.	Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego posiadanego przez zamawiającego na koszt Wykonawcy
7.	Dostarczenie wraz z analizatorami termometrów i wilgotnościomierzy celem monitorowania wymaganych warunków środowiskowych. Zapewnienie certyfikacji termometrów i wilgotnościomierzy na okres 36 miesięcy
8.	Zapewnienie środków do neutralizacji odpadów płynnych powstałych w czasie pracy analizatora, takich aby były one bezpieczne dla środowiska pod względem chemicznym i biologicznym i nadawały się do usunięcia do kanalizacji
9.	Wykonawca zapewnia bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym oferowanych aparatów bez pośrednictwa centrali (call center).

OŚWIADCZAM, że spełniam/akceptuję wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone powyżej.

Data:

.....
 Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych
 do reprezentowania Wykonawcy
 w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców