



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn.19.01.2016r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ STERYLNYCH JEDNORAZOWYCH OBŁOŻEŃ PÓŁ OPERACYJNYCH** dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.

Znak sprawy ZP-2200- 1/16

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego z dwoma taśmami samoprzylepnymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z dwoma taśmami samoprzylepnym.

Pytanie 2

Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu poz. 1 oraz 5 umożliwiłoby to zaoferowanie korzystniejszej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,
- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo, z taśmą mocującą
- 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm
- 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem, zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu w następującym składzie:

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

42-100 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

AX (32) 4130 112

e: szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

WARSZATAWY
KAPITAŁU REJONOWY
KAPITAŁU - WSCHÓD
W KATOWICACH
ZAL. VII GOSPODARSTWA
KAPITAŁOWEGO REJESTRU
OWEGO POD NUMEREM
000-476320

PITAL ZAKŁADOWY
53 847 000,00 ZŁ

- 2 OP Taśma 10 x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania zestawu TUR w następującym składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 200 x 240 z otworem, zintegrowanymi osłonami na kończyny, zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum

2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wyżej opisany zestaw.

Pytanie nr 6

PAKIET NR 1

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

PAKIET NR 2

Poz. nr 7- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety z otworem nieprzylepnym w rozmiarze 9 x 12 cm? pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 90 x 100 cm lub 150 x 175 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści wyżej opisany produkt.

Pytanie nr 9

Poz. nr 10 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² lub serwety wykonanej z laminatu 2-warstwowego o gram. 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym 50 x 75 cm o łącznej gram 110 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 10

PAKIET NR 5

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80x145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 360 stopni oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną bez osłon na kończyny 250x315 cm
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87x90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm
- 4 ręczniki chłonne
- 1 Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m² wzmocniony XL
- 2 Fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe, wykonane z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m² wzmocnione XXL

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11

2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 2 x serweta nieprzylepna 75 x 45 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m² L
- 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 20 x kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m²
- 1 x podkład chłonny celulozowo-włókninowy 57 x 90 cm

9

1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (owinięcie zestawu)
4 x ręcznik chłonne

Dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu fartuch pełnobarierowy, wykonany z włókniny SMMMS o gram. 40 g/m² w rozmiarze XL

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm
1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
4 ręczniki chłonne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

PAKIET NR 8

3. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów PCNL wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 200 cm
1 serweta z otworem samoprzylepnym bez folii operacyjnej (15x20cm) 170x300 cm i workiem do zbiórki płynów

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 14

PAKIET NR 9

4. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji otolaryngologicznych o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 200 x 150 cm (opakowanie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta 170 x 250 cm, otwór przylepny bez folii Ø 10 cm umieszczony decentralnie,
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15

5. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie, posiadającego w swoim składzie serwetę na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 140 x 190cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 16

6. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego nie posiadającego w swoim składzie ręczników chłonnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 17


7. **Poz. nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno-kroczykowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² z dodatkowym padem chłonnym o łącznej gramaturze 110 g/m² i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
1 serweta brzuszno-kroczykowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm z osłoną) 230 x 250 cm
4 ręczniki chłonne

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18

a

 3

8. **Poz. nr 6-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych TUR wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gram. 55 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 19

9. **Poz. nr 7-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25 x 80 cm pakowanej z jedną taśmą lepną

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

LUB

Osłony w rozmiarze 35 x 120 cm z pakowanymi niezależnie od niej dwoma taśmami lepnyymi?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

PAKIET NR 10

10. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

11.

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
- 1 x igłotrzymacz 12 cm
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2 , różowa (zapakowana)
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2 , zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przylepnym otworem 5 cm x 10cm
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie- tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na

odpadki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21

PAKIET NR 11

12. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

13. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia,
- §6 ust. 4 do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 w pozycji 7 sterylnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu w rozmiarze 75x100 cm z samoprzylepnym otworem 6x15cm. Serweta wyposażona w czterech rogach w taśmę lepną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 w pozycji 10 sterylnej serwety wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 250 H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min. 150Kpa. Serweta w rozmiarze 150x240 cm z taśmą lepną na jednym brzegu. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 2 w pozycji 11 serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x140 cm, wykonanej z mocnej folii PE o grubości min. 0,07 mm i warstwy chłonnej wykonanej z dwuwarstwowego, chłonnego laminatu o gramaturze min. 61 g/m2. Serweta złożona z dużym wywinieciem, ułatwiającym sprawną i łatwą aplikację. Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9

Kuty

Pytanie nr 26

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 5 w pozycji 3 zestawu ginekologicznego o następującym składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x200 cm,

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm,

1x serweta główna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 230x250 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestetycznym, z samoprzylepnym otworem w części kroczonej o średnicy 12 cm,

1x taśma operacyjna 10x50 cm,

2x ręczniki do rąk 30x30 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 1 zestawu do operacji otolaryngologicznych o następującym składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190 cm,

1x serweta główna o rozmiarze 200x280 cm, z samoprzylepnym otworem o średnicy 15 cm,

1x serweta na stolik Mayo 80x140 cm,

1x taśma samoprzylepna 10x50 cm,

2x ręczniki do rąk 30x30 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 1 serwety głównej wykonanej z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 61g/m², oraz nieprzemakalności min. 900 H₂O. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 2 serwety głównej w rozmiarze 200x300 cm, wyposażonej w elastyczny, samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5 cm, otoczony warstwą chłonną. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 2 serwety głównej wykonanej z włókniny trójwarstwowej oraz warstwy chłonnej wokół otworu wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o łącznej gramaturze min. 105 g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 9 w pozycji 5 zestawu do zabiegów brzuszno – kroczonej o następującym składzie:

1x serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x200 cm,

1x osłona na stolik Mayo 80x140 cm,

1x serweta główna w rozmiarze 250x280 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestetycznym.

Serweta wyposażona w części centralnej w otwór 30x30 cm z samoprzylepnym brzegiem, w części kroczonej samoprzylepny otwór o średnicy 12cm osłonięty klapką.

1x serweta 50x70 cm,

1x taśma operacyjna 10x50 cm,

2x ręcznik do rąk 30x30 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 11 w pozycji 1 o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych bez dodatkowych ściereczek do rąk lub ze ściereczkami pakowanymi osobno. Ściereczki wycenione łącznie z fartuchami. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt ze ściereczkami pakowanymi osobno a wycenionymi łącznie z fartuchem.

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 1 w pozycji 1 o dopuszczenie serwety o wymiarach 50x70 z otworem 6x8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 1.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 50 x 60 cm o gramaturze 48 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o gramaturze 48 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 2 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety o gramaturze 48 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37

Pytanie 4

Pakiet 2 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 55 x 90 cm z otworem 10 x 15 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie nr 38

Pytanie 5

Pakiet 2 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety trzywarstwowej wokół pola operacyjnego o gramaturze 112,5 g/m² – pozostały obszar 57,5 g/m². Serweta w rozmiarze 150 x 250 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Lub

Pytanie 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 57,5 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 40

Pakiet 2 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety na stolik Mayo wykonanej z folii PE o gram. 55 mikronów z warstwą chłonną o gram. 30 g/m² – łączna gramatura obszaru wzmocnionego 86,5 g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na przewody składanej rewersowo. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42

Pakiet 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony 3- częściowej: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Zestaw wykonany z mocnej przezroczystej folii polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Pakiet 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu uniwersalnego z serwetą górną w rozmiarze 140 x 240 cm i taśmą lepną w rozmiarze 9 x 25cm. Obłożenie wykonane z 2 warstwowego laminatu o gramaturze 48g/m². Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 44**Pakiet 9 poz. 1**

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45**Pakiet 9 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopec 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Ośłona na kończynę i 2 taśmy lepne pakowane osobno.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 46**Pakiet 9 poz. 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 ośłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47**Pakiet 9 poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki

30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm z paskami samoprzylepnymi dzielonymi 15 cm + 70 cm + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48**Pakiet 9 poz. 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

de Kuty

1 serweta brzuszno - kroczeniowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm z osłoną podpórki kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 112,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.
Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 49

Pakiet 9 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyt na rzepę do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x 20/24 cm

1 serweta do procedur TUR 210/260 x 225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm odczonym taśmą lepą, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lekkim odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 50

Pakiet 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony ortopedycznej na kończynę o wymiarach 33 x 110 cm z taśmami samoprzylepnymi 10 x 50 cm, wykonanej z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa o gramaturze 57,5 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 51

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony o gramaturze minimum 77g/m² + gramaturze wzmocnienia minimum 70g/m² łącznie 147 g/m², spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 52

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1 dopuści fartuchy chirurgiczne sterylne wykonane z włókniny typu SMMMS, bardzo dobrej jakości, – tj. włókniny typu SMS wzmocnionej dodatkowo 2 warstwami wewnętrznymi Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami. Zatem im większa warstwa wewnętrzna tym lepsza barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Pakiet 10

Sterylny zestaw do znieczuleń przewodowych

Prosimy o dopuszczenie zestawu z chwytakiem do gazików o długości 19,5 cm, spełniającego pozostałe parametry.

Oferowane przez nas fartuchy i obłożenia spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 54

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię „C”:

Osłona 3 -częściowa z folii polietylenowej na ramię C RTG:

* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

9
Luty

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Ośłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 55

Pakiet 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw **uniwersalny o składzie:**

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Serweta o wym. 150 cm x 240 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 4 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 56

Pakiet 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw **uniwersalny wzmocniony o składzie:**

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta o wym. 170 cm x 180 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łąta chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 50 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

U
Kut

1 x Serweta o wym. 170 cm x 240 cm

Serweta trójwarstwowa, w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51 g/m². W polu krytycznym łata chłonna/wzmocnienie z włókniny i laminatu o wym. 30 cm x 80 cm. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. Serweta z przylepcem, posiada pojedynczy organizator na 4 przewody.

2 x Serweta o wym. 75 cm x 90 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyiny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

Serweta z przylepcem.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x 50 cm**4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm**

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz.1 serwety dwuwarstwowej wykonanej z papieru (warstwa celulozowa) oraz folii PE? Na wyżej opisaną serwetę nie posiadamy badania dot. nieprzemakalności oraz wytrzymałości na rozerwanie, dlatego też razem z pytaniami przesyłamy serwetę, aby Zamawiający mógł ocenić, czy serweta będzie spełniała jego wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z pakietu nr 2 do oddzielnego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do oferty większej ilości Wykonawców, co zwiększy również konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 59

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2 poz. 7 serwety z otworem o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60

dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 sterylnego zestawu uniwersalnego, wykonanego z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 75g/m² z łata chłonną o gramaturze 80 g/m², spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 61

dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny pięciowarstwowej typu SMMMS, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu 5 poz 1,2,3,Pakietu 6 ,7,9 poz 1,2,3,4,6

Czy Zamawiający dla dodatkowego zabezpieczenia zestawów operacyjnych - obłożeń, przed przypadkowym rozjałowieniem, wymaga aby opakowanie było wykonane z grubej i mocnej folii, co pozwoli zredukować zbędne koszty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej

9 *Łukasz*


Pytanie 63**Dotyczy pakietu 9 poz 1.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z zapisem SIWZ bez serwety na stolik Mayo?. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64**Dotyczy pakietu 9 poz 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:




ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE (wzmocniony)		60303	7/14	BARRIER	
HAND / FOOT SET		rozmiar		szt.	
1.	serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów	230x315		1	
2.	wzmocniona osłona na stolik MAYO	79x145		1	
3.	wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu)	150x190		1	

Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 65**Dotyczy pakietu 9 poz 6.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:



ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH TUR z torbą		888222	6/12	BARRIER	
TUR SET		rozmiar		szt.	
1.	serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłonę na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu	175x270x180		1	
2.	ręcznik chłonny	18x25		1	
3.	samoprzylepny organizator przewodów	9x18		1	
4.	serweta na stolik - (owinięcie zestawu)	150x190		1	

Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 66**Dotyczy pakietu 9 poz 7.**

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę w rozmiarze 37x105 cm?. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 67**Pakiet 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem o średnicy 8cm, wykonanej z laminatu o gramaturze 43g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 68**Pakiet 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem o średnicy 5cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 69**Pakiet 2, poz. 10:**

Handwritten signature and initials.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej o wymiarach 180cm x 240cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 70

Pakiet 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego nie posiadającego w swoim składzie ręczników chłonnych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 71

Pakiet 5, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego z wycenioną dodatkowo taśmą lepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 72

Pakiet 5, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do porodu posiadającego w swoim składzie 2 serwety chirurgiczne w rozmiarze 75cm x 90cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 73

Pakiet 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów ginekologicznych posiadającego w swoim składzie serwetę do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 180cm x 245cm z otworem na krocze o wymiarach 10cm x 15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Pakiet 9, poz. 1, 2, 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnych zestawów posiadających w swoim składzie serwetę wzmocnione na całej powierzchni (nie tylko w strefie krytycznej), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 75

Pakiet 9, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji otolaryngologicznych posiadającego w swoim składzie serwetę o wymiarach 150cm x 240cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Pytanie 76

Pakiet 9, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do zabiegów brzuszno-kroczych posiadającego w swoim składzie serwetę do operacji brzuszno-kroczych z otworem o wymiarach 10cm x 15cm z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 20cm x 30cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o parametrach jak wyżej.

Wzór umowy:

Pytanie 77

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentów wymaganych w § 1 ust. 3 do oferty, zamiast dostarczenia ich wraz z podpisaniem umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów wraz z ofertą.

Pytanie 78

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ustęp 2. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 3 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 6 ust. 4 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 82

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Problematyka jest uregulowana w §5 wzoru umowy.

Pytanie 83

Czy Zamawiający zgadza się na skrócenie terminu płatności do 30 dni od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

UŁ Kuty

