



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn.30.03.2018r.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH**
Znak sprawy **ZP-2200- 13/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego cz. 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 6, poz. 9

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 2

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w SIWZ zapisane jest, że nie wolno zmieniać rozmiarów opatrunków, opatrunki mają odpowiednie widełki w zakresach rozmiarów.

Pytanie 3

Pakiet 9, poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści opatrunek w rozmiarze: 10cm x 15cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w SIWZ zapisane jest, że nie wolno zmieniać rozmiarów opatrunków, opatrunki mają odpowiednie widełki w zakresach rozmiarów.

Pytanie 4

Pakiet 9, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił, że dopuszcza przeliczenia w obrębie opakowań.

Pytanie 5

Pakiet 9, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił, że dopuszcza przeliczenia w obrębie opakowań.

Pytanie 6

Pakiet 9, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił, że dopuszcza przeliczenia w obrębie opakowań.

Pytanie 7

Pakiet 9, poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił, że dopuszcza przeliczenia w obrębie opakowań.

Pytanie 8

Pakiet 20, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił, że dopuszcza przeliczenia w obrębie opakowań.

Pytanie 9

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek posiadał dodatkową włókninową poduszeczkę (podkład chłonny pod kaniulę), która znajduje się w miejscu wklucia kaniuli? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek z „dodatkową włókninową poduszeczką”.

Pytanie 10

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek posiadał dodatkową luźno dołączoną, jałową podkładkę pod kaniulę? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opatrunek z „dodatkową luźno dołączoną, jałową podkładką pod kaniulę”.

Pytanie 11

Pakiet 2 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

Pytanie 12

Pakiet 5 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści gazę o dł. 200m z odpowiednim przeliczeniem ilości?Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie 13

Pakiet 11 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści tufery z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 14

PAKIET NR 2

1. Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a'2 szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak- dopuści.

Pytanie 15

PAKIET NR 4

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o minimalnej gramaturze 1 szt = 0,46g? Pozostałe parametry bez zmian.
2. Poz. 2-4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o minimalnej gramaturze 1 szt = 1,04g? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 16

PAKIET NR 8

- 1.Poz. 1,2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych w opakowania jednostkowe a'2szt, z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 17

II.Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej w rozmiarze 14cm x 3m?
Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

PAKIET NR 9

- Poz. 1-3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pakowanych pojedynczo w opakowania zbiorcze a'25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
- Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pakowanych pojedynczo w opakowania zbiorcze a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 19

PAKIET NR 20

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego, z przezroczystej folii poliuretanowej, paroprzepuszczalnego, wodoodpornego opatrunku do mocowania kaniul, z wycięciem na port, w rozmiarze 7 x 9 cm, pakowanego pojedynczo w opakowania a' 50szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 20

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1,11g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 21

Pakiet 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o minimalnej gramaturze 1,89g, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie nr 22

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wiązania po 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 16 warstwowe?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 24

Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 4, pozycja 1, 3, 4, 6, 7

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wiązania po 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 4, pozycja 4, 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet 4, pozycja 4, 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 i 7 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet 10, pozycja 2-3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 2-3 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu wiązania po 10szt?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a' 10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Pakiet 12, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną niesterylną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie cewnika epiduralnego wykonane z pianki PE, samoprzylepnego, o średnicy 55mm, z zatraskowym mechanizmem blokującym cewnik?

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 33

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 50szt z przeliczeniem podanych ilości

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 35

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 8 w pozycjach nr 1 oraz 2 dopuści opaski gipsowe szybkowiążące z czasem wiązania 4-6 minut.

Odpowiedź: Tak – dopuści opaski gipsowe z czasem wiązania 4-6 min.

Pytanie 36

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pakiecie nr 20 w pozycji nr 1 dopuści jałowy przezroczysty opatrunek do mocowania kaniul w opakowaniach a' 50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości opakowań, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak – dopuści.

Pytanie 37

PAKIET NR 22

Poz. 9 – Czy nie zaistniała omyłka pisarska i czy w kolumnie 4 nie powinno być wpisane 10 zamiast 7?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: zamiast „7” jest „10”.

9	Dzierżawa 2 urządzeń do wytwarzania podciśnienia (wymogi techniczne podano poniżej)	1.Nazwa 2.2) Nazwa	7 10
---	---	--	---------

Pytanie 38


Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie 40

Pakiet 6 poz.1-2

Prosimy o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 41

Pakiet 6 pzo.10

Prosimy o dopuszczenie plastra w rozmiarze 50x72mmx200szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w Rozdz. V pkt. 2 SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycje: 1, 2, 3, 4) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku przylepcorzepów, po każdej stronie? Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtkie jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy również nadmienić, iż opis w SIWZ, cytuje: „*po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie*” dopuszcza produkty, których zapięcia są w praktyce przylepcami nie nadającymi się do wielokrotnego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycje: 1, 2, 3, 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Należy nadmienić, że powyższe rozwiązanie jest bardziej zaawansowane technologicznie i z dużą dokładnością wskazuje zużycie produktu. Stosowane jest w produktach co najmniej trzech producentów (TZMO, Essity, ABENA).

Odpowiedź: Zamawiający dopuści posiadanie przez pieluchomajtki wskaźnika chłonności.

Pytanie 45

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycje: 1, 2, 3, 4): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariereki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pieluchomajtki wyposażone w barierkę skierowaną na zewnątrz produktu.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycja: 4) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 3070 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną

przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści chłonność 3070 ml.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycja: 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2850 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści chłonność 2850 ml.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycja: 6) złożenie oferty na anatomiczne majtki chłonne o chłonności co najmniej 1440 ml? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 1500 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1440 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści chłonność 1440 ml.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 21, pozycje: 5, 6): anatomiczne majtki chłonne, pakowane a'30, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taki sposób pakowania.

Pytanie 50

Pakiet 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści tampon o rozmiarach 5,5 x 2 x 1,5? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tampon wykonany z poliwinylalkoholu (PVA), z rurką oddechową i sznureczkiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

up. Zurek
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PURTICZNYCH
[Signature]
mgr Ela Kwaśnicka