



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

w.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHOD
W KATOWICACH
DZIAŁ VII: GOSPODARSTWO
RAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000475320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000.00

Sosnowiec, dn.08.08.2018 r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU NA BLOK OPERACYJNY**
Znak sprawy **ZP-2200- 26/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści SIWZ w zakresie terminu złożenia i otwarcia ofert. Prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu na dzień 22.08.2018r. Godz.12:00 (składanie ofert), godz. 12:30 (otwarcie). Nasza prośba umotywowana jest brakami kadrowymi, zarówno po naszej stronie jak i po stronie współpracujących z nami podmiotów (dostawców), które wynikają z sezonu urlopowego. Z powyższego względu skompletowanie przez nas dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia oferty znacznie wydłuża się w czasie. Złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego, stosunkowo krótkim we wskazanych okolicznościach terminie może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala termin składania ofert na: 22.08.2018r. Godz. 10:00, otwarcie ofert godz.10:30.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 3 pozycja nr 8

Elektryczna piła do autopsji przeznaczona do zastosowań medycznych

Dotyczy:

Poz. nr 3

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Moc silnika 250 W

Poz. nr 4

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Oscylacje 6500-21000

Poz. nr 9

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Cieńszy model z cichszym motorem 68-82 dB w stosunku

do wybranej oscylacji

Poz. nr 13

Jednostka próżniowa

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Silnik: moc 1300 W

Poz. nr 14

5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Przepływ powietrza 3660l/min

Poz. 15,16

6.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie parametrów bez określania maksymalnej siły ssania

Poz. nr 16

7.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Maksymalna siła ssania według słupa wody:

1900mm pochłaniacz

Poz. nr 18

8.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Elektroniczna regulacja mocy silnika 1300W

Poz. nr 19

9.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Poziom hałasu poniżej 63-69 db

Poz. nr 20

10.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie 5 sztuk ostrze o średnicy 70 mm

Odpowiedź na Pytanie 2 pkt 1 do 10:

Zamawiający dopuści pilę o wskazanych parametrach.

Pytanie 3. .Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga elektrycznej piły do autopsji przeznaczona do zastosowań medycznych czy piły do amputacji kości dużych -akumulatorowej oscylacyjnej lub posuwistej o następujących parametrach

Prędkość: 15 000-16 000cpm

Skok ostrza: 3,2-4 mm lub kąt 4,50 przy pile oscylacyjnej

Z 1 baterią w komplecie, 1 szt. ładowarką , 5 szt. ostrzy do wyboru, bez pochłaniacza pyłów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ (i Odpowiedziami).

Pytanie 4.

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 10 i 11

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji asortymentowych do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na 17.08.2018 r.

Postępowanie obejmuje dostawę licznych pozycji asortymentowych, co wymaga współpracy wielu firm. Ze względu na sezon urlopowy jest to bardzo utrudnione, niekiedy niemożliwe.

W związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala **termin składania ofert na: 22.08.2018r. godz. 10:00, otwarcie ofert godz. 10:30.**

z up. Zenger
KIEROWNIK
BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ela Kwaśniewska
mgr Ela Kwaśniewska