

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn. 31.10.2018...

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW ORAZ DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO**
Znak sprawy **ZP-2200- 44/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytania od 1 do 19 - Dot. Załącznik nr 4.1 - umowa - wzór dla pakietów 1 i 2

Pytanie nr 1

Par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający dopuści, aby zamówienia były składane także za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z § 2 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie nr 2

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust. 2 wzoru umowy dla Pakietów 1 i 2 następująco: „Minimalny okres ważności odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych niezbędnych do badań wynosi 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.”

Pytanie nr 5

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Par. 6 ust. 4 lit. a, Par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 22 osób.

Pytanie nr 8

Par. 7 ust. 3-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Par. 7 ust. 10, ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?

Uzasadnienie: Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust. 10 wzoru umowy dla Pakietów 1 i 2 następująco: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania naprawy analizatorów w ramach czynszu dzierżawnego, a w przypadku naprawy trwającej powyżej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia materiału i wyników badań na koszt Wykonawcy, albo dostarczenia urządzenia zastępczego.”

Pytanie nr 11

Par. 7 ust. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0300476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 12

Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu:

„Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Par. 9 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie odnośnika do Par. 2 ust. 2 oraz Par. 6 ust. 3? W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna w tych przypadkach (Par. 2 ust. 2, Par. 6 ust. 3) naliczana była zgodnie z zapisami w Par. 9 ust. 1 lit. a?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Par. 9 ust. 1 lit. b, Par. 9 ust. 2 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu

Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Par. 9 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Par. 9 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umownej na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny nie dotyczące Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

W myśl art. 473 § 1: „Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi”.

Regulacja powyższa powala na ukształtowanie odpowiedzialności dłużnika na zasadzie ryzyka.

Pytanie nr 17

Par. 11 ust. 1 lit. B pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zwrotu "wszelkie odpady" na "odpady opakowaniowe"?

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 18

Par. 11 ust. 3, Par. 12 ust. 3-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Par. 13 Czy Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych wg przyjętego przez siebie wzoru, którego postanowienia stanowią realizację powszechnie obowiązującego prawa w zakresie przetwarzania tych danych.

Umowa będzie przewidywała możliwość dalszego powierzenia przetwarzania danych przez procesora, po wyrażeniu zgody administratora. Udzielona w tym trybie zgoda będzie obejmowała przetwarzanie danych po wskazaniu:

- 1) podmiotu, któremu dane są udostępniane przez przetwarzającego,
- 2) celu przetwarzania danych, które zostały podpowierzone,
- 3) zakresu przetwarzania tych danych.

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 6 do SIWZ i znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu nr 2 – Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej – pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści analizator w którym zestaw elektrod bezobsługowych (niewymagających wymiany membran lub uzupełniania płynów) jest wbudowany w kartridż pomiarowy? Wraz z wymianą pakietu pomiarowego (raz na 28 dni) zamawiający otrzymuje nowy zestaw bezobsługowych elektrod. Takie rozwiązanie zapewnia ciągłość pracy analizatora przy minimalnych czynnościach obsługowych


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu nr 2 – Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej – pkt. 17

Prosimy o usunięcie zapisów mówiących o konieczności dokonywania przeglądów okresowych nie rzadziej niż raz w roku. Zgodnie z informacjami producenta oferowany



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

analizator nie posiada elementów, które podlegałyby przeglądom (wszystkie elementy pomiarowe zintegrowane są w wymiennym kartridżu pomiarowym).

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2 „Parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej – pkt. 17” na następujący:
„Obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niż raz w roku w ramach opłaty dzierżawnej, lub zgodnie z zaleceniami producenta.”

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 2 – Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej – pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści termin ważności co najmniej 4 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 2 – wzór umowy §7 pkt. 11

Prosimy o wydłużenie terminu naprawy analizatora do 48 h w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy.

Prosimy o doprecyzowanie, że terminy określone w pkt. 11 dotyczą dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakietu nr 2 – wzór umowy §7 pkt. 13

Prosimy o wykreślenie zapisów zawartych w ww. punkcie. Kontakt za pomocą Call-Center umożliwia przekierowanie zgłoszenia do aktualnie dostępnej osoby z działu serwisowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 Pakiet 4

Poz. 5. Czy Zamawiający oczekuje szkiełek mikroskopowych ciętych czy szlifowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 poz. 5 na następujący:

„Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu. Szkiełka z ciętymi krawędziami. 1op. - 50 szt.”

Pytanie nr 26 Pakiet 4

Poz.9. Czy Zamawiający może doprecyzować czy potrzebuje nakłuwaczy automatycznych o głębokości nakłucia 1,0/1,5/1,8/2,0/2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 poz. 9 na następujący:



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO PCD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

„Sterylne nakłuwacze automatyczne jednorazowe do palca o głębokości nakłucia w przedziale od 1,8 do 2,4 mm.”

Pytanie nr 27 Pakiet 4

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści cylinder miarowy z podziałką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cylinder miarowy z podziałką.

Pytanie nr 28 Pakiet 4

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści cylinder miarowy wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 Pakiet 6

Poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maksymalnej wielkości opakowania 250 sztuk zamiast 200 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań o maksymalnej wielkości 250 sztuk. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 6 poz. 4 na następujący:

„Końcówki typu Gilson o pojemności 500-5000µl „

Pytanie nr 30 Wzoru umowy (załącznik nr 4.2):

Dotyczy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 1 dnia roboczego jest trudna do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31 Wzoru umowy (załącznik nr 4.2):

§ 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32 Wzoru umowy (załącznik nr 4.2):

Dotyczy § 5 ust. 2

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 33 Wzoru umowy (załącznik nr 4.2):

Dotyczy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „w wysokości 15%” na „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pojemniki na mocz niesterylne pakowane po 500 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań o wielkości 500 sztuk. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym.

Pytanie nr 35 Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników o poj. 60ml czy o poj. 120ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 4 poz. 2 na następujący:

„Pojemnik na moc niesterylny o pojemności 120 ml.”

Pytanie nr 36 Dotyczy pakiet 4 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie ceny jednostkowej i wartości osobno dla kapilar, osobno dla zatyczek i osobno dla mieszadełek?

Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą powyższe produkty stanowią odrębną pozycję asortymentową, mają swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży, mogą pochodzić od innego producenta, mają też różne dokumenty dopuszczające je do obrotu i używania.

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze sobą kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny osobno kapilar, zatyczek i mieszadełek. Wykonawca powinien odpowiednio zmodyfikować formularz asortymentowo-cenowy (poprzez dodanie wierszy). Należy wycenić: 3500 sztuk kapilar, 7000 zatyczek kompatybilnych z oferowanymi kapilarami oraz 3500 mieszadełek.

Pytanie nr 37 Dotyczy pakiet 4 pozycja 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje taką samą ilość zatyczek (czyli 3500 szt.) czy może Zamawiający oczekuje podwójnej ilości zatyczek – 2 zatyczki przypadające na 1 kapilarę (7000 szt. zatyczek)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania takiej ilości zatyczek która pozwoli zatkanie kapilary po jej obu stronach czyli należy zaoferować dwa razy więcej zatyczek w stosunku do liczby kapilar.

Pytanie nr 38 Dotyczy pakiet 4 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zatyczki i mieszadełka pakowane po 500 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zatyczek i mieszadełek pakowanych po 500 szt. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym.

Pytanie nr 39 Dotyczy pakiet 4 pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cylinder z PP (polipropylenu) z podziałką, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 41

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety Pasteura z polietylenu o poj. użytkowej ok. 1 ml i całkowitej 4 ml?

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 13 pipety Pasteura z polietylenu o poj. użytkowej ok. 1 ml i całkowitej 4 ml

Pytanie nr 42

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 13

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płyty na 30 dołków (6 rzędów po 5 dołków)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza płyty na 30 dołków (6 rzędów po 5 dołków).

Pytanie nr 44 Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 14

Czy Zamawiający wymaga płyt w kolorze białym czy płyt przezroczystych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zarówno płyt w kolorze białym jak i płyt przezroczystych.

Pytanie nr 45 Dotyczy pakiet nr 4, pozycja 14

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwo wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodyce badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprowadzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

poziomo, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pipety o poj. regulowanej w zakresie 1000-5000µl?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki typu Eppendorf?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Dotyczy załącznika nr 3.1 Pakiet 1 „Warunki Graniczne”

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch identycznych analizatorów z oprogramowaniem w j. angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 49 do pakietu nr 2 - parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej

poz. 7 Czy Zamawiający dopuści analizator o objętościach próbki strzykawkowej 100µl i 75µl próbki kapilarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator o objętościach próbki strzykawkowej 100µl i 75µl próbki kapilarnej.

Pytanie nr 50 do pakietu nr 2 - parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej

poz. 20 Czy Zamawiający dopuści analizator z jednokierunkową komunikacją?

Odpowiedź:


Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 51 do pakietu nr 2 - parametry graniczne dla analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej

poz. 23: Czy Zamawiający dopuści grupę porównawczą dla zaoferowanego modelu analizatora w kontroli organizowanej przez COBJ w Diagnostyce Laboratoryjnej mniejszą niż 20 analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 52

Prosimy o wyłączenie pozycji 3, 4, 5 oraz 7-14 z Pakietu 3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, łatwego w identyfikacji, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 3, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie niektóre, wysokiej jakości testy w niższych cenach niż faworyzowana konkurencja, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.))

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53 Dotyczy: załącznik 4.1

(§ 4 ust. 11) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 4 ust. 10 na następującą:

„Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT.”

Pytanie nr 54 Dotyczy: załącznik 4.1

(§ 4 ust. 11) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55 Dotyczy: załącznik 4.1

(§ 9 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56 Dotyczy: załącznik 4.1

(§ 9 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 57 Dotyczy: załącznik 4.1

(§ 7) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na spółkę XXX.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58 Dotyczy: załącznik 4.2

(§ 2 ust. 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść § 2A ust. 10 na następującą:

„Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT.”

Pytanie nr 59 Dotyczy: załącznik 4.2

(§ 2 ust. 10) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60 Dotyczy: załącznik 4.2

(§ 5 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61 Dotyczy: załącznik 4.2

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



**SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WŚCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 62 Dotyczy: SIWZ rozdział V część B punkt 3.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63 Dotyczy: SIWZ rozdział V część B punkt 3.2

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie **poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie** tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poświadczenie za zgodność dokumentów znajdujących się w zbindowanych tomach poprzez adnotację na pierwszej stronie z zaznaczeniem stron objętych poświadczeniem (np. „za zgodność z oryginałem – strony od ... do ...”).

B5
VCH
SU
Schla

DS. 100-100000-100000
CIVILIAN
mgr. in. Włodzisław Jędrzejewicz

