



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.



**SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.**

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

Sosnowiec, dnia 07.02.2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 211 000 euro **DOSTAWĘ PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI. Znak sprawy ZP-2200-7/19**

Pakiet nr 1

Do postępowania wpłynęły 2 oferty

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto Ilość punktów	System w całości pochodzący od jednego	Element przeciętny w igle z przeziernością wklucia o długości co najmniej 5 mm lub większej	Igła posiadająca element zabezpieczający przed zakłuciem (poz. 10)	Pkt razem
1	Becton Dickinson Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa	75156,84 80,57	Tak 4 pkt	Pow. 5mm 4 pkt.	4 pkt	92,57
2	Medlab Products sp. z o.o. ul. Gączyńskiego 8, 05-090 Raszyn	68808,60 88	Nie 0 pkt	Miej niż 5mm 0 pkt.	0 pkt	88,00

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą **Becton Dickinson Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa.**

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską w ofercie Becton Dickinson Polska sp. z o.o. Z załączonych próbek i dokumentów wynika, że element zabezpieczający znajduje się na igle i stanowi jej część:

Element zabezpieczający znajduje się na igle i stanowi jej część **Tak**

Element zabezpieczający znajduje się poza igłą i nie stanowi jej części **Tak nie**

Działając zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 Pzp Zamawiający wezwał Wykonawcę Becton Dickinson Polska sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego tj. dokumentów wskazanych w Rozdz. V pkt. SIWZ.

Złożone dokumenty i wyjaśnienia Zamawiający przyjął za wystarczające.

Zamawiający dokonał próby biologicznej w zakresie oceny parametru - *Element przeciętny w igle z przeziernością wklucia o długości co najmniej 5 mm lub większej*;

1. Po wykonaniu próby biologicznej (z wykorzystaniem próbek złożonych przez Wykonawcę Becton Dickinson Polska sp. z o.o.) zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie Nr 4 w Wyjaśnieniach Zamawiającego 2 – Zamawiający stwierdza że kryterium dotyczące elementu przeziernego w igle jest spełnione: element przezierny ma długość powyżej 5 mm.


2. Po wykonaniu próby biologicznej (z wykorzystaniem próbek złożonych przez Wykonawcę Medlab Products sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn) zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie Nr 4 w Wyjaśnieniach Zamawiającego 2 – Zamawiający stwierdza że kryterium dotyczące elementu przeziernego w igle nie jest spełnione: element przezierny ma długość (4mm) poniżej 5mm.

Zamawiający informuje, że podpisze umowę w zakresie Pakietu nr 1 w dniu 13.03.2019r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie Pakietu nr 2

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do postępowania nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp informuje, że w niniejszym postępowaniu o dzielenie zamówienia publicznego nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.


Prezes Zarządu
Dariusz Skłodowski

K.O.