



**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 05.06.2012r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
**na dostawę probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym oraz dzierżawę
statywów do probówek OB, znak sprawy ZZP-2200-50/12.**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz.8 zał. Nr 4.1 probówkę z heparyną litową o objętości pobrania krwi 5,5 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz.3 zał. Nr 4.1 probówkę do OB. Metoda logarytmiczna o objętości pobrania krwi 1,28 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiej probówki wraz z kompatybilnymi statywami do odczytu OB.

Pytanie nr 3

Czy w pozycji nr 7 zał. Nr. 4.1 pakiet 1 Zamawiający dopuści probówkę do glukozy z fluorkiem sodu o objętości pobrania krwi do 250 ul?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający przeniesie pozycje 7 z pakietu nr. 1 zał 4.1 do pakietu nr. 2 zał 4.1? Probówka do glukozy z fluorkiem sodu o pojemności 250-500 ul powinna znajdować się w pakiecie z probówkami do mikrometody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Probówka do glukozy z fluorkiem sodu o pojemności 250-500µl zostanie przeniesiona do pakietu nr 2. W załączeniu Zamawiający przekazuje zmodyfikowany Załącznik 4.2 i 4.2.

mgr Sosa

Pytanie nr 5

Czy w pozycji nr 1 zał. Nr. 4.1 pakiet 2 Zamawiający dopuści próbkę hematologiczną do pobierania krwi kapilarnej o objętości od 250 do 500 ul?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbek do koagulologii o terminie ważności 5 m-cy? Termin ważności tych próbek jest krótszy niż pozostałych ze względu na dbałość producenta o zagwarantowanie najwyższej ich jakości, podczas gdy stabilność cytrynianu w próbkach plastikowych jest mniejsza niż w szklanych. Probówki te mają podwójne ścianki, zredukowaną przestrzeń wolnego powietrza nad próbką i datę ważności na etykiecie (a nie na zbiorczym opakowaniu próżniowym).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pkt.11 Tabeli Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 1 ma na myśli igły motylkowe systemowe w jednym sterylnym opakowaniu z systemowym adapterem luer pozwalającym na połączenie igły motylkowej z uchwytem? Czy zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły motylkowe były zaopatrzone w zabezpieczenie przeciwwzakłuciowe? Zabezpieczenie to ma szczególne znaczenie w przypadku igieł motylkowych, ponieważ ze względu na giętą drenik, na którym igła jest zamocowana, trudniej jest ją bezpiecznie wyrzucić do pojemnika na ostre odpady.

Odpowiedź:

Zamawiający w punkcie 11 Tabeli Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 1 ma na myśli igły motylkowe systemowe w jednym sterylnym opakowaniu z systemowym adapterem luer pozwalającym na połączenie igły motylkowej z uchwytem. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane igły motylkowe były zaopatrzone w zabezpieczenie przeciwwzakłuciowe.

Urząd Miejski w Sosnowcu
Zakład Pielęgnacji
PODREKTORA
Szymon Kucharski

Marek Szlachetka

Załącznik nr 4.1
ZZP-2200-50/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1 – Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi

L.p.	Asortyment	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Probówki morfologia z K2 EDTA poj. 1-2ml	Szt.	35000				
2	Probówki koagulologia z cytrynianem sodu 3,2%, poj. 1,5-2ml,	Szt.	30000				
3	Probówki OB metoda logarytmiczna, poj. 4,5ml,	Szt.	11000				
4	Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 4-6ml	Szt.	98000				
5	Probówki z aktywatorem wykrzepiania do pozyskiwania surowicy, poj. 8-10ml	Szt.	12000				
6	Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 2ml,	Szt.	8000				
7	Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl	Szt.	150				
8	Probówki z heparyną litową 6ml	Szt.	200				
9	Uchwyt do igieł systemowych z gwintem jednorazowego użytku jeśli system tego wymaga	Szt.	90 000				

10	Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych lub trwale połączone z nasadką o średnicy 0,7; 0,8; 0,9mm	Szt.	100000				
11	Igła motylkowa 0,6-0,8 mm z zakończeniem typu Luer	Szt.	500				
12	Łącznik typu Luer	Szt.	3400				
	Razem			-			

Warunki dla pakietu nr 1:

1. Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą być jednorazowego użytku, pochodzić od jednego producenta.
2. Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy.
3. Probówki wykonane z tworzywa, za wyjątkiem probówki do OB, gdzie Zamawiający dopuszcza probówki szklane.
4. Probówki z naklejonymi etykietami, na etykietach wymagane oznakowanie sterylności, CE, data ważności i numer serii, za wyjątkiem poz. 9.
5. Wykonawca uzupełnia poz. 9 tylko w przypadku, gdy oferowany system przewiduje „uchwyty do igieł” jako element oddzielny – nie złączony w sposób trwały z igłami.
6. Probówki do OB muszą być zaoferowane z kompatybilnymi statywami (w ilości 6 sztuk dla dwóch laboratoriów) do odczytu wyniku badania z użyciem logarytmicznej metody manualnej.
7. Jeżeli konstrukcja systemu tego wymaga zaoferowanie jednorazowych uchwytów.
8. Dostosowanie systemu do posiadanych przez Laboratorium aparatów.

Miesięczna stała opłata za dzierżawę 1 szt statywu/ netto	Okres dzierżawy w miesiącach	Ilość dzierżawionych urządzeń(szt)	Wartość netto za dzierżawę 6 szt statywów w okresie 18 miesięcy	Podatek VAT %	Wartość brutto za dzierżawę 6 szt statywów w okresie 18 miesięcy
	18	6			

Uwaga!

Do formularza oferty (załącznik nr 1) należy przenieść:

Sumę wartości netto tj. łączną wartość netto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym + wartość netto za 12- miesięczną dzierżawę statywów.

Sumę wartości brutto tj. łączną wartość brutto asortymentu zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym + wartość brutto za 12- miesięczną dzierżawę statywów.

Data:

.....

.....
(podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Now

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 2 – Mikrometoda pobierania krwi u noworodków

L.p.	Asortyment	Jedn. Miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Probówki hematologia do pobierania krwi kapilarnej K3EDTA lub K2EDTA, poj. 200-500 µl	Szt.	1500				
2	Probówki do pobierania krwi kapilarnej z aktywatorem wykrzepiania lub żelem, poj. 400-500 µl	Szt.	100				
3	Probówki do bilirubiny (krew noworodków), poj. 400-500 µl	Szt.	100				
4	Probówki do glukozy z fluorkiem sodu, poj. 200-500 µl	Szt.	150				
Razem				-			

Probówki posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności. Termin ważności wszystkich wyrobów w dniu dostawy co najmniej 9 miesięcy.

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)