

**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 30.08.2012r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę materiałów szewnych, staplerów, protez powięzi mięśni, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, hemostatyków, wosku kostnego,**
Znak sprawy **ZZP-2200-75/12**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia jak niżej:


Pytanie nr 1

Pakiet nr 20 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w w/w pozycji igłę o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła czy igłę progresywnie zakrzywioną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w poz. 5 wymaga igły progresywnie zakrzywionej, okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym, 24 mm. Pozostałe parametry nici bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. ZARZĄDZANIA SPRAWAMI
I NADZORU PRAWNEGO

mgr Marcin Swoboda

dr. n. o. r.