



Sosnowiec, dn.02.06.2016r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI**
Znak sprawy ZP-2200- 26/16

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu potwierdzoną badaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu potwierdzoną badaniem.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadały badania potwierdzające brak korozyjności wżerowej wg europejskiej metodyki badania elektrochemicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany preparat posiadał badania potwierdzające brak korozyjności wżerowej wg europejskiej metodyki badania elektrochemicznego.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakietu nr 2

Poz. 3 - Czy ze względu na możliwość wielokrotnego użycia wiadra Zamawiający wymaga, aby do każdego pojemnika były załączone 3 etykiety bezpieczeństwa zawierające informacje dotyczące preparatu, którym będą nasączone chusteczki, pozwalające uniknąć pomyłek i ułatwiające prace personelowi szpitalnemu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby do każdego pojemnika były załączone 3 etykiety bezpieczeństwa zawierające informacje dotyczące preparatu, którym będą nasączone chusteczki.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji chusteczek dezynfekcyjnych typu Microbac Tissues o właściwościach myjących, bez zawartości alkoholu i aldehydów, bez zawartości substancji zapachowych, opakowanie Flow-pack, plastikowa pokrywa pozwalająca na bezpieczne wyjęcie chusteczki, po otwarciu można używać przez 3 miesiące, możliwość stosowania do endoskopów oraz głowic USG. Chusteczki o działaniu B, F, V (HBV, HIV, HCV, polyoma, ROTA) do 1 minuty z możliwością poszerzenia o wirus MNV przy zastosowaniu dłuższego czasu działania, wymiar min. 25 x 38 cm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. 1 op.- 40 sztuk chusteczek. Wg wiedzy Oferenta chusteczki te są aktualnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt opisany w pytaniu.

Pytanie nr 5 Pakiet nr 1, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o określenie jakiej wielkości opakowania oczekuje w w/w pozycji.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
63 847 000,00 ZŁ

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 poz. 9 poprzez dodanie zdania o treści:

„1 opakowanie = 10 litrów.”

Pytanie nr 6 Pakiet nr 1, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o określenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w w/w pozycji i Zamawiający wymaga preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i wykreśla treść: „Zarejestrowany jako wyrób medyczny” i w miejsce treści wykreślonej wpisuje: „produkt zakwalifikowany jako produkt biobójczy”.

Ela Kwasnicka
KIEROWNIK
BIURO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
E.K.
mgr Ela Kwasnicka