



Sosnowiec, dn. 01.08.2016 r.



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC  
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100  
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE WŚCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
66 347 000,00 ZŁ

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI**  
Znak sprawy ZP-2200- 32/16

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 punkt 2. podpunkt b. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 2 poz. 6: Czy Zamawiający zgodzi się na opakowanie a<sup>1</sup>100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę t.j. Zamawiającemu zostanie zaoferowane 13 opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 6 zaoferowanie opakowań a<sup>1</sup>100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 19-28) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, watorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości.



Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5, PN EN ISO 11607-1 i 2 co zostało potwierdzone oświadczeniem producenta, w których na zgrzewie umieszczone są oznaczenia normy ISO i EN w formie: ISO 11607-1,2 oraz EN 868-3,5?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanie opisanych w pytaniu rękawów.

**Pytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, gdzie każda rolka rękawa zabezpieczona jest folią i posiada etykietę produktu wewnątrz rolki zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 zaoferowanie opisanych w pytaniu rękawów.

**Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9 Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

*mgr Elżbieta Zarek*  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Elżbieta Kwaśnicka*



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szp.tal.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO PÓD NUMEREM  
0000476370

KAPITAŁ ZAKŁADOWY  
66 347 000,00 ZŁ

Ust.