

Sosnowiec, dn. 30.11.2016 r.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
66 347 000,00 ZŁ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W odpowiedzi na złożone zapytania do zaproszenia do składania ofert na **dostawę 10-cio parametrowych pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika testów paskowych**

Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - Dot. warunków granicznych – odczynniki

poz. 2: Czy Zamawiający dopuści paski dla których wynik testu dla glukozy nie koliduje z obecnością kwasu askorbinowego o stężeniu poniżej 49,31 mg/dl, a dla krwi stężenie kwasu askorbinowego powinno być stężeniu poniżej 88,06 mg/dl?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.

Pytanie nr 2 - Dot. warunków granicznych – czytnik pasków

poz. 4: Czy Zamawiający dopuści czytnik bez automatycznego określania barwy moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.

Pytanie nr 3


poz. 5: Czy Zamawiający dopuści czytnik bez możliwości zdefiniowania klarowności moczu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w zaproszeniu.

Pytanie nr 4

poz. 6: Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalibrację moczu z dodatkowym paskiem



kalibracyjnym?



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie czytników z automatyczną kalibracją moczu z dodatkowym paskiem kalibracyjnym.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika moczu z pojemnością pamięci 520 wyników pamięci? Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego analizator będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym co zapewnia nieograniczoną możliwość archiwizowania wyników.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści analizator moczu bez możliwości określania klarowności z wydajnością ponad 500 oznaczeń/godzinę. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego analizator będzie współpracował z laboratoryjnym systemem informatycznym, który umożliwi użytkownikowi wybór klarowności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania czytnika posiadającego możliwość określenia klarowności moczu, dopuszcza możliwość zaoferowania czytnika z wydajnością ponad 500 oznaczeń /godzinę.

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SADOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
66 347 000,00 ZŁ

DYREKTOR
DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

Aneta Kawka
mgr inż. Aneta Kawka