



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.

Sosnowiec, dn. 21.02.2017r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY
68 347 000,00 ZŁ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sterylnych jednorazowych obłożeń pól operacyjnych**.
Znak sprawy **ZP-2200- 8/17**

Wyjaśnienia Zamawiającego ⁵

Działając zgodnie z art. 38 ustawy i Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety trzywarstwowej wokół pola operacyjnego o gramaturze 109,5 g/m², pozostały 57,5 g/m²? Serweta w rozmiarze 150 x 250 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro) 1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór

o wymiarach 11 x 11 x 11 cm umieszczony decentralnie, 77 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

z up. Zarząd

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ela Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka