



Sosnowiec, dn.27.10.2017r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej.**
Znak sprawy ZP-2200- 41/17

Wyjaśnienia Zamawiającego 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. 4.2 charakterystyka Pakietu nr 2) Zamawiający wymaga dokonywania przeglądów serwisowych, **zgodnie z zaleceniami producenta** (co do zakresu jak i częstotliwości). Jednocześnie Zamawiający specyfikuje w sposób szczegółowy kolejne elementy zakresu takiego przeglądu. Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie punkty specyfikacji zamieszczonej przez Zamawiającego w SIWZ są tożsamego z zakresem jaki specyfikuje producent urządzenia – czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu zgodnie z aktualnymi na dzień wykonywania przeglądu serwisowego zaleceniami producenta? Zakres ten zostanie udokumentowany w stosownych i wymaganych SIWZ kartach pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokonywania przeglądów serwisowych, **zgodnie z zaleceniami producenta**. Punkty specyfikacji zamieszczonej przez Zamawiającego w SIWZ mają charakter poglądowy i w związku z tym zapisy w karcie pracy nie muszą być tożsame, a jedynie zgodne co do idei z zapisami zamieszczonymi przez Zamawiającego.

Pytanie 2

Zamawiający wskazuje w SIWZ na Załącznik nr 6 (wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia). W dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego SIWZ brak Załącznika nr 6. Istnieje jednak Załącznik nr 5, które de facto stanowi wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Prosimy o korektę i wskazanie odpowiedniego numeru załącznika.

Odpowiedź:

Wykaz osób wymagany przez Zamawiającego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ, który jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (w wersji word i pdf), natomiast w części V SIWZ omyłkowo wpisano według załącznika nr 6 do SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy par. 3 ust. 8 Załącznika nr 4 – czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie wierzycelności wynikających z realizacji umowy na osoby trzecie w przypadku powstania przeterminowania należności finansowych Zamawiającego względem Wykonawcy o 60 dni ponad umowny termin płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.


KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Ela Kwaśniewska



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

rw.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
DZIAŁ VIII GOSPODARZY
KRAJOWEGO REJESTRU
DOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

72 847 000, 00