

SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn.30.01.2018r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH**

Znak sprawy ZP-2200- 6/18

Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 1, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie Jednorazowych szczotek dwustronnych do czyszczenia portów endoskopów. Jedna strona: długość części czyszczącej (szczoteczki) 20mm i średnica włosa 5mm. Druga strona: długość części czyszczącej (szczoteczki) 35mm i średnicy włosa 10mm. Całkowita długość szczotki wynosi (uchwyt + szczotki na dwóch końcach) 15cm, pakowane pojedynczo, 1op. =100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu szczotki.

Pytanie nr 2 **Pakiet 3 Poz. nr 1**

Prosimy o dopuszczenie worka stomijnego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia lecz o pojemności 800 ml, w rozmiarze 15-90 mm do docięcia;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu worki.

Pytanie nr 3 **Pakiet 3 Poz. nr 3**

Prosimy o dopuszczenie worka ileostomijnego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, z plastycznym hydrokoloidowym przylepcem (do docięcia) w rozmiarze 20-60 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu worki.

Pytanie nr 4 **Pakiet 3 Poz. nr 4**

Prosimy o dopuszczenie worka ileostomijnego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, z plastycznym hydrokoloidowym przylepcem (do docięcia) w rozmiarze 30-60 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu worki.

Pytanie nr 5 **Pakiet nr 1**



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych do czyszczenia portów endoskopów, długość włosia 20 mm i średnicy 5 mm oraz długości włosia 35 mm i średnicy 10 mm, długość całkowita szczotki 155 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 6 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych do czyszczenia portów endoskopów, długość włosia 40 mm i średnicy 5 mm oraz długości włosia 60 mm i średnicy 12 mm, długość całkowita szczotki 250 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 7 Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych do czyszczenia portów endoskopów, długość włosia 20 mm i średnicy 5 mm oraz długości włosia 32 mm i średnicy 11 mm, długość całkowita szczotki 200 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 3 szczotek dwustronnych do czyszczenia portów endoskopów, długość włosia 20 mm i średnicy 5 mm oraz długości włosia 32 mm i średnicy 11 mm, długość całkowita szczotki 200 mm.



Pytanie nr 8

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 1 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie (dłoń/stopa). Minimalny skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentalny o wym. min 150 x min 170 cm, 1 serweta chirurgiczna o wym. min 230 x min 300cm wyposażona w elastyczny, samouszczelniający otwór o średnicy min. 3,5 cm, otoczony warstwą chłonną o wymiarze min. 70 x 70 cm, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze min. 50g/m², 1 serweta na stolik Mayo o wym. min 78 x min 140cm, 1 osłona na kończynę o wym. min 33 x min **65cm**, 2 taśmy lepne o wym. min.7 x min 49 cm, ręczniki chłonne min. 2szt. Obłożenie wykonane z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 54 g/m². Produkt zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 opisanego w pytaniu zestawu.

Pytanie nr 9

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 5 sterylnej osłony na kończynę wykonanej z kratonu (materiał podobny do neoprenu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej) o wymiarach 32x120cm, bez taśm lepnych? Produkty zgodny z ustawą o wyrobach medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112


www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 10

dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 5 sterylnej osłony na kończynę wykonanej z kratonu (materiał podobny do neoprenu, z wewnętrzną warstwą gazy dzianej) o wymiarach 32x120cm, z dwoma taśmami lepnyimi 9x50cm, dostarczany, jako oddzielna pozycja? Produkty zgodny z ustawą o wyrobach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obecnie stosowanego na Bloku Operacyjnym zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona na dłoń/stopę 225 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm i zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm- całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 opisanego w pytaniu zastawu.

Pytanie nr 12 Pakiet 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety wykonanej z mocnego, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 4 opisanego w pytaniu serwety.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 2

Poz.1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo - cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego, z przyklepcem z wyjątkowo przyjaznych dla skóry gojących hydrokoloidów, do docięcia w zakresie 13-60 mm?



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WŚCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0300476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 3, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego, z przylepcem z wyjątkowo przyjaznych dla skóry gojących hydrokoloidów, do docięcia w zakresie 13-60-80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 3, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego, z przylepcem w kształcie podkowy, z wyjątkowo przyjaznych dla skóry gojących hydrokoloidów, do docięcia w zakresie 10-70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 3, pozycja 3: Czy z uwagi na higienę rozwiązań szpitalnych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego z przylepcem do wycięcia nożyczkami w zakresie do 60mm - przylepiec z wyjątkowo przyjaznych dla skóry gojących hydrokoloidów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 3, pozycja 4: Czy z uwagi na higienę rozwiązań szpitalnych Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worka stomijnego z przylepcem do wycięcia nożyczkami w zakresie do 60mm - przylepiec z wyjątkowo przyjaznych dla skóry gojących hydrokoloidów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19 Pakiet nr 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną wykonaną z laminatu trzywarstwowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety o poziomie chłonności min. 824%, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 zestawu z serwetą główną wykonaną z laminatu trzywarstwowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety o poziomie chłonności min. 824%, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20 Pakiet nr 6, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 180cm x 240 cm o gramaturze 56 g/m² pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 4 serwety o wymiarach 180cm x 240 cm o gramaturze 56 g/m² pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 21 Pakiet nr 7, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 75 cm do 100cm ?

Odpowiedź:

Proponowany obwód mieści się w granicach podanych w SIWZ.



Pytanie nr 22 Pakiet nr 7, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o obwodzie bioder 100cm do 150 cm?

Odpowiedź:

Proponowany obwód mieści się w granicach podanych w SIWZ.



Pytanie nr 23 Pakiet nr 7, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągaczy taliowych, wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci paska z datą i serią produkcji rozmywającego się pod wpływem wilgoci/

Odpowiedź:

Zamawiający zapisał w SIWZ „że pieluchomajtki muszą zawierać chociaż jeden ściągacz taliowy.



Pytanie nr 24 Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ustęp 2. wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIK 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSC-HÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 25 Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w przypadku trzykrotnego wykroczenia ze strony Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26 Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać w § 2 możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?


Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27 Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słów „15% niezrealizowanej części umowy netto” słowami „10% niezrealizowanej części umowy netto” w § 5 ust. 3 wzoru umowy?

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy oraz po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku przylepcorzepów, po każdej stronie? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Opis w SIWZ, cytuje: „po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych, wielorazowego użytku pasków mocujących po każdej stronie” dopuszcza produkty, których zapięcia są w praktyce przylepcami nie nadają się do wielokrotnego użytku. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak przylepcorzepów wielokrotnego użytku). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza (i jest to opisane w SIWZ) zaproponowanie pieluchomajtek zaopatrzonych w jeden ściągacz taliowy tylny oraz po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych wielorazowego użytku przylepców po każdej stronie

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Należy nadmienić, że powyższe rozwiązanie jest bardziej zaawansowane technologicznie i z dużą dokładnością wskazuje zużycie produktu. Stosowane jest w produktach co najmniej trzech producentów (TZMO, Essity, ABENA).

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Zamawiający dopuszcza w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego paska, usztywnianego w centralnej części wkładu (taka informacja jest w SIWZ).

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7; pozycja 2):
pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź:

Proponowany rozmiar 92-144 mieści się w granicach podanych w SIWZ (90-150 cm).

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7): złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce kroczka przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7; pozycja 1):
pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2300ml? Należy nadmienić, że poziom chłonności umieszczony w SIWZ dla tej pozycji odnosi się do chłonności produktu w rozmiarze S lub do produktów o najniższych parametrach jakościowych, które nie spełniają swojej roli w warunkach szpitalnych. Ustanowienie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP, gdyż co najmniej czterech producentów (Essity, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki w rozmiarze M o chłonności co najmniej 2300ml. Gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7; pozycja 2):
pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2600ml? Należy nadmienić, że poziom chłonności umieszczony w SIWZ dla tej pozycji odnosi się do chłonności produktu w rozmiarze M lub do produktów o najniższych parametrach jakościowych, które nie spełniają swojej roli w warunkach szpitalnych. Ustanowienie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP, gdyż co najmniej czterech producentów (Essity, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki w rozmiarze L o



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



**SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI**
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

chłonności co najmniej 2600ml. Gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

z up. Zarepek

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ RURIICZNYCH

Ela Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka