



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn.18.01.2018r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO OZNACZANIA GLUKOZY WE KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW**

Znak sprawy ZP-2200- 1/18

Wyjaśnienia Zamawiającego cz. 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby czas pomiaru poziomu glukozy we krwi nie był dłuższy niż 5 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany czas pomiaru.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający oczekuje aby system do pomiaru glukozy we krwi był przeznaczony dla placówek Służby Zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaoferowany system będzie używany wyłącznie w placówkach służby zdrowia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający oczekuje aby kapilara pobierająca próbkę krwi do badania była umieszczona na czubku paska, powyższe rozwiązanie znacząco ułatwia użytkownikowi pobranie próbki krwi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozmieszczenie kapilary.

Pytanie nr 4


Czy w związku z opublikowanymi odpowiedziami na zadane pytania do SIWZ, Zamawiający potwierdza wymóg SIWZ: Wymogi dotyczące glukometrów: pkt.3 zakresu pomiaru przy wartościach hematokrytu 20-70%?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymogi dotyczące glukometrów w pkt. 3 określają zakres pomiaru przy wartościach hematokrytu 20-70%.

Pytanie nr 5

Zamawiający dopuści glukometr, który jest fabrycznie skalibrowany na wyświetlanie



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WŚCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

stężenia glukozy we krwi wyrażone w mmol/l lub mg/dl? W zależności od tego, która jednostka miary jest standardowo używana w danym szpitalu, taka zostaje przystosowana do glukometru. W związku z powyższym, producent zastosował jednostkę miary mg/dl jako tradycyjnie stosowaną w większości jednostek medycznych. Wymóg glukometru, który posiada możliwość wyświetlania zamiennie wyników w mg/dl oraz mmol/l może spowodować błędy w odczycie poziomu glukozy we krwi pacjenta, skutkujące błędną interpretacją wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Dr inż. Zdzisław

MIEROWNIK
DZIAŁ MIERZEŃ PERYMETRYCZNYCH

Kula
mgr inż. Kwaśnicka