



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC  
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100  
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn.21.02.2018r.

## WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ PODKŁADÓW, SERWET I ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ**

Znak sprawy **ZP-2200- 10/18**

### Wyjaśnienia Zamawiającego

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

#### Pytanie nr 1

pakiet 2

czy zamawiający dopuści podkład 50 mb z przeliczeniem ilości rolek?

Czy zamawiający dopuści podkład z podwójną bibułą + folia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 2

PAKIET 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opak. 10 szt z przeliczeniem?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie = 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo – cenowym (tu opakowanie zamiast sztuk), należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

#### Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 5


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

#### Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 1, poz. 8



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
73 847 000,00 zł

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45-50cm x 60-80cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 8 zaferowanie serwety 45-50cm x 60-80cm.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę w kolorze białym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2 poz. 1 zaferowanie pokrycie na kozetkę w kolorze białym.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej pakowany a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podkład z włókniny polipropylenowej pakowany a'20szt. Jeżeli Wykonawca chce wycenić tak zaferowany przedmiot zamówienia to należy to zrobić z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo – cenowym (tu opakowanie zamiast sztuk), należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny polipropylenowej pakowany a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podkład z włókniny polipropylenowej pakowany a'10szt z przeliczeniem podanych ilości wg zasady podanej w odpowiedzi na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 1, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podkład wysokochłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem podanych ilości wg zasady podanej w odpowiedzi na pytanie nr 6.

**Pytanie nr 9**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę 50cm x 50cm z perforacją co 38cm z przeliczeniem podanych ilości na 1056 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM  
0300476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
73 847 000,00 zł

### Pytanie nr 10

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny 50cm x 50cm x 80szt w rolce?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 podkład ochronny 50cm x 50cm x 80szt w rolce, pozostałe warunki bez zmian.

### Pytanie nr 11

Pakiet 3, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jednorazowe higieniczne podkłady ochronne rozm 50 cm x50mb (ok. 130 szt. w rolce) , zawierające jedną warstwę bibuły i jedną folię, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 12

Pakiet 2, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści pokrycie na kozetkę rolka 50 cm x50 mb z perforacją co 38 cm, z przeliczeniem ilości?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 13

Pakiet nr 2, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego higienicznego podkładu ochronnego o szerokości 50 cm, z perforacją ułatwiającą odrywanie co 50 cm, wykonanego z jednej warstwy bibuły oraz jednej warstwy folii. Podkład o długości rolki 50mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 1056 rolek.

#### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 14

Pakiet nr 3, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego higienicznego podkładu ochronnego o szerokości 50 cm, perforacji 50 cm, długości rolki 50 m (po 100 sztuk na rolce) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 160 rolek. Podkład zawiera dwie warstwy bibuły oraz dodatkową warstwę folii zabezpieczającą przed przemakaniem.


#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaofertowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 opisanego w pytaniu podkładu z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z zasadą, że w przypadku, gdy Wykonawca zaofertuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu asortymentowo – cenowym, należy to zaznaczyć w formularzu asortymentowo - cenowym a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez Zamawiającego do dwóch miejsc po przecinku.

### Pytanie nr 15

Pakiet nr 4, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji maty na podłogę, o dużej



# SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL  
MIEJSKI  
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY  
W SĄDZIE REJONOWYM  
KATOWICE - WSCHÓD  
W KATOWICACH  
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU  
SĄDOWEGO POD NUMEREM:  
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:  
73 847 000,00 zł

wchłaniałości płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi, o wymiarach 81 (+/-1) cm na 121cm (+/-1).

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 opisanej w pytaniu maty na podłogę.

**Pytanie nr 16**

**Pakiet nr 4, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowego, wysokochłonnego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 3 scalonych powłok o grubości minimum 0,75 mm (zapobiega przesuwaniu się względem siebie warstwy chłonnej i nieprzepuszczalnej): mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości min 0,14 mm i super chłonnego barierowego rdzenia na całej długości prześcieradła o wymiarach 100 +/-1 cm x 224 +/-5 cm. Produkt o chłonności min. 4000 ml łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (trwale opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

*E. Kwasnicka*  
KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PURYFICZNYCH  
*E. Kwasnicka*  
mgr Ela Kwasnicka