

SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO PCD. NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn. 24.05.2018r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW**
Znak sprawy **ZP-2200- 18/18**

Wyjaśnienia Zamawiającego cz. 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1 Do pakietu nr 1

Czy pod określeniem funkcja chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i który opisany jest w instrukcji obsługi, co gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie zgodnie z rekomendacjami producenta?

Odpowiedź:

Pod określeniem funkcja chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora Zamawiający rozumie taki system chłodzenia odczynników, który jest zgodny z wymogami producenta odczynników i gwarantuje stabilność odczynników na pokładzie analizatora przez cały okres ich użytkowania.

Pytanie nr 2 Do pakietu nr 1

Prosimy o uściślenie i podanie przez Zamawiającego jaki % oznaczeń należy uwzględnić na zabezpieczenie odpowiedniej ilości odczynnika do wykonania powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub awarią analizatora (np. 1%)? Pozwoli to na równe i takie same doliczenie dodatkowych testów przez wszystkich oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby do podanej ilości badań w formularzu asortymentowo – cenowym zostało dodane 10% badań (oznaczeń) celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości odczynnika do wykonywania powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub awarią analizatora.

Pytanie nr 3 Do pakietu nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego? Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
00004/76320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany test do oznaczania troponiny był zgodny z aktualnymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego.

Pytanie nr 4 Do pakietu nr 1

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający oczekuje, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowane odczynniki do oznaczenia TSH, fT3 i fT4 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach.

Pytanie nr 5 Do pakietu nr 1

Ze względu na posiadane w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test beta-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania testu do oznaczania beta-HCG w zakresie testu ciążowego a dopuszcza w zakresie markera nowotworowego.

Pytanie nr 6 Do p. XII SIWZ, punkt a):

Prosimy o uściślenie tego warunku, czy chodzi tu o sytuację zlecenia od razu rozcieńczenia i jednorazowej aspiracji próbki do tego celu, bez konieczności uzyskania wstępnego wyniku bez rozcieńczenia?

Odpowiedź:


Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli analizator po jednorazowym zaaspirowaniu materiału badanego wykona badanie (uzyska wstępny wynik), a w razie konieczności wykona również powtórzenie badania: np. rozcieńczenie próbki bez konieczności ponownej aspiracji materiału z próbki pierwotnej.

Pytanie nr 7 Do p. XII SIWZ, punkt b):

Czy Zamawiający oceni równocześnie możliwość dostawiania odczynników podczas pracy analizatora, gdzie swobodne dostawianie i usuwanie odczynników odbywa się w trybie Stand by, z szybkim czasem przejścia do pracy rutynowej w ciągu 3 minut, a oferowany analizator posiada 25 pozycji odczynnikowych i możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie kilku opakowań dla tego samego parametru? Biorąc pod uwagę dzienną ilość badań wykonywaną przez Zamawiającego jednorazowe załadowanie dwóch opakowań tego samego parametru zapewni ciągłość pracy przez całą dobę bez konieczności dostawiania odczynników.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony dla analizatora posiadającego możliwość dostawiania odczynników podczas ciągłej pracy analizatora bez konieczności wprowadzania go w tryb Stan by lub Stop



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWO
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 8 Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9 Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Uzasadnienie:

Zamawiający może składać zamówienia bez ograniczeń i w dowolnej częstotliwości – dlatego proponowany termin ważności wydaje się być wymaganiem zbyt wygórowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający oczekuje, że termin ważności 6 miesięcy zostanie uwzględniony w kalkulacji ilości zaoferowanych odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych. W przypadku materiałów kontrolnych uwzględnione zostaną warunki zawarte w pkt 5 Warunki Graniczne – Wymagania dotyczące odczynników.

Pytanie nr 10 Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Szkoleniu mają być poddani wszyscy pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, tj. w Laboratorium Analitycznym I zlokalizowanym przy ul. Szpitalnej 1 – 10 osób, w Laboratorium Analitycznym II zlokalizowanym przy ul. Zegadłowicza 3 – 12 osób.

Pytanie nr 11 Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 6 ust. 4 - 5, Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

Odpowiedź:

Par.6 ust. 4-5 - Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: "czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin". Zamawiający odpowiednio modyfikuje wzór umowy – patrz odpowiedź na pytanie nr 37.

Par.7 ust. 10 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze" i wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 Dot. Załącznik nr 4 - wzór umowy

Par. 7 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie brzmienia: „albo dostarczy urządzenie zastępcze”?

Uzasadnienie:

Dostawa analizatora zastępczego umożliwi zachowanie ciągłości badań, w razie przedłużającej się awarii.



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO P.C.D. NUMEREM
03004/6320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13 Pakiet nr 1

SIWZ rozdz. II pkt.5 oraz §6 ust.1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wraz z pierwszą dostawą odczynników kart charakterystyki na płycie CD?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14 Pakiet nr 1

SIWZ rozdz. IV Część A pkt.4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty metodyk na płycie CD lub osobno zbindowanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty ulotek dotyczących odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oddzielnie zbindowanych, podpisanych tylko na pierwszej stronie. Z określeniem stron objętych potwierdzeniem (np. „od strony ... do strony ...”)

Pytanie nr 15 Pakiet nr 1

SIWZ rozdz. IV Część A pkt.6, część B pkt. 3.2– czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty dokumentów wymienionych w tym punkcie na płycie CD lub osobno zbindowanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty dokumentów wymienionych w przytoczonych punktach SIWZ osobno zbindowanych i podpisanych tylko na pierwszej stronie. Z określeniem stron objętych potwierdzeniem (np. „od strony ... do strony ...”)

Pytanie nr 16 Pakiet nr 1

SIWZ rozdz. VI 2 – czy Zamawiający wyraża zgodę na opis wpłaty wadium „ Wadium, sprawa ZP-2200-18/18 pakiet nr”? Ze względu na ilość miejsca na druku przelewu nie ma możliwości umieszczenia tak długiego opisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisanie wpłaty wadium j.w. lub „ZP-2200-18/18 dostawa odczynników, Pakiet nr ...”

Pytanie nr 17 Pakiet nr 1

Prosimy o uściślenie parametrów ocenianych dla pakietu nr 1, ponieważ parametry przedstawione na 9 stronie SIWZ są niespójne z przedstawionymi z tabeli na stronie nr 1 Załącznika nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – w załączeniu.

Pytanie nr 18 Pakiet nr 1

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego prosimy o podanie szacunkowej ilości powtórek badań związanych z przekroczeniem liniowości poszczególnych oznaczeń.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
00004/6320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby do podanej ilości badań w formularzu asortymentowo – cenowym zostało dodane 10% badań (oznaczeń) celem zabezpieczenia odpowiedniej ilości odczynnika do wykonywania powtórzeń spowodowanych przekroczeniem liniowości oznaczeń lub awarią analizatora.

Pytanie nr 19 Pakiet nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z zapisami w pkt. 9 warunków granicznych należy założyć, że wszystkie odczynniki będą stale przechowywane na pokładzie analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie odczynniki od momentu wstawienia będą stale przechowywane na pokładzie analizatora do momentu ich zużycia.

Pytanie nr 20 Pakiet nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że punkty oceniane zostaną przyznane dla analizatorów, które po jednorazowym zaaspirowaniu materiału badanego mają możliwość wykonania badania, a także wykonania ewentualnego powtórzenia i/lub rozcieńczenia próbki bez konieczności ponownej jej aspiracji z materiału pozostającego w analizatorze lub aspiracji po ponownym wstawieniu materiału badanego.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli analizator po jednorazowym zaaspirowaniu materiału badanego wykona badanie, a w razie konieczności wykona również powtórzenie / rozcieńczenie próbki bez konieczności ponownej aspiracji materiału z próbki pierwotnej.

Pytanie nr 21 Pytania do umowy

§2 ust.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 21 dni roboczych? Wykonawca prosi o wydłużenie terminu dla pakietu 1 w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22 Pytania do umowy

§2 ust.5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 Pytania do umowy


§6 ust.3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24 Pytania do umowy

§6 ust.4a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „czas reklamacji nie może przekroczyć 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia do momentu jej



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.”?

Jeżeli nie to czy Zamawiający wraza zgodę na zmianę zapisy na: czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin.”?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 6 pkt. 4) lit. a wzoru umowy – patrz odpowiedź na pytanie nr 37.

Pytanie nr 25 do pakietu nr 2, Załącznik nr 3.2. „Warunki Graniczne Odczynniki”, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści udział w międzynarodowej kontroli jakości badań RIQAS, nr 9118, program na 3 lata, częstotliwość oznaczania co 2 tygodnie, 11 parametrów: HCT, Hb, MCH, MCHC, MCV, MPV, PLT, PCT, RBC, RDW, WBC?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26 Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

§2: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis:

„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

Odpowiedź:

Składane zamówienie zawiera pełne dane Zamawiającego, nr umowy, nazwę i nr katalogowy zamawianego artykułu, ilość, cenę i wartość.

Pytanie nr 27 Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ

§6 pkt. 4) lit. a i pkt. 5: Czy Zamawiający ze względu na czas pracy biura Wykonawcy od poniedziałku do piątku wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „48 godzin” wyrażenia „w dni robocze”?

Odpowiedź:


Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający modyfikuje treść §6 pkt. 4) lit. a i pkt. 5 następująco:

„4) W przypadku dostaw odczynników:

- a. czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 48 godzin w dni robocze.

Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeżeli takie zostaną stwierdzone



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
03004/6320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

przez Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin w dni robocze.”

Pytanie nr 28 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Rozdział II pkt. 6 i 7

Prosimy o usunięcie ww. postanowienia SIWZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od 2014 roku koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Szpital – Zamawiający) i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

Ewentualnie jeżeli Zamawiający nie zgodzi się na usunięcie ww. punktu czy ze względu na bardzo małą ilość opakowań po odczynnikach zawierających substancje niebezpieczne, Zamawiający wyrazi zgodę na odbieranie ich z częstotliwością raz na kwartał?

Zamawiający określił, że odbiór opakowań nie będzie odbywał się rzadziej niż raz na miesiąc, jednak w okresie miesiąca może nie zostać zużyte czasami nawet jedno opakowanie.

Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę §7 pkt. 3) i 4) wzoru umowy (Załącznik nr 4).

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku Pakietu Nr 2 wyraża zgodę na odbieranie odpadów opakowaniowych jeden raz na kwartał.

Zamawiający modyfikuje §7 pkt. 3) wzoru umowy następująco:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz na kwartał.

Pytanie nr 29 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Rozdział III pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę z zainstalowaniem urządzenia w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Umowa uzyskuje moc obowiązującą w chwili podpisania przez obie strony, w sytuacji gdy jest podpisywana w trybie korespondencyjnym, nie zostaje podpisana przez obie strony jednocześnie, lecz dopiero po złożeniu ostatniego podpisu, a zatem termin na dostawę analizatora winien biec od daty podpisania nie zawarcia umowy, a także winny to być dni robocze.

Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę §2 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie w tabeli cenowej zewnętrznej kontroli z podziałem leukocytów na min. 3 populacje - Labquality (producent nie jest jednocześnie



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

producentem analizatora i kontroli wewnątrzlaboratoryjnej do nich): 3-częściowy rozdział leukocytów na analizatorach, który dostępny jest 4 razy w roku i jako jedyny umożliwia kontrolę rozdziału leukocytów na 3 populacje na tych analizatorach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2

Zamawiający podał całkowitą ilość badań dla obu analizatorów hematologicznych. Czy Zamawiający może określić, np. procentowo ile badań zamierza wykonać na każdym z analizatorów, co jest istotne do prawidłowej kalkulacji oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający szacuje że na obydwu analizatorach zostanie wykonana taka sama ilość badań czyli analizator I – 50% badań i analizator nr II – 50% badań.

Pytanie nr 32 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne odczynniki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krwi kontrolnej do analizatorów hematologicznych z uwzględnieniem ważności fiołki na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowanie takiej ilości krwi kontrolnej która po otwarciu fiołki pozwoli na wykorzystanie jej do daty ważności podanej na fiołce i jednocześnie zaoferowana ilość pozwoli na wykonywanie kontroli jakości wg schematu zawartego w punkcie 5 Warunki graniczne odczynniki tj. 7 razy w tygodniu na 3 poziomach na każdym z dwóch analizatorów.

Pytanie nr 33 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne odczynniki

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do analizatorów hematologicznych posiadających termin ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy (pkt. 2)?

Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje nawet przy ważności odczynników min. 6 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres ważności.

Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę §3 pkt. 3) wzoru umowy (Załącznik nr 4).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne odczynniki

Zamawiający wskazał w pkt. 9, że należy uwzględnić odczynniki na wykonanie powtórek - 10%. Czy oznacza to, że do podanej przez Zamawiającego ilości badań: 160000 na 3 lata należy doliczyć jeszcze 16000, czyli w sumie należy uwzględnić odczynniki na 176000 badań/ 3 lata + badania kontrolne?

Odpowiedź:



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC
UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100
FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

W celu oszacowania całkowitej ilości odczynnika należy do podanej ilości badań tj. 160000 doliczyć 10% tej ilości tj. 16000 co daje w sumie 176000 badań na 3 lata. Do tej ilości należy doliczyć również odczynnik przeznaczony do wykonania oznaczeń wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości badań dla obydwu analizatorów oddzielnie.

Pytanie nr 35 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe odczynników:

Zamawiający w pkt. 3 wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku ujęcia ich niedostatecznej ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego.

Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Jeśli tak prosimy o odpowiednią zmianę §5 ust. 8 wzoru umowy (Załącznik nr 4).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Zamawiający utrzymuje zapis, ponieważ odczynniki będą używane całodobowo do pracy ciągłej i do wykonywania pojedynczych próbek. Zamawiający nie jest w stanie ocenić jaka ilość próbek będzie wymagała inicjalizacji pracy analizatora celem wykonania pojedynczej próbki co powoduje wzrost zużycia odczynnika. Ilość zaoferowanych krwinek kontrolnych musi zabezpieczyć wykonywanie kontroli z odpowiednią częstotliwością oraz musi uwzględniać termin ważności krwinek po ich otwarciu. Zamawiający nie ma możliwości ocenić czy zaoferowana ilość krwi kontrolnej jest wystarczająca. Podobnie w przypadku odczynników do wykonywania czynności konserwacyjnych Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić czy zaoferowana ilość jest wystarczająca na cały okres trwania umowy.

Pytanie nr 36 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych posiadających oprogramowanie w języku angielskim z polską instrukcją obsługi?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których flagowane są wyniki, gdzie np. są nieprawidłowe histogramy, a w przypadku wyników patologicznych monitorowane są patologicznie wysokie i patologicznie niskie wyniki (pkt. 4)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4139 100

FAX (32) 4139 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0300476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 38 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, które są wyposażone w drukarki zewnętrzne, ale nie mogą być one podłączone bezpośrednio do analizatorów, ale do komputera z systemu komputerowego, skąd wyniki są drukowane (pkt. 8)? Zamawiający wymaga podłączenia analizatorów do systemu komputerowego.

Na analizatorach można natomiast wydrukować wyniki na wbudowanej drukarce termicznej, jednak wydruk posiada jedynie dane dotyczące numeru próbki oraz wartości liczbowe poszczególnych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych posiadających jednokierunkową transmisję danych (pkt. 10)? Większość dostępnych na rynku polskim analizatorów 3 diff nie posiada dwukierunkowej transmisji danych, jednak ze względu na podłączenie do systemu komputerowego nie ma to znaczenia dla Użytkownika analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatorów hematologicznych, w których istnieje możliwość zdefiniowania minimum jednego zakresu referencyjnego dla wyników pacjentów, natomiast wpięcie analizatorów do systemu komputerowego umożliwi dokładniejszą ocenę wyników w systemie komputerowym, gdzie istnieje możliwość wprowadzenia dużej liczby zakresów referencyjnych (pkt. 11)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki graniczne dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zgłaszania telefonicznego awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę, a bezpośredni telefoniczny kontakt z Inżynierem Serwisu 7 dni w tygodniu w ciągu dnia – dni robocze od 7:30 do 17:00, w dni wolne od pracy od 9:00 do 14:00 (pkt. 17)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu - przyjazd Inżyniera Serwisu, do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze, z jednoczesną możliwością telefonicznego zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu (pkt. 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSC-HOD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO PCD NUMEREM
0300476320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Pytanie nr 43 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych

Zamawiający w pkt. 5 wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych w przypadku ujęcia ich niedostatecznej ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie ww. zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużycia odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużycia odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.

Pytanie nr 44 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający może podać ile termometrów i wilgotnościomierzy wymaga dostarczyć wraz z analizatorami (pkt. 7)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch kompletów termometr i wilgotnościomierz (po jednym dla każdej z dwóch pracowni).

Pytanie nr 45 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych

Zamawiający wymaga w pkt. 8 dostarczenia środków do neutralizacji odpadów płynnych. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach tego wymogu tabletek do neutralizacji materiału biologicznego znajdującego się w ściekach, jednak to, czy te ścieki mogą być usunięte do kanalizacji musi być ustalone na podstawie wewnętrznych regulacji Szpitala/Laboratorium zgodnie z wytycznymi dla laboratoriów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46 Dotyczy SIWZ, Pakiet nr 2, Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 3.2, Warunki dodatkowe dla analizatorów hematologicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zgłaszania telefonicznego awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę, a bezpośredni telefoniczny kontakt z Inżynierem Serwisu 7 dni w tygodniu w ciągu dnia – dni robocze od 7:30 do 17:00, w dni wolne od pracy od 9:00 do 14:00 (pkt. 9)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Y up. Zarząd
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PURTICZNYCH
Ela Kwasnińska
mgr Ela Kwasnińska

