



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504454

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
00004/6320

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
73 847 000,00 zł

Sosnowiec, dn.14.08.2018r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nicogranicznego na **DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH**
Znak sprawy **ZP-2200- 36/18**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO cz. 3

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany preparat w poz. 1 wykazywał działanie bójcze wobec wymaganego spektrum w czasie do 30 sek. z uwagi na czas trwania higienicznej dezynfekcji rąk wg normy PN EN 1500 ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia Pakiet 4 poz. 1 na następujący:
„Alkoholowy preparat dezynfekcyjny w żelu, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, taksotropowy, działający na B, prątki, F i V (Polio i Adeno, Noro) spełniający normy EN 1500 i EN 12791. Opakowanie 500 ml, kompatybilne z dozownikiem typu Dermados. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. Pompka dozująca do 30% zamówienia na życzenie zamawiającego. Koszyczki kompatybilne z oferowanym produktem do zawieszenia na ramę łóżka w ilości 10% zamówienia na życzenie zamawiającego.”

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2:

Czy ze względu na bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz przeznaczenie preparatu do dezynfekcji endoskopów wysokiego stopnia, Zamawiający oczekuje produktu przebadanego w akredytowanym laboratorium zgodnie z EN 13704 wobec spor tlenowych – Bacillus subtilis, Bacillus cereus i spor beztlenowych Clostridium difficile i Clostridium sporogenes w wymaganym czasie 5 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w poz. 2 Pakietu nr 4 na następujący:

„Preparat do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych, usuwający biofilm, na bazie kwasu nadoctowego, działanie bójcze obejmujące: B, V (Polio i Adeno), F, prątki, spory (Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Clostridium difficile, Clostridium sporogenes) w czasie max. 5 min.; aktywność używanego produktu do 14 dni. Opakowanie 5 litrów lub kg. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.”

Zamawiający będzie wymagał złożenia dokumentów określonych w SIWZ.

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że został przedłużony termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.08.2018r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.08.2018r. o godz. 10:30

E. Kwaśnicka
KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
E. Kwaśnicka
mgr Ela Kwaśnicka