



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o.



SOSNOWIECKI SZPITAL
MIEJSKI
sp. z o.o.

41-219 SOSNOWIEC

UL. SZPITALNA 1

TEL. (32) 4130 100

FAX (32) 4130 112

www.szpital.sosnowiec.pl

REGON 240837054

NIP 6443504464

ZAREJESTROWANY
W SĄDZIE REJONOWYM
KATOWICE - WSCHÓD
W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO POD NUMEREM
0000476320

Sosnowiec, dnia 28.01.2019r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **DOSTAWĘ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO OZNACZANIA GLUKOZY WE KRWI, NAKŁUWACZY WRAZ Z DZIERŻAWĄ GLUKOMETRÓW**

Znak sprawy ZP-2200- 4/19

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

PYTANIE

W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 16 stycznia 2019 roku na pytanie numer 15 zwracamy uwagę Zamawiającego na powstanie sytuacji, w której Postępowanie obarczone może być niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i konieczność zastosowania Art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy.

Wynika to z faktu nieprecyzyjnego określenia warunku zastępczego w zamian za brak sygnalizacji ketonów komunikatem dźwiękowym oraz opisem na wyświetlaczu. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie numer 15 nie określił bowiem ile konkretnie pasków do ketonów wykonawca powinien dostarczyć. W związku z tym potencjalny wykonawca oferując jedno opakowanie takich pasków wliczone w cenę spełni formalnie wymaganie określone w odpowiedzi na pytanie numer 15. Oczywiście jest, że w takiej sytuacji jedno opakowanie pasków do ketonów, które mogłoby być wykorzystane przez Zamawiającego w ciągu jednego dnia na jednym oddziale szpitalnym, nie będzie równoważne komunikatowi o ketonach wyświetlanemu na ekranie i sygnałem dźwiękowym przez cały okres trwania umowy. Wydaje się logiczne, że wykonawca nie posiadający komunikatu o ketonach powinien dostarczyć taką samą ilość pasków do ketonów, jaka ilość pasków do glukozy jest przedmiotem zamówienia. Bez względu jednak na logikę stosowaną przez wykonawców, z których każdy może mieć na ten temat inne zdanie, to Zamawiający jest gospodarzem Postępowania i to Zamawiający powinien tę ilość określić przed terminem składania ofert, aby uniknąć konsekwencji opisanej we wstępie tego pisma.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.
„W związku z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 16 stycznia 2019 roku na pytanie numer 15 prosimy o podanie ilości pasków do ketonów, jaką powinien bezpłatnie dostarczyć wykonawca, którego glukometr nie posiada komunikatu o ketonach, a jedynie realną możliwość oznaczania ciał ketonowych we krwi za pomocą tego samego glukometru, ale za pomocą osobnych pasków niż te, które służą do mierzenia glukozy.”

Odpowiedź:

Jeżeli zaoferowany glukometr nie posiada komunikatu o ketonach, a jedynie realną możliwość oznaczania ciał ketonowych we krwi za pomocą tego samego glukometru, ale osobnych pasków to zaoferowana ilość pasków do oznaczania ciał ketonowych musi być taka sama jak pasków do oznaczania glukozy.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Up. Zarządca
[Podpis]