

Tabela nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na: Dostawa łóżek do opieki długoterminowej wraz z szafkami przyłóżkowymi do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego x 10 zestawów.

L.p.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana/podać
1. Łóżko:			
	Zamawiający wymaga parametrów:		
1.1	Łóżko do opieki długoterminowej	tak	
1.2	Regulacja parametrów łóżka za pomocą pilota	tak/nie	
1.3	Dopuszczalne obciążenie/waga pacjenta min. 150 kg	tak	
1.4	Regulacja wysokości leża w zakresie min. 40 – 80 cm +/- 5 cm dla każdej wartości granicznej	Tak, podać sposób regulacji i oferowany zakres	
1.5	Barierki boczne na całej długości łóżka, od szczytu do szczytu	tak	
1.6	Regulacja oparcie pleców w zakresie min. 0 – 70 stopni +/- 5 cm dla każdej wartości granicznej	Tak, podać sposób regulacji i oferowany zakres	
1.7	Wymiary leża na materac o wielkości 90 x 200 cm	tak	
1.8	Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym 90 x 200 cm	tak	
1.9	Wyposażenie każdego łóżka: a) Wysięgnik ręki z trójkątem, b) stojak i uchwyt na kroplówkę	a) tak/nie b) tak/nie	
	Zamawiający dopuszcza pozostałe cechy i parametry łóżka oferowanego przez Wykonawcę, m.in.:	tak	
1.10	Leże segmentowe	Podać ile segmentów	
1.11	Leże z siatki lub lamele	podać	
1.12	Regulacja segmentów, np. uda	Podać jakie segmenty i w jaki sposób regulowane	
1.13	Pozostałe (nie wskazane) parametry należy wypunktować, wypisać i podać		
2. Szafka do łóżek z poz. 1:			
2.1	Szafka wyposażona w szufladę i półkę z drzwiczkami	tak	
2.2	Blat boczny	Tak, podać sposób mocowania/wysuwania blatu	
2.3	Kółka z blokadą hamulcową	tak	