



Sosnowiec, 26.06.2009r.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu i aparatury medyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – sprzęt ratujący życie, znak sprawy: ZZP-2200-47/09**

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 3 - Czy dopuście Państwo defibrylator wysokiej klasy wyposażony w technologie stymulacji NTP wykorzystującą natężenie prądu o zakresie od 0 do 140 mA spełniający lub przewyższający wszystkie pozostałe wymagania zawarte w SIWZ? Każdy producent stosuje inną technologię stymulacji i co się z tym wiąże inny zakres natężenia prądu. Wymagany zakres 0-200 mA jest charakterystyczny dla defibrylatorów jednego producenta tj. Lifepak firmy Medtronic. W oferowanym przez nas defibrylatorze zastosowano inną technologię w przypadku której zakres 0-140 mA pozwala uzyskać pełną skuteczność. Technologia Zoll NTP jest najlepiej przebadaną klinicznie i udokumentowaną technologią stymulacji zewnętrznej (ponad 18 niezależnych badań klinicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 3 - Czy oferowane defibrylatory mają mieć w przyszłości możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje takie jak SpO2, NIBP, EtCO2? Jest to informacja niezbędna do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 3 - Czy oferowane defibrylatory mają posiadać przyciski wyboru poziomu energii umieszczone na łydkach co umożliwi bezpieczne prowadzenie defibrylacji przez 1 osobę a także przyśpiesza działanie? Tego typu rozwiązanie jest standardem w przypadku nowoczesnych defibrylatorów czołowych producentów. Jest to informacja niezbędna do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 3 - Czy oferowane defibrylatory mają ekran wysokokontrastowy (np. EL) czy dopuszczacie Państwo również rozwiązania o gorszych parametrach prezentacji (np. LCD)? Monitory wysokokontrastowe EL są standardem w przypadku nowoczesnych defibrylatorów czołowych producentów. Jest to informacja niezbędna do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 3 - Czy defibrylatory mają być zabezpieczone przed przypadkowym zalaniem wodą tzn. posiadać obudowę wykonaną w klasie IPX4 wg IEC529? Tego typu rozwiązanie jest standardem w przypadku nowoczesnych defibrylatorów czołowych producentów. Jest to informacja niezbędna do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 3 - pkt.2.7: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy defibrylatora, w którym czas ładowania do 200J jest mniejszy niż 8 sekund? W praktyce czas ten jest wystarczający do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego działania, szczególnie biorąc pod uwagę ogólny czas procedury przygotowania do defibrylacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 3 - pkt.2.11: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wysokiej klasy defibrylatora, w którym dostępnych jest 11 poziomów energii defibrylacji zewnętrznej? W praktyce, dla defibrylacji dwufazowej o maksymalnej energii do 200J, dostępność 11 poziomów defibrylacji jest wystarczająca i zapewnia skuteczne oraz bezpieczne działanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 3 - pkt.2.13: Czy Zamawiający dopuści zaferowanie wysokiej klasy defibrylatora, w którym regulacja prądu impulsów stymulacji obejmuje zakres 0-150mA? Parametr ten jest specyficzny dla danego urządzenia i zależy od zastosowanej technologii. Wartości prądu do 150mA są w praktyce całkowicie wystarczające do zapewnienia skutecznej stymulacji wewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, który posiada 9 poziomów energii?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, którego zakres prądu stymulacji wynosi 30-180mA? Parametr ten jest zmienny u poszczególnych producentów i nie wpływa na pracę defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator, którego zakres częstotliwości wynosi 30-180 imp/minutę? Parametr ten jest zmienny u poszczególnych producentów i nie wpływa na pracę defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 3 – Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy z możliwością prowadzenia stymulacji zewnętrznej w zakresie 30-180 impulsów/min z regulacją natężenia prądu od 0-150 mA, wykorzystującego nowoczesną niskoprądową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40ms? Podane wielkości dotyczące zakresu prądu koniecznego do uzyskania pełnej skuteczności stymulacji nie mają żadnego wpływu na jakość defibrylatora. W elektrostymulacji mięśnia sercowego dąży się do tego aby uzyskiwać skuteczność przy jak najniższych wartościach prądu dzięki czemu unika się efektów ubocznych m.in. poparzeń skóry, bólu, pobudzenia mięśni szkieletowych. Wymagany przez Państwa zakres 20-200mA jest charakterystyczny dla technologii wysokoprądowych (impuls o szerokości 20ms) i uniemożliwia zaferowanie nowoczesnych urządzeń niskoprądowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 1 pkt 3.2 – Czy Zamawiający dopuści ekran LCD 15”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 2 pkt 3.2 – Czy Zamawiający dopuści ekran LCD 15”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 2 pkt 10.1 – Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanego złącza USB?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Z - CA DYREKTORA
d.s. Administracyjnych
i Zarządzania Nieruchomościami
Czesław Kozak
mgr inż. Czesław Kozak

Ch. Kozak