



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

“SZPITAL MIEJSKI” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 08.12.2009 r.

CZYNNOŚCI POWTÓRZONE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości **powyżej 206 tys. euro na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania badań, dostawę odczynników, dostawę części zużywalnych do analizatorów oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów określonych tzw. Pakietem nr 4 ZZP-2200-54/09**

W wyniku **rozstrzygnięcia protestu w dniu 23.11. 09** (uwzględnienia na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych protestu Wykonawcy SYSMEX Polska Sp. z o.o.) w zakresie złożonych ofert do w/w postępowania oraz uznania za **ostatecznie rozstrzygnięty w dniu 03.12.09r.**, gdyż od jego uwzględnienia nie wniesiono odwołań, Zamawiający postanawia:

- zgodnie z art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonać czynności ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przetargowym,
- dokonać czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do ww. postępowania przetargowego wpłynęły 2 oferty.

Po badaniu i ocenie ofert Zamawiający postanawia:

1. na mocy art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucić ofertę firmy PZ CORMAY S.A., gdyż nie spełnia warunków Zamawiającego w zakresie wymogów granicznych dla analizatorów, a mianowicie:

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymagał, aby interferencje były eliminowane na zasadzie pływającego dyskryminatora, czyli będącego w stałym ruchu, natomiast w proponowanym przez firmę PZ CORMAY S.A. urządzeniu „Automatyczne różnicowanie krwinek białych na minimum 3 grupy opiera się o ręcznie konfigurowalnych i statycznych dyskryminatorach, co jednoznacznie wskazuje, iż są to sztywne ustawienia dyskryminatorów uzależnione od rodzaju badanej krwi (kobieta, mężczyzna, grupy wiekowe dzieci)”, a pod warunkiem granicznym j/w Zamawiający wymagał, aby polegało to na płynnym (automatycznym) wykrywaniu granic w miejscu przewężenia między mierzonymi frakcjami tj. płytkami, RBC, WBC.

2. uznać ofertę za ważną i podpisać umowę z firmą:

Nr oferty	Wykonawca	Wartość z podatkiem VAT	Uzasadnienie wyboru
13	SYSMEX Polska Sp. z o.o. 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 176	157 219,75 zł	Zgodnie z kryterium określonym w SIWZ oferta uzyskała największą liczbę punktów z uwagi na brak porównywalnych ofert

Zamawiający informuje, że:

- zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych protest uważa się za ostatecznie rozstrzygnięty,
- na mocy art. 181 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych nie przysługuje odwołanie.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
D Y R E K T O R

Zbigniew Swoboda