



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 16.06.2010r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi na badania laboratoryjne. znak sprawy **ZZP-2200-33/10**.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy w poz. 1 i 7 Zamawiający dopuszcza probówki z ciekłym K3 EDTA? Ciekła postać antykoagulantu jest powszechnie stosowana na świecie, a jakość wyników jest identyczna z otrzymanymi przy zastosowaniu napyłonego K3 EDTA, czego dowodzą m.in. badania Czerwonego Krzyża. Odpowiednia ilość ciekłego antykoagulantu eliminuje proces rozcieńczenia próbki krwi i jest precyzyjniej dozowana niż postać napyłona.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

Ponieważ nie ma definicji prawnej sformułowania „na cito”, jak Zamawiający rozumie to określenie? Do jakich sytuacji, sformułowanie „na cito” będzie miało zastosowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia : **cito** łac., [wym. c-ito] (dostarczyć, wykonać) szybko, niezwłocznie
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że zamówienia „na cito” realizowane są w wyjątkowych sytuacjach, gdzie czas ma ogromne znaczenie, ponieważ zamawiane produkty ratują zdrowie i życie pacjentów.

Pytanie nr 3 dotyczy § 2 ust. 5 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy zamówień na cito z 2 dni na 3 dni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy § 2 ust. 8 a i b projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z do 24 godzin na 5 dni roboczych?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

— 1 0

Pytanie nr 5 dotyczy § 5 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z 30 dni od daty otrzymania faktury VAT na 30 dni od daty wystawienia faktury VAT?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy § 6 ust. 1 b projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych : z 0,5% na „ 0,1%” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy § 7 ust. 1 i 2 projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis po słowie „ w terminie 3 i 2 dni” odpowiedni na : „ 5 i 7”?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy Załącznika 4 do SIWZ poz. 2

Ze względu na różnie podawaną u różnych dostawców pojemność probówek o tych samych wymiarach (raz jest to pojemność użytkowa, a raz pojemność całkowita), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek o wymiarach 12x75 mm i pojemności użytkowej 4 ml a pojemności całkowitej 5 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dotyczy Załącznika 4 do SIWZ poz. 6

Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu do OB na 1 czy 1,6 ml krwi?

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga probówek o pojemności większej niż 1 ml, ale nie większej niż 3 ml.

Pytanie nr 10 dotyczy Załącznika 4 do SIWZ poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z EDTA K2?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający ma na myśli probówki do oznacz. glukozy na 1 ml krwi zawierające roztwór fluorku sodu z nalepką?

Odpowiedź :

Zamawiający ma na myśli probówki do oznaczania glukozy o pojemności 1 ml, zawierające roztwór lub napyłony fluorek sodu jako inhibitor glikolizy, oraz nalepkę służącą do opisu.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 formularza asortymentowo-cenowego probówkę do hematologii o poj. 1,3 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 formularza asortymentowo-cenowego probówkę do separacji surowicy o poj. 4,5 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 4 formularza asortymentowo-cenowego próbkę do oznaczania glukozy surowicy o poj. 1,3 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 formularza asortymentowo-cenowego próbkę do koagulacji o poj. 2 ml?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16

Prosimy o podanie objętości próbek do OB. W pozycji nr 6 formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź :

Zamawiający wymaga próbek o pojemności większej niż 1 ml, ale nie większej niż 3 ml.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 18.06.2010r. do godz. 10.00 na dzień **21.06.2010r. do godz. 10.00** i termin otwarcia ofert z dnia 18.06.2010r. godz. 10.30 na dzień **21.06.2010r. godz. 10.30**.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
~~DYREKTOR~~

Zbigniew Swoboda

S. S. S.