



Samodzielny Publiczny  
**SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 22.09.2010r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu i aparatury medycznej stanowiącego wyposażenie pomieszczeń modernizowanego Oddziału Sosnowieckiego Centrum Opieki Nad Matką i Noworodkiem.** znak sprawy **ZZP-2200-52/10.**

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pakietu 1** - Czy Zamawiający w punkcie 3.2: "Automatyczny autotest" wymaga zaoferowania defibrylatorów dokonujących codziennego samoczynnego autotestowania bez udziału użytkownika?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w punkcie 3.1: "Automatyczny autotest" wymaga zaoferowania defibrylatorów dokonujących codziennego samoczynnego autotestowania bez udziału użytkownika.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakietu 2** - Zamawiający w pkt. 2.11 pisze: "Zapassowa nakrętka z metalowymi częściami i uszczelkami - 10szt". Proszę o sprecyzowanie dokładnie którą nakrętkę Zamawiający ma na myśli. Dodatkowo proszę o sprecyzowanie czy dla Zamawiającego 10 szt. oznacza 10 poszczególnych elementów tj. nakrętka, metalowe części, uszczelka liczone osobno, czy też Zamawiający ma na myśli 10 kpl., tj. na jeden komplet składają się: nakrętka, metalowe części, uszczelka liczone razem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga 10 kpl.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakietu 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 pozycji:

1) balkonik pomocniczo-rehabilitacyjny- 2 szt.

2) balkonik kroczący- 3 szt.

3) balkonik/ podpórka trójkołowa- 2 szt.

i stworzenie osobnego pakietu, ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w pakiecie?

Zmiana taka pozwoli na składanie większej ilości konkurencyjnych ofert.

**Odpowiedź:**


Nie. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakietu 8** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby balkonik/podpórka trzykołowa zamiast zdejmowanego koszyka posiadała zdejmowaną torbę?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Samodzielny Publiczny  
Szpital Miejski w Sosnowcu  
D Y R E K T O R  
  
Zbigniew Swoboda

