

Sosnowiec, 20.10.2008r.

## Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/44/2008 na **dostawy urządzeń medycznych dla oddziału urologii**.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

### **Pytanie Nr 1 dotyczy Pakietu nr 3 – lampy bezcieniowe szt.2:**


Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego lampy bezcieniowe o podanych parametrach:

- napięcie zasilające 220/230 V, 50 Hz
- napięcie zasilające żarówkę 24 V/ 22 V
- natężenie oświetlenia w odległości 1,0m - > 30 000 lx
- średnica płamy świetlnej w odległości 1,0m – 120 mm
- wskaźnik oddawania barw  $R_a$  - 90
- temperatura barwowa - 4000 K
- moc żarówki - 65 W
- stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym - II
- masa - 9,2 kg
- zakres zmiany natężenia oświetlenia - 20%
- regulacja wielkości płamy świetlnej - tak.

Zachowując pozostałe wymagania SIWZ.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem w SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora  
Z-CA DYREKTORA  
d.s. Administracyjnych  
i Zarządzania Nieruchomościami  
  
mgr inż. Czesław Kozak