



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 07.04.2011r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników laboratoryjnych do badań serologicznych wykonywanych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą sprzętu oraz do badań serologicznych wykonywanych metodą manualną,**
znak sprawy: ZZP-2200-20/11.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 2

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby pełne oznaczenie grupy krwi noworodka ABO i RhD było wykonywane przy pomocy dwóch różnych klonów z jednoczesnym podaniem ich nazw?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badania będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający żąda, aby zgodnie z wymaganiami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach jedno z oznaczeń RhD u noworodka było wykonane przy pomocy odczynnika wykrywającego odmianę DVI z jednoczesnym podaniem nazwy klonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że badania będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostaw dla produktów z pakietu nr 4.2 (odczynniki do badań serologicznych wykonywanych z wykorzystaniem technologii aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą sprzętu) był zgodny z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw oraz zapewnieniem, iż istnieje możliwość dostaw „na cito” w terminie do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę krwinek zgodnie z harmonogramem dostaw wynikającym z cyklu produkcyjnego, natomiast pozostały asortyment według składanych zamówień zgodnie z potrzebami.

elias

Pytanie nr 4

Dotyczy: Pakiet nr 4.2 pozycja 4

Czy Zamawiający wymaga w pozycji „4. BTA-700 oznaczeń” było wykonywane przy pomocy kolumn z odczynnikami monowalentnym anty - IgG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumn z odczynnikami monowalentnym anty - IgG.

Pytanie nr 5

Dotyczy: „Warunki graniczne dotyczące metodyki i odczynników” punkt 9

Czy podana ilość oznaczeń obejmuje już odczynniki na wykonanie codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Jeżeli nie to w jakim systemie i zakresie Zamawiający będzie tę kontrolę wykonywał?

Odpowiedź:

Podana przez Zamawiającego ilość oznaczeń nie obejmuje odczynników przeznaczonych na wykonanie codziennej wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości. Zamawiający będzie wykonywał kontrolę na zaoferowanych przez Wykonawcę odczynnikach zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie badań ujętych w Pakiecie 4.2.


Pytanie nr 6

Dotyczy: „Warunki Dodatkowe” punkt nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej zewnątrz laboratoryjnej, międzynarodowej kontroli jakości badań serologicznych 4 razy do roku potwierdzonej certyfikatem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
D Y R E K T O R

Zbigniew Swoboda