



Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 29.04.2011r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę akcesoriów i części zużywalnych do aparatów medycznych oraz sprzętu laparoskopowego** znak sprawy **ZZP-2200-29/11**.

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania optyki o długości roboczej 310 mm, posiadającej kontener do sterylizacji i możliwość połączenia ze światłowodem bez używania adapterów ?

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w optyki.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby światłowód posiadał możliwość połączenia z optyką i źródłem światła bez używania dodatkowych adapterów?

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w światłowodu.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4. ustęp 9a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu uzupełnienia braków ilościowych do 48 godzin w dni robocze.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 4. ustęp 9b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwego sprzętu na nowy wolny

od wad do 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wymiany wadliwego sprzętu na nowy wolny od wad do 48 godzin w dni robocze.


**Pytanie nr 5**

Dotyczy wzoru umowy: paragraf 5. ustęp 1.:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy, uzupełnienia braków lub wymiany sprzętu na nowy do 0,5% wartości netto niedostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia – za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy, uzupełnienia braków lub wymiany sprzętu na nowy do 0,5% wartości netto niedostarczonej zamówionej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

po. ZASTĘPCA DYREKTORA  
DŚ. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI I DZMI  
I NADZORU PRÁWNEGO  
  
mgr Marcin Swoboda