



Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 16.06.2011r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem.”**
znak sprawy ZZZ-2200-39/11.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 5

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie dot. Załącznika nr 9 do SIWZ, punkt D7.

„Parametry badania ppkt.7 liczba projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT”. Pragniemy doprecyzować, iż liczba możliwych pozycji projekcji skanu topograficznego nie jest parametrem świadczącym o wartościach klinicznych aparatu ani tym bardziej o jego walorach technicznych. W naszych rozwiązaniach istnieje możliwość ustawienia lampy w dwóch pozycjach nad (AP) i z boku pacjenta (LAT), dodatkową pozycję (PA) uzyskuje się dzięki obróceniu pacjenta na plecy. Wnosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania umożliwiającego nam złożenie ważnej oferty.

W związku z tym, czy Zamawiający dopuści aparat o liczbie projekcji skanu topograficznego min. 2 AP, LAT?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści proponowany aparat.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
DYREKTOR
Zbigniew Swoboda

Zbigniew Swoboda