



Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 06.06.2011r.

## WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem. ”**  
znak sprawy ZZZ-2200-39/11.

### Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

#### Pytanie nr 1

Dot. pkt. I.20 Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej – Załącznik nr 9 do SIWZ „Zestawienie parametrów do opisu i oceny jakościowej przedmiotu zamówienia”  
Zamawiający wymaga:

Lp.	Parametry graniczne i oceniane	Warunek	Parametry oferowane przez Wykonawcę	Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie	*, ** - wskazać stronę i nazwę dokumentu potwierdzającego oferowany parametr
20	Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita grubego na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna dysekcja jelita	Tak, podać nazwę oprogramowania		Nie podlega ocenie	**

Tak sformułowany zapis uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej oferty.

Zamawiający w nieuzasadniony sposób preferuje nienaturalną i **niediagnostyczną** formę prezentacji jelita.

W tomografach oferowanych przez Odwołującego, prezentacja jelita odbywa się w sposób zbliżony do obrazu rzeczywistego, bez deformacji jaką daje wymagana przez Zamawiającego forma prezentacji.

*Handwritten signature in blue ink.*

W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie tego parametru, zawartego w pkt. I.20 z treści Załącznika nr 9 do SIWZ  
 lub  
 wnosimy o zmianę charakteru parametru pkt. I.20 z parametru wymaganego na parametr oceniany (ale nie wymagany), i wprowadzenie punktacji za ww. parametr.

<i>Lp.</i>	<i>Parametry graniczne i oceniane</i>	<i>Warunek</i>	<i>Parametry oferowane przez Wykonawcę</i>	<i>Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie</i>	<i>*, ** - wskazać stronę i nazwę dokumentu potwierdzającego oferowany parametr</i>
20	Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita grubego na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna dysekcja jelita	Tak/Nie		Nie- 0pkt Tak- 20pkt	**

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia charakter pkt. I.20 - Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej - Załącznik nr 9 do SIWZ z parametru wymaganego na parametr oceniany (ale nie wymagany) i wprowadza punktację za ww. parametr.

W związku z powyższym pkt. I.20 - Oprogramowanie zainstalowane na konsoli lekarskiej -Załącznik nr 9 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

<i>Lp.</i>	<i>Parametry graniczne i oceniane</i>	<i>Warunek</i>	<i>Parametry oferowane przez Wykonawcę</i>	<i>Skala oceny punktowej za parametry poddane ocenie</i>	<i>*, ** - wskazać stronę i nazwę dokumentu potwierdzającego oferowany parametr</i>
20	Oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie całej wewnętrznej ściany jelita grubego na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi (bez kawałkowania obrazu wewnętrznej ściany jelita) tzw. wirtualna dysekcja jelita	Tak/Nie		Nie- 0pkt Tak- 20pkt	**

Samodzielny Publiczny  
 Szpital Miejski w Sierpcu  
 D Y R E K T O R  
 Zbigniew Swoboda

*(Handwritten signature)*