



**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 18.05.2012r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku,
znak sprawy ZZP-2200-34/12.

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Pakiet 26 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <100ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 26 poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o poziomie protein <50ug/g zgodnie z normą EN 455:00 część 3, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 26 poz. 10-13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu ze względu na specyfikę asortymentu. Pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Projekt umowy - §4 pkt. 2

Co zamawiający miał na myśli pod pojęciem rozładunek? Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w

Handwritten signature

którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.)

Odpowiedź:

Towar należy dostarczyć do wskazanych przez farmaceutę magazynów apteki szpitalnej.

Pytanie nr 5

Projekt umowy- §4 pkt. 6

Czy powyższy zapis wskazuje na dwa miejsca realizacji dostaw(w szczególności chodzi nam o pakiet nr 26)?

Odpowiedź:

Są to dwa miejsca realizacji dostaw - magazyny apteczne zlokalizowane w siedzibach Zamawiającego na ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalna 1

Pytanie nr 6

Projekt umowy- §4 pkt. 10 b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 1 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 1 dnia jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 18 pozycja nr 5

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 18 pozycję nr 5?

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę w związku z tym, że w Pakiecie nr 18 wykreśla się poz. nr 5.

Wprowadza się nowy pakiet nr 27 zgodnie z załącznikiem nr 4.27 do SIWZ.

Zmienia się Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty poprzez wprowadzenie Pakietu nr 27.

Pytanie nr 8

Pytanie: Mając na uwadze dopuszczenie do złożenia ofert konkurencyjnych producentów sprzętu elektrochirurgicznego oraz nieznaczne różnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych, zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuście Państwo w:

Zadanie 2 - Jednorazowa elektroda nakładkowa z kablem do klemy termomechanicznej typu AXS o dł. 27cm. Kompatybilna z Generatorem LigaSure – pakowana w opakowania zbiorcze po 12 sztuk. Brak możliwości sprzedaży pojedynczych sztuk. Zamówienie wymagałoby ilości odpowiadającej wielokrotności jednego opakowania zbiorczego (12, 24, 36 itd.).

Odpowiedź :

Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 24 sztuki.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 23 – sprzęt położniczy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próżnociągu położniczego jednorazowego silikonowego w kształcie grzyba o średnicy 50 mm w pozycji 1 i 60 mm w pozycji 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza próżnociąg położniczy sterylny, przystawka w kształcie dzwonu \varnothing 60 mm w pozycji nr 2.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 2 oczekuje Zestawu do punkcji opłucnej (obarczona odmy) z bezpieczną igłą typu Veresa? Jeśli nie to prosimy o wyłączenie tej pozycji w odrębny Pakiet np. 4A.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 3 Dren z trokarem w rozmiarach Ch24, Ch28, Ch32?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści proponowany asortyment

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 18 poz. 5 (jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych długa i krótka – komplet 50 szt)

Czy szczotka krótka to szczotka służąca do czyszczenia zaworków endoskopu? Czy komplet stanowi 50 szt. krótkich i 50 szt. długich szczotek (razem 100 szt.)?

Odpowiedź:

Szczotka służy do czyszczenia zaworków endoskopu.

Komplet stanowi 50 szt. krótkich + 50 szt. długich szczotek (razem 100 szt.).

Pytanie nr 13

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 3 – Mikrokuwety

W związku z zapisem § 4 ust. 8 wzoru umowy – zał. nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu okresu przydatności do użycia przedmiotu umowy w zakresie mikrokuwet typu HemoCue Glucose 201 przeznaczone do aparatu HemoCue Glukose 201+, opakowanie zbiorcze 4x25 szt. Mikrokuweta z polistyrenu, korpus ze zbiorniczkiem o poj. 5µl – Pakiet 3 z minimum 12 miesięcy na okres 6 miesięcy od daty dostawy do Szpitala?

Producent mikrokuwet firma HemoCue AB Szwecja od wielu lat określa termin wyżej wymienionych mikrokuwet na 9 miesięcy od daty produkcji, w związku z czym możemy zagwarantować termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy oraz bezpłatną wymianę na nowe w przypadku utraty ważności nie wykorzystanych mikrokuwet w ciągu całego okresu trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 14

Dot. Pakietu 19 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli igłę do nakłuć lędźwiowych o długości 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający z pakietu nr 19 wykreśla poz. nr 1 w związku z czym zmienia się załącznik nr 4.19 do SIWZ jak w załączeniu.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający może określić procent ewentualnego odstępowania od umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje na etapie prowadzonego postępowania odstąpienia od umowy, a okoliczności odstąpienia od umowy są określone w § 5 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Należność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich przelewem na konto Wykonawcy Nr.....na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw na CITO w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 10 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Wymienić wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad w terminie do 24 godzin w dni robocze od chwili uznania reklamacji za zasadną. Jeżeli Wykonawca pomimo uznania reklamacji nie wymieni towaru na wolny od wad we wskazanym wyżej terminie, Zamawiający może wykonać swoje uprawnienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy §3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu 5 o następującej treści:

„*W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień*”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 20

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„ Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 3 ust. 2 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy wzoru umowy.

Pytanie 21

Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 0,1%?

Odpowiedź:

Zamawiający w umowie zmieni wysokości kary umownej z 2% na 1%.

Pytanie 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadane pytanie nie mieści się w ramach zapisu art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z czym Zamawiający pozostawia to pytanie bez odpowiedzi.

Pytanie 23

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igieł w dwóch opakowaniach po 5 szt. zamiast w jednym opakowaniu liczącym 10 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 24

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igieł w czterech opakowaniach po 5 szt. zamiast w dwóch opakowaniach po 10 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 25

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli w dwóch opakowaniach po 5 szt. zamiast w jednym opakowaniu liczącym 10 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 26

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli w dwóch opakowaniach po 5 szt. zamiast w jednym opakowaniu liczącym 10 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 27

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczotek w dwóch opakowaniach po 25 szt. zamiast w jednym opakowaniu liczącym 50 szt.?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 28

Dotyczy z Załącznika nr 4.18 – pakiet nr 18, poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie o jakie szczotki chodzi i w jakich ilościach. Czy Zamawiający miał na myśli szczotkę do czyszczenia kanału roboczego + szczotkę do czyszczenia portów?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 29**Pakiet 19 poz. 1**

Czy Zamawiający w poz. 1 ma na myśli igłę do nakłuc łądźwiowych w rozm. 18G o dł. 50mm? W chwili obecnej na rynku nie ma producenta, który miałby w swojej ofercie igłę wskazaną w poz. nr 1. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące parametrów igły w poz. 1 zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 1 z pakietu nr 19 i utworzenie z niej pakietu nr 19A

Odpowiedź:

Zamawiający z pakietu nr 19 wykreśla poz. nr 1 w związku z czym zmienia się załącznik nr 4.19 do SIWZ jak w załączeniu.

Pytanie nr 30**Dotyczy wzoru umowy, § 5, pkt. 1.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 5, pkt. 1 prosimy zmienić na:

„1. (...) Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki”.

Odpowiedź:

Zamawiający w umowie zmieni wysokości kary umownej z 2% na 1%.

Pytanie nr 31**Pakiet 4 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy opłucnej z 3 igłami 14,16,19G/80mm, ze strzykawką ze skalą jednostronną, wymóg dwustronnej skali jest niezasadny w przypadku zestawów do punkcji jamy opłucnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32**Pakiet 5 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści sterylne worki do zbiorki moczu spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33**Pakiet 13 poz.1-2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy do biopsji wątroby z igłą o dł. 90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34**Pakiet 19 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 2,1x40?

Odpowiedź:

Zamawiający z pakietu nr 19 wykreśla poz. nr 1 w związku z czym zmienia się załącznik nr 4.19 do SIWZ jak w załączeniu.

Pytanie nr 35**Pakiet 19 poz.8-9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewniki posiadały powłokę hydrofilną, w razie negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie pozycji z pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

Pakiet 19 poz.11

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 37

Pakiet 20 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawek 3-częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet 20 poz.20-21

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet 20 poz.23-30

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wygrawerowanej nazwy producenta na pojedynczym ostrzu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

Pakiet 21 poz.41

Czy Zamawiający miał na myśli zglębnik w rozmiarze CH20?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 21 poz.57

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z silikonu?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 42

Pakiet 21 poz.61

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 2,1m lub 4,26m?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet 21 poz.69

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m i śr. Wew. 5,6mm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 44**Pakiet 21 poz.70**

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy CH25 lub CH30 spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45**Pakiet 26 poz.1-9**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein <150µg/g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46**Pakiet nr 8, poz. 3-6**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych z zastawką antyzwrotną pełniącą równoważną funkcję do filtra hydrofobowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47**Pakiet nr 8, poz. 3-6**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy korek portu bocznego ma być samodomykający? Tzn. nie wymagający użycia znacznej siły, tym samym chroniąc przed uciskiem naczynia. Brak korka samodomykającego może m.in. zwiększyć ryzyko podrażnienia ścian naczynia, w których znajduje się cewnik, a w konsekwencji zwiększyć ryzyko zapalenia żyły na skutek urazu mechanicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48**Pakiet nr 8, poz. 1-6**

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy kaniule mają być pakowane w twarde sztywne opakowanie typu twarde Blister/Tyvek zabezpieczające przed utratą jałowości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49**Pakiet nr 8, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych w rozmiarze 1,1x32mm (20G)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50**Pakiet nr 8, poz. 1-7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy w celu zapewnienia pełnej kompatybilności produkty w pozycjach od 1 do 7 maja pochodzić od jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie postawił takiego wymogu.

Pytanie nr 51**Pakiet nr 8, poz. 8-9**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli większej liczbie firm na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. W/w produkty wskazują na jednego wykonawcę, co ogranicza zasadę uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 układu oddechowego o stałej długości, dwie rury dł. 1,8 m, trzecia rura 1,5 m, pojemność bezlateksowego worka 2 L, lub układu oddechowego rozciągliwego o całkowitej długości 200/ 90 cm, z bezlateksowym 2 L workiem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w pozycji 2 układu oddechowego o stałej długości, dwie rury dł. 1,8 m, trzecia rura 1,5 m, pojemność bezlateksowego worka 2 L

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 9. Prosimy Zamawiającego o rozdzielenie pakietu nr 9 na dwie części zawierające w jednej pozycje 2 i 3, a w drugiej części pozycje 1, 4, 5, 6, 7.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 9, poz. 3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie do jakiego respiratora ma być dostosowany układ oddechowy z dodatkową 60 cm rurą i prostym łącznikiem. Rozumiemy, że wspomniane w opisie pułapki wodne mają znajdować się na ramieniu wdechowym i wydechowym układu.

Odpowiedź:

Układ oddechowy do respiratora EVENT INSPIRATION – trzecia dodatkowa rura nie jest wymagana. Pułapki wodne mają znajdować się na ramieniu wdechowym i wydechowym układu.

Pytanie nr 55

Pakiet nr 18 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści długość narzędzia 165 cm lub dł 230cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza długości narzędzia 165 cm natomiast dopuszcza o dł 230 cm

Pytanie nr 56

Pakiet nr 18 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pętle o długości 160 cm, śr 1,8 mm, pętli 20 mm, obrotową?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 18 pozycja 5

Czy Zamawiający ma na myśli o szczotkę o długości 180 cm i śr włosia 3 mm czy szczotkę do portów o dł. 9,5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 4 poz.3

Czy Zamawiający dopuści dren z rozmiarem CH32, zamiast CH30?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 59

Pakiet nr 12 poz.18

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu 9F x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 20 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,45?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 61

Pakiet nr 20 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną 0,6 x 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Pakiet nr 20 poz. 23-30

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne bez graweru z rozmiarem i nazwą producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 21 poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie, zewnętrznie folia-papier i wewnętrznie folia-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 21 poz. 54-56

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra wykonanego z lateksu kauczuku naturalnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 21 poz. 66

Czy Zamawiający dopuści katater rozmiar 6F?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 26 poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści zawartość poniżej 50ug/g?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 26 poz. 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 – 13 i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz. 2 zestawu do nefrotomii w składzie: cewnik pigtail 12F x 30cm, przewodnik Lunderguista typu J, igła dwuczęściowa 18G x 20cm, rozszerzacz bez rozrywanej koszulki, łącznik do worka na mocz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 69

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 16 poz. 3 zestawów do szynowania wewnętrznego moczowodów w składzie: przewodnik dł. 125 cm, popychacz, zacisk, cewnik o średnicy w zakresie od 4F do 10F i długościach od 8cm do 30 cm (dla cewnika 4F) oraz od 24 cm do 30 cm (pozostałe rozmiary – 4,7F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F)

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 70

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 16 poz. 8 przewodnika Lunderguista z końcówką J dł. 80 cm, 0,035”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 71

Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 16 poz. 5 i 7 (igły biopsyjne) do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 72

1. Czy Zamawiający w Zadaniu w pakiecie nr 8 dopuści cienkościenną kaniulę dożylną wykonaną z biokompatybilnego poliuretanu typu PUR (lub PTFE dla poz.1 i 2) z portem bocznym, działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, posiadającą 3 paski kontrastujące w RTG (zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5 (nazwa: Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku – Część 5: Cewniki obwodowe wprowadzane na igle), obowiązującej Zamawiającego na podstawie art. 30.1. ustawy P.Z.P. do stosowania w określaniu przedmiotu zamówienia, normy nie wyszczególniającej ilości wymaganych pasków widocznych w RTG, a jedynie zalecającej ich posiadanie bez podania ich ilości, dopuszczającej więc również 3 paski), posiadającą filtr antybakteryjny hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w trakcie zakładania kaniuli, nie wywołującą odczynu zapalnego, pakowaną w trwałe, bezpieczne opakowanie typu blister pack (folia plus wzmocniony papier klasy medycznej), o charakterystyce przedstawionej w załączonych materiałach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Instytut Publiczny
Szpital Miłośników Sosnowcu
p.o. DYREKTORA
Sergiusz Nowicki

D. M. n. r.

Załącznik nr 1 ZAMIENNY

ZZP-2200-34/12

.....
(pieczęć firmowa)

Formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

siedziba/adres:

Regon: NIP:

telefon: fax:

e-mail:

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**, oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej kwocie:

Pakiet 1 Sprzęt anestezyjologiczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 2 Elektroda do Generatora Liga Sure

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 3 Mikrokuwety

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 4 Akcesoria do drenażu

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 5 Worki do zbiórki moczu

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 6 Cewniki i akcesoria do badań urodynamicznych

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

kt. Nowy

Pakiet 7 Igły do stymulatora nerwów obwodowych

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 8 Kaniule

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 9 Sprzęt do anestezji

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 10 Zestawy do terapii CPAP

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 11 Różny sprzęt medyczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 12 Dreny chirurgiczne

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 13 Zestaw do biopsji wątroby

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 14 Sprzęt laryngologiczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 15 Dren odpływu do pompy artroskopowej

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 16 Sprzęt urologiczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 17 Drobny sprzęt medyczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 18 Sprzęt do pracowni endoskopii

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 19 Sprzęt anestezyjologiczny

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 20 Sprzęt do iniekcji

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 21 Cewniki, dreny, sondy

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 22 Sprzęt do anestezji

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 23 Sprzęt położniczy

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 24 Łączniki do pobierania płynów

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 25 Smoczki dla niemowląt

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

Pakiet 26 Rękawice chirurgiczne sterylne

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

--	--	--

Pakiet 27 Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych

Wartość zamówienia netto	Wartość podatku VAT	Wartość zamówienia brutto

2. Warunki płatności:

Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po dostawie zamówionej części przedmiotu zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia :

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie w terminie:
do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.

4. Oświadczam, że następująca część zamówienia :

..... będzie powierzona
podwykonawcom.

5. Oświadczam, że:

1. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany.
2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. *Proponowany asortyment posiada dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych Dz. U. nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010r. oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.*

Data:

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

15.05.2010

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 18 Sprzęt dla pracowni endoskopii

l.p	Asortyment	Ilość op	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	VAT w %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent podać
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień gastroskopowa 180 (do videogastroskopu GJFQ 165, średnica tubusów 2,8mm; długość wysunięcia igieł 5mm) x 10 szt	1						
2.	Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań krwawień kolonoskopowa 230 (do videogastroskopu CFQ 165 L, średnica tubusów 2,8mm; długość wysunięcia igieł 5 mm) x 10 szt	2						
3.	Pętla diatermiczna jednorazowa, długa 2300mm/2,8mm, średnica pętli 25-30mm x 10 szt	1						
4.	Pętla diatermiczna jednorazowa, krótka 1800mm/2,8mm x 10 szt	1						
OGÓLEM WARTOŚĆ								XXXXXXXX

Data:

.....
(podpis i pieczęćka imienna
osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy na zewnierz)

Załącznik nr 4.27
ZZP-2200-34/12

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 27 Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych

Lp	Asortyment	Ilość op	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	VAT w %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent podać
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jednorazowe szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych długa i krótka – komplet (50 szt długa + 50 szt. krótka = 100 szt.)	1						

Data:

.....
(podpis i pieczęć imienna
osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET NR 19 Sprzęt anestezyjologiczny

I.p	Asortyment	Ilość szt	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	VAT w %	Wartość netto	Wartość brutto	Producent podać
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Igła do nakłuc-łędźwiowych 14-GA-2.0 x 45 mm	5						
2.	Igła do nakłuc-łędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 18G dł. 90mm	100						
3.	Igła do nakłuc-łędźwiowych i znieczulenia podpajęczynówkowego, standard, średnica 20G dł. 90mm	450						
4.	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, standard (ostrze Quincke) średnica 22 G dł 90mm	200						
5.	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, standard (ostrze Quincke)zestaw z igłą prowadzącą średnica 26G dł 90mm	120						
6.	Igła do znieczulień podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 26G dł. 90mm	500						
7.	Igła do znieczulień podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT, igłą prowadzącą i ostrzem typ Whitacre średnica 27G dł. 90mm	1500						
8.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-dwukanałowy, metodą Seidinger, średnica kanałów 16/16 cewnik 7F, dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości, powłoka cewnika hydrofilna igła prowadząca 18 G z bocznym portem umożliwiającym wprowadzenie przewodnicy bez odłączenia strzykawki	50						
9.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń-trójkanałowy, metodą Seidinger, średnica kanałów 16/18/18 cewnik 7F dł. 20-30cm wykonany z poliuretanu cieniujący w RTG, na cewniku podziałka głębokości, powłoka cewnika hydrofilna igła prowadząca 18 G z bocznym portem	2						

