

**Samodzielny Publiczny  
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

---

Sosnowiec, dn. 28.08.2012r.

**WYKONAWCY  
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę łóżek dla pacjenta z elektryczną regulacją oraz szafek przyłóżkowych z regulowanym blatem roboczym**, znak sprawy **ZZP-2200-76/12**.

**Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie nr 1**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 2**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją oparcia pleców i ud oraz z elektryczną regulacją wspomaganą mechanizmem zapadkowym oparcia podudzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 3**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z indywidualną blokadą kół?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 5**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający wymaga by łożko było wyposażone w dodatkowy piąty segment leża umiejscowiony w oparciu pleców – ruchomy, regulowany zagłówek, zwiększający komfort leżącego i siedzącego pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 6**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko ze szczytami stalowymi, lakierowanymi proszkowo z wypełnieniem z płyty HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 7**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko ze szczytami ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 8**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łożko bez tworzywowej osłony podwozia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy pakietu nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści łożko o konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy pakietu nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści łożko o podstawie podpierającej leże w 6 punktach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy pakietu nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści łożko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy pakietu nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści łożko z elektryczną regulacją oparcia pleców i ud oraz z elektryczną regulacją wspomaganą mechanizmem zapadkowym oparcia podudzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy pakietu nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści łożko o maksymalnym obciążeniu 200 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy pakietu nr 2** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi ze stali nierdzewnej, zabezpieczającymi pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości leża, zgodnie z obowiązującą normą dla łóżek szpitalnych PNEN60601-2-52?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy pakietu nr 2** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z tworzywa, dwuczęściowymi, zabezpieczającymi pacjenta na całej długości leża?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy pakietu nr 2** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z tworzywa HPL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy pakietu nr 2** - Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, najbardziej zagęszczone w części środkowej leża, poprzez oparcie pleców, a najmniej w oparciu nóg. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z profili stalowych lakierowanych na kolor aluminium ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową składającą się z szuflady wysuwanej dwustronnie, otwartej półki, szafki zamykanej drzwiczkami dwustronnie oraz dolnej, otwartej półki na obuwie/basen/kaczkę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o regulacji wysokości za pomocą systemu zaciskowego?

mas

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową otwieraną dwustronnie, bez konieczności przekładania blatu bocznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladą wysuwaną na prowadnicach ślizgowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy pakietu nr 3** - Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 520 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 24**

**dotyczy pakietu nr 1**- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości leża 2000mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 25**

**dotyczy pakietu nr 1**- Prosimy o podanie wymaganej maksymalnej szerokości łóżka? szerokość całkowita łóżka warunkuje szerokość leża.

**Odpowiedź:**

950mm (+/- 50mm).

**Pytanie nr 26**

**dotyczy pakietu nr 1**- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym siatką przymocowaną na stałe o wymiarach oczek 75mmx75mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 27**

**dotyczy pakietu nr 1**- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 28**

**dotyczy pakietu nr 2**- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materace przeciwodleżynowe przeznaczone dla pacjentów o wadze do 150kg włącznie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 29**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materace przeciwodleżynowe wyposażone w funkcję szybkiego spustu powietrza poprzez odłączenie przewodów powietrznych zamiast zaworu CPR?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 30**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy w punkcie 6 opisu materaca Zamawiający ma na myśli mocowanie materaca do łóżka?

**Odpowiedź:**

Nie, mocowanie mocowanie prześcieradła do materaca.

**Pytanie nr 31**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materace przeciwodleżynowe fabrycznie nowe z 2011 roku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 32**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z wymiarami leża na poziomie 2000 x 860 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 33**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi lakierowanymi , na  $\frac{3}{4}$  długości mocowanymi po bokach łóżka , składane i mocowane na stałe bez możliwości demontażu ? Barierki boczne w zupełności spełnią oczekiwania Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 34**

**dotyczy pakietu nr 1-** Prosimy Zamawiającego o podanie szerokości zewnętrznej drzwi?

**Odpowiedź:**

1100mm.

**Pytanie nr 35**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości z barierkami na poziomie 1060mm, a bez barierek 960 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 36**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2130 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

man

**Pytanie nr 37**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w siatkę przymocowaną na stałe z wymiarami oczek 5 x 7 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 38**

**dotyczy pakietu nr 1 -** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane w formie odlewu z tworzywa sztucznego , bez miejsc łączenia będącym potencjalnym źródłem zakażeń i infekcji szpitalnych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 39**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający wymaga łóżka wyposażonego w szczyty wykonane w formie odlewu z tworzywa sztucznego , bez miejsc łączenia będącym potencjalnym źródłem zakażeń i infekcji szpitalnych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza z pozostałymi parametrami, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 40**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty lakierowane z wypełnieniem z płyty unilam ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 41**

Czy w rozumieniu pkt.2.17 Zamawiający mógłby określić jakiego koloru wypełnień szczytów oczekuje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona wyboru koloru z palety producenta (odcienie koloru niebieskiego).

**Pytanie nr 42**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający mógłby zrezygnować z wymogu pkt.2.19 bądź dopuścić łóżko bez tworzywowej osłony? Rozwiązanie takie nie wpływa w żadnym stopniu na funkcjonalność łóżka , w oferowanym łóżku brak jest jakichkolwiek trudnodostępnych miejsc

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w centralną blokadę kół?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 44**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w szczyty wykonane w formie odlewu z tworzywa sztucznego , bez miejsc łączenia będącym potencjalnym źródłem zakażeń i infekcji szpitalnych ?

**Odpowiedź:**



Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 45**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający wymaga łóżka z funkcją blokady umieszczonym na sterowniku pod szczytem od strony nóg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 46**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości łóżko o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo, oparte na dwóch teleskopowych kolumnach cylindrycznych, aluminiowych? Dzięki konstrukcji kolumnowej użytkownik uzyskuje wysoką kompaktowość łóżka charakteryzującą się bardzo łatwą dezynfekcją(bardzo mało powierzchni trudnodostępnych i zwiększoną skutecznością w walce z zakażeniami szpitalnymi, nowoczesny wygląd ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 47**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający wymaga wysokiej jakości łóżko o konstrukcji ze stali lakierowanej proszkowo, oparte na dwóch teleskopowych kolumnach cylindrycznych, aluminiowych? Dzięki konstrukcji kolumnowej użytkownik uzyskuje wysoką kompaktowość łóżka charakteryzującą się bardzo łatwą dezynfekcją(bardzo mało powierzchni trudnodostępnych i zwiększoną skutecznością w walce z zakażeniami szpitalnymi, nowoczesny wygląd ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 48**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 14,5 cm ? Oferowany parametr w pełni jest wystarczający i spełnia oczekiwania Zamawiającego

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 49**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 385- 765 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 50**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 2000x860?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 51**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 2155x1000mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność łóżka

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 52**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach 2205x985mm? Oferowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność łóżka

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 53**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w siłowniki spełniające normę IP54 ? Takie rozwiązanie jest w pełni wystarczające dodatkowo opisany wymów spełnia jedna firma , takie rozwiązanie uniemożliwia większej ilości oferentom na złożenie oferty

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 54**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy w rozumieniu pkt 2.22 Zamawiający mógłby określić jakiego koloru wypełnień szczytów oczekuje?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona wyboru koloru z palety producenta (odcienie koloru niebieskiego).

**Pytanie nr 55**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko bez krążków dwuosiowych a z zabezpieczającymi krążkami odbojowymi jednoosiowymi umieszczonymi w każdym narożniku łóżka, chroniące ściany i łóżko oraz odporne na uszkodzenia zabezpieczające przed nieumyślnymi uderzeniami podczas poruszania łóżka z pacjentem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 56**

**dotyczy pakietu nr 2-** Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami tworzywowymi dzielone na całe długości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 57**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 58**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści blat szafki, blat boczny oraz czoła szuflad wykonane z płyty dekoracyjnej wysokoodpornej

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 59**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z głębokością 485mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oferowanych parametrów



**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 60**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z szerokością 510mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 61**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z długością przy rozłożonym blacie 1230mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oferowanych parametrów

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 62**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną z możliwością ustawienia i pełnego dostępu zarówno z lewej jak i prawej strony łóżka , wyposażoną w zintegrowany dodatkowy blat boczny montowany z jednej strony szafki, składany do boku szafki , z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 63**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szuflady szafki wysuwane obustronnie na prowadnicach ślizgowych, które umożliwiają ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 64**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szuflady zabezpieczające przed samoczynnym otwieraniem bez mechanizmu samodomykającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 65**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 730-1060mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 66**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający wymaga blat boczny, który jest lekki i który można samodzielnie wyjąć, pochylić i schować za pomocą jednej ręki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 67**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający wymaga , aby szafka była bezpieczna dla pacjenta, tzn. z centralną blokadą kół dokonywaną za pomocą pokrętła na wyciągnięcie ręki pacjenta , tak aby mógł ją sobie przestawić , dostawić lub odstawić w dowolnej chwili , bez potrzeby wychodzenia lub wychylania

się z łóżka oraz bez potrzeby wzywania personelu medycznego, czy też dopuszcza szafki niebezpieczne, które narażają pacjenta na upadek lub wypadnięcie z łóżka podczas chęci dostawienia lub odstawienia szafki lub w trakcie wyciągania z niej osobistych rzeczy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 68**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy w celu zapewnienia komfortu pacjentowi Zamawiający wymaga , aby szafka posiadała dodatkową półkę na basen , tak aby pacjent mógł skorzystać z niego samodzielnie w potrzebnym dla siebie oraz intymnym momencie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 69**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną częścią podzieloną na dwie części poprzez wyciąganą półkę wykonaną z wysoce odpornego tworzywa ABS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 70**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z głębokością 515mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oferowanych parametrów

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 71**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z szerokością 500mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oferowanych parametrów

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 72**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 730-1060mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego i w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonalność oferowanych parametrów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 73**

**dotyczy pakietu nr 3 -** Czy Zamawiający dopuści szufladę szafki wysuwaną obustronnie na prowadnicach ślizgowych, które umożliwiają ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 74**

**dotyczy pakietu nr 3-** Czy Zamawiający dopuści szafkę z drzwiczkami zabezpieczonymi przed samoczynnym otwieraniem bez mechanizmu samodomykania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 75**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża wynoszących 1980 x 820mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 76**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z regulacją wysokości w zakresie 460 – 860mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 77**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi demontowanymi bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstąpi. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 78**

**dotyczy pakietu nr 1-** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z szczytami wykonanymi ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 79**

**Dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na częściowe składanie ofert, w szczególności czy wyodrębni z przedmiotowego postępowania przetargowego pakiet nr 2? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze, gdyż zwiększy konkurencyjność składanych ofert, a tym samym spowoduje obniżenie ceny oferowanych wyrobów medyczny, a co za tym idzie przyniesie oszczędności Zamawiającego, które powinny mieć kluczowe znaczenie z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 80**

**Dotyczy treści SIWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 0,5% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,2% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 81**

**Dotyczy Pakietu Nr 2 -** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko którego konstrukcja wykonana jest z profili stalowych lakierowanych poliesterowo z ośmioma punktami podparcia (nożycowy system wznoszący – 4 punkty z góry i 4 z dołu)? Proponowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne gdyż pozwala na ograniczenie miejsc trudnodostępnych, mogących powodować gromadzenie się brudu i zarazków, ułatwia dezynfekcję łóżka, zapewnia jego maksymalną stabilność.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 82**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża – szerokość 86cm, długość 200cm oraz z możliwością przedłużenia leża o dodatkowe 30cm? Proponowane wymiary są optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i gwarantują komfort pacjentów o różnym wzroście, zarówno niższym jak i wyższym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 83**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2200mm i szerokości całkowitej 970mm? Zamawiający nie określił tego parametru jednoznacznie, natomiast proponowane wymiary są optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i gwarantują komfort pacjentów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 84**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w panel sterowniczy z możliwością zawieszenia go na szczytce dolnym łóżka, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem i przewodowy pilot dla pacjenta bez dodatkowego panelu? Proponowane rozwiązanie pozwala na swobodne sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka zarówno przez personel jak i pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 85**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją wysokości do 84cm? Wskazana wysokość maksymalna łóżka jest korzystniejsza od wymaganej i gwarantuje większy komfort opuszczania leża przez pacjentów o wyższym wzroście.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 86**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym regulacja kąta nachylenia leża dla pozycji Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0-13°, natomiast anty-Trendelenburga od 0-14°? Oferowane parametry są wystarczające dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka co bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 87**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone składane bariery boczne wykonane ze stali nierdzewnej bądź stali malowanej proszkowo zabezpieczające pacjenta na ¾ długości? Proponowane rozwiązanie jest równie korzystne jak wymagane i w optymalny sposób zabezpiecza pacjentów, gwarantując jednocześnie ich komfort oraz pełny dostęp personelu medycznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 88**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w cztery pojedyncze koła o średnicy 150mm, blokowane za pomocą centralnej blokady aktywowanej za pomocą ramy nożnej umieszczonej pod podstawą przy dolnym szczycie łożka oraz dodatkowe piąte koło kierunkowe? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym gwarantując pełną mobilność łożka oraz łatwość jego unieruchomienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 89**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w cztery jednoosiowe krążki odbojowe umieszczone w narożnikach leża ? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia ochrony łożka i pomieszczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 90**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, którego poszczególne segmenty leża wypełnione są zdejmowanymi panelami z tworzywa HPL charakteryzującego się znacznie wyższą odpornością na ogień, wodę, grzyby oraz uszkodzenia mechaniczne? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i poprawia wartość użytkową łożka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 91**

**Dotyczy Pakietu Nr 2** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w jednorodne wyjmowane szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) odpornego na wilgoć, temperaturę oraz promieniowanie UV? Oferowane rozwiązanie w pełni funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 92**

**Zapisy SIWZ** - W związku z niejasnym zapisem punktu: rozdział II punkt 2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga złożenia całościowej oferty na wszystkie 3 pakiety i tym samym nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pakiety 1, 2, 3?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt.1 rozdziału II SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 93**

**PAKIET 2 - poz. 3.2, dotyczy pkt. 3** - Czy Zamawiający wymaga aby materace posiadały potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne laboratorium badawcze właściwości do profilaktyki i leczenia odleżyn ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.



**Pytanie nr 94**

**PAKIET 2 - poz. 3.2, dotyczy pkt. 5** - Czy Zamawiający wymaga elastycznego pokrowca rozciąganego w 4 kierunkach z możliwością prania w 95<sup>0</sup> C ?

Dzięki tym właściwościom w zakresie elastyczności pacjent nie będzie „wisiał” na pokrowcu, lecz uzyska duży obszar kontaktu z górną warstwą pianki wiskoelastycznej i siły nacisku rozłożą się na większym obszarze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie nr 95**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z szerokością leża wynoszącą 850mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 96**

**Pakiet nr 1** - Prosimy Zamawiającego o podanie max. szerokości zewnętrznej jaką może posiadać łóżko, tak aby miało swobodny przejazd przez drzwi.

**Odpowiedź:**

950mm (+/-50mm).

**Pytanie nr 97**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z szerokością zewnętrzną wynoszącą 960mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 98**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z siatką metalową wykonaną z pręta stalowego o średnicy 4mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 99**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji bezramowej ułatwiającej personelowi medycznemu dostęp do leżącego pacjenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 100**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami metalowymi lakierowanymi proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 101**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej polerowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.



**Pytanie nr 102**

**Pakiet nr 1** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt kaczki i basenu montowany za pomocą pokręteł do podstawy łóżka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 103**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladami bez ramek szuflad wykonanych z blachy stalowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 104**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową dwustronną z drzwiczkami i szufladą otwieraną dwustronnie i białym bocznym mocowanym z jednej strony? Zaoferowane rozwiązanie zapewnia stosowanie z lewej i prawej strony łóżka.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 105**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 630 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 106**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szuflady wysuwanej na prowadnicach łożyskowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 107**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladami bez mechanizmu samodomykającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 108**

**Pakiet nr 3** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę trzyłóżkową z kołami o średnicy 50mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 109**

**Do zapisów SIWZ** - Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pakiety osobno, zgodnie z podziałem jaki przyjął Zamawiający na pakiet 1, 2 i 3?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 110**

Czy zamawiający dopuści składanie oferty częściowej tj. osobno na poszczególne pakiety, co zgodnie z ustawą o ZP (art. 36 ust. 2 pkt.1 ustawy) stanowi uprawnienie zamawiającego i umożliwia realizację zasady konkurencyjności rynkowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 111**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zadania do 10 tygodni od chwili podpisania umowy? Jeśli nie to na jakie wydłużenie terminu zgodzi się Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 112**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji zadania do 0,2% za każdy dzień opóźnienia, co jest zwyczajowo przyjętą wysokością kar stosowaną przy dostawach urządzeń medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 113**

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych wynikających ze zwłoki w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – do wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 114**

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o wymiarach leża (materaca) 1960x865mm i całkowitych wymiarach zewnętrznych z poręczami 1022x965mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 115**

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z leżem wypełnionym siatką o Wymiarach oczek 40x90mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 116**

Pakiet 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z uchwytyami na worki urologiczna - w ilości po dwa uchwyty na każdym boku łożka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 117**

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko o wymiarach leża (materaca) 1960x865mm i całkowitych wymiarach zewnętrznych z poręczami 1022x965mm - z możliwością przedłużenia leża i materaca o ok. 200 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 118**

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o dopuszczalnym obciążeniu 170kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 119**

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z barierkami stalowymi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 120**

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z krążkami odbojowymi, bez listew odbojowych, gdyż w jego konstrukcji boczna część ramy jest umiejscowiona w głębi, poniżej obrysu zewnętrznego łóżka, a więc nie ma kontaktu ze ścianą i innymi przeszkodami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 121**

Pakiet 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z zasilaniem awaryjnym pozwalającym na wykonanie ok. 10 cykli ruchów łóżka?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry, zgodnie z zapisami SIWZ – bez zmian.

**Pytanie nr 122**

Pakiet 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szatkę trzyłożkową, zgodną z poniższym opisem?

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA przeznaczona jest do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta. Może być stosowana w salach szpitalnych, domach opieki i w domu pacjenta. Wykonana jest z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym. Blaty szafki wykonane są z płyty wiórowej laminowanej lub z płyty laminatowej (opcja). Błat boczny posiada regulację wysokości i kąta nachylenia. W szufladzie znajduje się dwukomorowy tworzywowy wkład. Szuflada wysuwana jest na prowadnicach rolkowych. Pod skrzynką zamontowana jest półka. Na tylnej ścianie szafki znajdują się haczyki do wieszania ręczników. Szafka może być wykonana w wersji z blatem lewostronnym lub prawostronnym. Kółka jezdne ułatwiają przemieszczanie szafki. Dwa z nich posiadają blokadę.

**DANE TECHNICZNE:**

Długość x szerokość blatu stałego: 460 x 450 mm

Długość x szerokość blatu bocznego: 520 x 450 mm


Wysokość blatu stałego: 800 mm

Regulacja wysokości blatu bocznego: 800 do 1190 mm

Przechył blatu:  $\pm 90^\circ$

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. ZARZĄDZANIA ZASOBAMI I WZKIMI  
I NADZORU BRANŻOWEGO  
  
mgr Marcin Swoboda