



**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn. 13.12.2012r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH NA DZIERŻAWIONYCH PRZEZ SZPITAL ANALIZATORACH**

Numer sprawy: **ZP-2200-119/12**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający ze względu na prawdopodobną omyłkę w pisowni może zmienić zapis punktu 9 „ISE elekt Check” w wersji word oraz „ISE elekt Check” w wersji PDF na poprawnie brzmiący „ISE Select Check”

firmy Beckman Coulter AU 480

Odpowiedź:

W związku z zaistniałą omyłką pisarską w zakresie punktu 9 Zamawiający zmienia go na poprawny, który brzmi: „ISE Select Check”.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jednego odczynnika (CK-MB) w przypadku którego użytkownik przed wstawieniem do analizatora musi zmieszać ze sobą dwa fabrycznie przygotowane i odmierzone roztwory R1-1 i R1-2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści odczynnik (CK-MB) w przypadku, którego użytkownik przed wstawieniem do analizatora musi zmieszać ze sobą dwa fabrycznie przygotowane i odmierzone roztwory R1-1 i R1-2. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Samodzielny Publiczny
Szpital Miejski w Sosnowcu
Dział: Zakup
lek. med. Artur Nowak
Menadżer