



**Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU**

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dn.15.07.2013 r.

**WYKONAWCY
BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu materiałów do sterylizacji”.
Znak sprawy **ZP-2200-48/13**

Wyjaśnienia Zamawiającego nr 1

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr.2 pozycji 1, wymaga by naboje do sterylizatora 3M, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia przedstawicielstwa producenta sterylizatora?

Wymaga się takiego pisma, by mieć pewność otrzymania naboji, które są zgodne z instrukcją użytkowania urządzenia medycznego. Sterylizatory 3M nie były badane, ani sprawdzane pod względem poprawności i bezpieczeństwa działania przy użyciu innych naboji, niż naboje produkowane przez 3M.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści, ale nie wymaga.

Sosnowiec, 15.07.2013 r.
mgr Nowak
Czer