



SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI

sp. z o.o.

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, 13.11.2013 r.

**OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PAKIETU NR 2**

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietu nr 2 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro **na dostawę sprzętu medycznego i mebli medycznych.**

Znak sprawy ZP-2200-72/13.

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Do postępowania w zakresie Pakietu nr 2 wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
2	Medline sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra	4 845,48 zł

Wykonawca firma Medline sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaoferował w poz. Nr 3 pulsoksymetr o symbolu C5 i jako producenta wskazał w formularzu asortymentowo – cenowym firmę RED MED. Diagnostic. W ofercie brakowało dokumentów wymaganych w pkt. V.3.b) SIWZ, tj. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE i o ile jest to wymagane odrębnymi przepisami certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego dla oferowanego pulsoksymetru, którego wytwórcą jest wskazana przez Wykonawcę firma RED MED. Diagnostic. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłożył deklarację zgodności EC wystawioną przez wytwórcę firmę BeiJing Choice Electronic Technology CO., LTD.

W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę firmy Medline sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w zakresie Pakietu nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. FINANSOWO-GOSPODARSTWA
CZŁONEK ZARZĄDKU
mgr Robert Mędrala

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

lek. med. Artur Nowak

WKA-10